

Nr. lot	Denumirea echipamentelor și dotărilor/Specificațiile tehnice minime: Lot 26. Mobilier medical pentru CENTRUL DE RECUPERARE ȘI DEZVOLTARE TIMPURIE SÂNMARTIN	Documente solicitate/criteriu de atribuire/Factori de evaluare								
26	<p>Lot 26.1 Canapea de examinare, reglabilă – Buc 1</p> <p>Specificații Tehnice</p> <p>1. CERINȚE TEHNICE MINIME OBLIGATORII:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Canapea de examinare să fie reglabilă pe înălțime (48-95 cm) · Să fie încorporat acționare electrică controlată prin comutator cu picior · Sectiunea capului să fie ușor reglabilă (la +60° și -10°) · Structura piciorului să fie masivă de cca 50x25x2 mm · Cadrul central să fie din tub dreptunghiular 50x20x1,5 mm · Platforma din spuma poliuretaniă de înalta densitate cu baza din lemn acoperită cu tapiserie din piele ecologică. Ambele materiale să fie rezistente la flacără Clasa 1 IM. · Material din piele lavabilă · Să fie încorporat suport rolă canapea · Sarcina maximă suportată să fie de cca 150 kg. · Dimensiune aprox 190 x 60 x 48/95 cm <p>Mărimile se pot diferi cu ±10% de la cele menționate mai sus.</p> <p>2. STANDARDE DE CALITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ PRODUSUL OFERTAT:</p> <p>Marcaj și conformitate</p> <ul style="list-style-type: none"> ☑ Toate echipamentele furnizate trebuie să fie marcate CE, în conformitate cu legislația europeană aplicabilă. ☑ Produsele trebuie să respecte cerințele Directivei pentru echipamente electrice de joasă tensiune (LVD 2014/35/UE) și Directivei EMC 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică. ☑ În cazul în care echipamentele sunt încadrate ca dispozitive medicale, acestea trebuie să respecte Regulamentul (UE) 2017/745 (MDR). <p>Standardele de calitate</p> <ul style="list-style-type: none"> ☑ Producătorul/furnizorul trebuie să dețină certificat de calitate conform ISO 9001 (sau echivalent). ☑ Pentru dispozitive medicale (dacă este cazul), producătorul/furnizorul trebuie să dețină certificat ISO 13485. <p>ALTE CERINȚE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurarea instruirii personalului în vederea utilizării echipamentului după livrare (punerea în funcțiune) și ori de câte ori este necesar • Toate produsele se vor livra de către ofertant la sediul beneficiarului, ambalate și vor fi protejate la lovire atât în timpul 	<p>Documente solicitate:</p> <p>a) Formularul de ofertă tehnică (Formular de ofertă tehnică) – semnat, ștampilat, scanat în format .pdf; Nota 1: Se vor menționa pagina și poziția din broșură/ catalog etc. unde se regăsește respectiva specificație;</p> <p>b) Documentații și fișe tehnice de la producător în original, respectiv cu traducere autorizată în limba română (unde este cazul), care atestă cele declarate în propunerea tehnică;</p> <p>c) Declarație privind garanția acordată produsului</p> <p>d) Certificatul CE de conformitate a produselor cu cerințele din Directiva Europeană 93/42/EEC pentru aplicarea marcatului CE, valabil la data prezentării și/sau Declarație de conformitate UE în acord cu Regulamentul 745/2017 UE</p> <p>e) Certificat ISO 9001 sau orice alt sistem de management pentru stabilirea fluxului de mentenanță/ verificare sau reparare</p> <p>f) Ofertantii (ofertant unic, asociați, subcontractanți) vor prezenta o declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că se vor respecta condițiile de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului. Informații detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și se referă la condițiile de muncă și protecția muncii, securității și sănătății în munca, se pot obține de la Inspekția Muncii sau pe site-ul http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.</p> <p>Informații privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și se referă la condițiile de mediu, se pot obține de la Agenția Națională pentru Protecția Mediului sau de pe site-ul: http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.</p> <p>g) Declarația privind aplicarea principiului DNSH („Do no significant harm” – „A nu aduce prejudicii asupra mediului”) – Formularul 16</p> <p>h) Operatorii economici au obligația de a depune modelul de contract asumat. Orice amendamente/propuneri cu privire la clauzele stipulate în acesta se vor face înainte de data limita de depunere a ofertelor, prin solicitare de clarificări.</p> <p>i) Ofertantul declară amestecurile de acoperire utilizate în produsul de mobilier Această declarație este susținută de fișele cu date de securitate care indică în mod clar clasificarea gradului de pericol a amestecului de acoperire Produsele de mobilier care au primit eticheta ecologică a UE pentru mobilier, astfel cum s-a stabilit în Decizia (UE) 2016/1332 a Comisiei sau alte etichete ecologice ISO 14024 tipul I relevante care îndeplinesc în mod direct cerințele menționate sau care utilizează metode echivalente sunt considerate a fi conforme.</p> <p>j) Ofertantul prezintă o declarație din partea furnizorului părții (părților) componente metalice prin care să atestă că pentru niciuna dintre părțile componente metalice nu au fost utilizate procedee de acoperire galvanică cu cadmiu sau compuși ai cadmiului. În cazul în care în procedeele de acoperire galvanică a fost utilizat nichel, solicitantul prezintă o declarație din partea furnizorului părții (părților) componente metalice, susținută de un raport privind testele efectuate, în conformitate cu standardul EN 1811, care evidențiază cantități de nichel mai mici de 0,5 μg/cm²/săptămână. Produsele de mobilier care au primit eticheta ecologică a UE pentru mobilier, astfel cum s-a stabilit în Decizia (UE) 2016/1332 a Comisiei, sau alte etichete ecologice ISO 14024 tipul I relevante care îndeplinesc în mod direct aceste cerințe sau care utilizează metode echivalente sunt considerate a fi conforme.</p> <p>k) Ofertantul furnizează o declarație care identifică substanțele specifice din lista substanțelor candidate REACH care sunt prezente, în conformitate cu cea mai recentă versiune a listei substanțelor candidate la data publicării anunțului la procedura de atribuire</p> <p>l) Perioade de garanție extinse – Factor de evaluare - Ofertantul prezintă o declarație scrisă care detaliază perioada oferită și care atestă că se acoperă conformitatea bunurilor cu specificațiile contractului, inclusiv toate utilizările indicate.</p> <p>m) Etichetarea ecologică – Factor de evaluare - Ofertantul prezintă eticheta ecologică a UE pentru mobilier, astfel cum s-a stabilit în Decizia (UE) 2016/1332 a Comisiei, sau alte etichete ecologice ISO 14024 tipul I relevante care îndeplinesc în mod direct cerințele menționate sau care utilizează metode echivalente sunt considerate a fi conforme.</p> <p>n) Ambalaj din material reciclat - Factor de evaluare -: Prezentare documente provenite de la producător care confirmă procentul de material reciclat folosit la ambalaj. În mod alternativ, se prezintă o declarație de conformitate cu prezentul criteriu privind ambalajul produsului. Criteriul vizează numai ambalajele primare, astfel cum sunt definite în Directiva 94/62/CE, modificată prin Directiva 2004/12/</p> <p>Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate/preț</p> <p>Factori de evaluare</p> <table border="1" data-bbox="1635 1703 2881 1902"> <thead> <tr> <th data-bbox="1635 1703 1703 1759">Nr. crt.</th> <th data-bbox="1703 1703 1863 1759">Factor de evaluare</th> <th data-bbox="1863 1703 2024 1759">Punctaj maxim</th> <th data-bbox="2024 1703 2881 1759">Algoritm de calcul</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1635 1759 1703 1902">1</td> <td data-bbox="1703 1759 1863 1902">Prețul total</td> <td data-bbox="1863 1759 2024 1902">40 puncte</td> <td data-bbox="2024 1759 2881 1902">Punctajul pentru factorul de evaluare „prețul ofertei” se acordă astfel: - pentru prețul cel mai scăzut dintre prețurile ofertelor se acordă punctajul maxim alocat 40 pct. - pentru alt preț, punctajul se acordă astfel: Punctaj financiar = (Prețul minim / Prețul “n”) x Punctajul maxim alocat</td> </tr> </tbody> </table>	Nr. crt.	Factor de evaluare	Punctaj maxim	Algoritm de calcul	1	Prețul total	40 puncte	Punctajul pentru factorul de evaluare „prețul ofertei” se acordă astfel: - pentru prețul cel mai scăzut dintre prețurile ofertelor se acordă punctajul maxim alocat 40 pct. - pentru alt preț, punctajul se acordă astfel: Punctaj financiar = (Prețul minim / Prețul “n”) x Punctajul maxim alocat
Nr. crt.	Factor de evaluare	Punctaj maxim	Algoritm de calcul							
1	Prețul total	40 puncte	Punctajul pentru factorul de evaluare „prețul ofertei” se acordă astfel: - pentru prețul cel mai scăzut dintre prețurile ofertelor se acordă punctajul maxim alocat 40 pct. - pentru alt preț, punctajul se acordă astfel: Punctaj financiar = (Prețul minim / Prețul “n”) x Punctajul maxim alocat							

Nr. lot	Denumirea echipamentelor și dotărilor/Specificațiile tehnice minime: Lot 26. Mobilier medical pentru CENTRUL DE RECUPERARE ȘI DEZVOLTARE TIMPURIE SÂNMARTIN	Documente solicitate/criteriu de atribuire/Factori de evaluare		
	<p>transportului, cât și al montajului.</p> <ul style="list-style-type: none"> Contractantul trebuie să instaleze toate produsele în mod corespunzător, asigurând-se în același timp ca spațiile unde s-a realizat instalarea rămân curate. Odată ce produsele sunt asamblate, contractantul va realiza și apoi toate configurările/setările necesare pentru a pune produsele în funcțiune. Punerea în funcțiune include, de asemenea, toate ajustările și setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce privește performanța și calitatea, cu toate configurațiile necesare pentru o funcționare optimă. Contractantul trebuie să asigure disponibilitatea serviciilor de suport tehnic. 			<p>unde: Prețul minim = valoarea ofertei financiare cea mai mică. Prețul “n” = prețul oferat.</p> <p>Punctajul maxim alocat = 40 puncte.</p> <p>Prețurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt prețurile totale în lei fără TVA din propunerea financiară.</p>
	<p>Lot 26.2 Masă de tratament cu 2 secțiuni – Buc 1</p> <p>SPECIFICAȚII TEHNICE</p> <p>1. CERINȚE TEHNICE MINIME OBLIGATORII:</p> <ul style="list-style-type: none"> Structură din oțel rezistent, vopsită în câmp electrostatic pentru durabilitate Două secțiuni: partea centrală și tetiere reglabilă cu orificiu facial Reglare electrică a înălțimii (440–1010 mm) prin telecomandă manuală sau pedală Tetiere reglabilă între -85° și +40° cu arc pneumatic Capacitate maximă de încărcare: 250 kg Dimensiuni: aproximativ 1850–2000 mm lungime × 660 mm lățime <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tetiere cu 3 secțiuni și suporturi pentru brațe Sistem de roți centrale cu frâne pentru mobilitate Suport pentru rolă de hârtie Suporturi de stabilizare (3 bucăți, poziții reglabile) Bare pentru fixarea centurilor de stabilizare Control prin pedală sau cadru periferic <p>Mărimile se pot diferi cu ±10% de la cele menționate mai sus.</p>	2	Perioadele de garanție extinse	<p>20 puncte</p> <p>Punctajul pentru factorul de evaluare “Perioadele de garanție extinse” se acordă astfel: Punctajul maxim alocat = 20 puncte.</p> <ul style="list-style-type: none"> pentru garanția cea mai mare oferată se acorda punctajul maxim alocat, adică 20 de puncte. (Se va puncta perioada de garanție extinsă începând de la minim 25 de luni) pentru altă garanție, punctajul se acorda astfel: Punctaj termen de garanție = (Garanția oferată / Garanția cea mai mare oferată) x 20. <p>Perioadele de garanție extinse care se compară în vederea acordării punctajului, sunt cele declarate în propunerea tehnică depusă de ofertant. Perioada de garanție – durata minimă solicitată în caietul de sarcini este de 24 de luni de la data finalizării recepției calitative, respectiv după instalare, configurare, punere în funcțiune.</p> <p>Perioada de garanție extinsă va fi oferată în număr de luni întregi. Nota 1: se va acorda punctajul numai în cazul în care va fi oferat pentru fiecare produs în lotul respectiv. În cazul în care nu este oferat pentru fiecare produs în parte, atunci se va acorda 0 puncte. Nota 2: pentru o perioadă de garanție tehnică comercială de 24 de luni oferta va fi declarată conformă și punctată cu 0 puncte. Nota 3: Orice garanție sub 24 de luni va determina considerarea propunerii tehnice ca fiind neconformă.</p>
		3	Etichetarea ecologică	<p>20 puncte</p> <p>Se acordă puncte dacă ofertantul prezintă eticheta ecologică a UE pentru mobilier, astfel cum s-a stabilit în Decizia (UE) 2016/1332 a Comisiei, sau alte etichete ecologice ISO 14024 de tipul I relevante.</p> <p>Algoritm de calcul: Oferta se va puncta suplimentar cu 20 de puncte dacă ofertantul prezintă eticheta ecologică a UE pentru mobilier, astfel cum s-a stabilit în Decizia (UE) 2016/1332 a comisiei, sau alte etichete ecologice ISO 14024 de tipul I relevante care îndeplinesc în mod direct cerințele menționate sau care utilizează metode echivalente.</p> <p>Nota 1: se va acorda punctajul numai în cazul în care va fi oferat pentru fiecare produs în lotul respectiv. În cazul în care nu este oferat pentru fiecare produs în parte, atunci se va acorda 0 puncte.</p>
	<p>2. STANDARDE DE CALITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ PRODUSUL OFERTAT:</p> <p>Marcaj și conformitate</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Toate echipamentele furnizate trebuie să fie marcate CE, în conformitate cu legislația europeană aplicabilă. <input checked="" type="checkbox"/> Produsele trebuie să respecte cerințele Directivei pentru echipamente electrice de joasă tensiune (LVD 2014/35/UE) și 	4	Ambalaj din material reciclat	<p>20 puncte</p> <p>Criteriul vizează numai ambalajele primare, astfel cum sunt definite în Directiva 94/62/CE, modificată prin directiva 2004/12/CE. În vederea obținerii punctajului, ofertantul va prezenta documente provenite de la producătorul produsului oferat care confirmă procentul de material reciclat folosit la ambalaj.</p> <p>Punctajul pentru factorul de evaluare “ambalaj din material reciclat” se acordă astfel: Se cuantifică procentul de material reciclat folosit la ambalaj: se va puncta procentul de material reciclat folosit la ambalaj ≥ 50%.</p> <ul style="list-style-type: none"> pentru oferta care prezintă cel mai mare procent material reciclat folosit la ambalaj, va obține punctajul maxim alocat de 20 de puncte pentru restul ofertelor admisibile, punctajul se calculează proporțional, astfel:

Nr. lot	Denumirea echipamentelor și dotărilor/Specificațiile tehnice minime: Lot 26. Mobilier medical pentru CENTRUL DE RECUPERARE ȘI DEZVOLTARE TIMPURIE SÂNMARTIN	Documente solicitate/criteriu de atribuire/Factori de evaluare			
	<p>Directivei EMC 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică.</p> <p>☑ În cazul în care echipamentele sunt încadrate ca dispozitive medicale, acestea trebuie să respecte Regulamentul (UE) 2017/745 (MDR).</p> <p>Standardele de calitate</p> <p>☑ Producătorul/furnizorul trebuie să dețină certificat de calitate conform ISO 9001 (sau echivalent).</p> <p>☑ Pentru dispozitive medicale (dacă este cazul), producătorul/furnizorul trebuie să dețină certificat ISO 13485.</p>				<p>Punctaj ambalaj din material reciclat = (Procentul de material reciclat al ofertei/Cel mai mare procent de material reciclat) x 20.</p> <p>Procentele de material reciclat folosit la ambalaj care se compară, în vederea acordării punctajului, sunt cele declarate în propunerea tehnică depusă de ofertant.</p> <p>Procentul de material reciclat folosit la ambalaj va fi exprimat în procente, fără zecimale.</p> <p><u>Nota 1: se va acorda punctajul numai în cazul în care va fi oferit pentru fiecare produs în lotul respectiv. În cazul în care nu este oferit pentru fiecare produs în parte, atunci se va acorda 0 puncte.</u></p> <p><u>Nota 2: pentru procentul de material reciclat folosit la ambalaj < 50%, oferta va fi declarată conformă și punctată cu 0 puncte.</u></p>
	<p>Lot 26.3 Masă tratament și pat kinetoterapie – Buc 1</p> <p>SPECIFICAȚII TEHNICE</p> <p>1. CERINȚE TEHNICE MINIME OBLIGATORII:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Masa de terapie sa aiba 7 sectiuni · Inaltimea sa fie reglabila electric printr-o pedala sau bara · Funcția reglare înălțime a patului din orice poziție a terapeutului, permite controlul complet al ajustării înălțimii din toate părțile acționând un cadru metalic montat pe ambele laterale a mesei · Sa aiba latimea de 67 cm · Tapiseria sa fie din spuma poliuretanică · Sa aiba posibilitatea de a alege culoarea tapiseriei · Cotierele sa fie reglabile manual <p>Caracteristici tehnice principale:</p> <p>Număr de secțiuni reglabile: 4 până la 7 secțiuni independente</p> <p>Funcții de poziționare: Flexie, Trendelenburg și anti-Trendelenburg</p> <p>Reglaj electric: Înălțime și poziții segmentare reglabile electric</p> <p>Înălțime reglabilă: 51 – 103 cm</p> <p>Dimensiuni suprafață: 214 × 67 cm</p> <p>Capacitate de ridicare: între 200 kg - 250 kg</p> <p>Timp de ridicare: 18 secunde</p> <p>Alimentare: 230 V AC, 50/60 Hz</p> <p>Consum curent: max. 2.0 A</p> <p>Funcție programabilă: Poziție prestabilită (ex. orizontală completă)</p> <p>Alte cerințe: Secțiuni pentru brațe și picioare reglabile, secțiune cap separată</p> <p>Material tapițerie: Imitatie piele fără ftațați, ignifugă, disponibilă în 16 culori</p>	<p>Punctajul total se va obține prin însumarea celor 4 criterii: prețul ofertei și componentele tehnice.</p>			

Nr. lot	Denumirea echipamentelor și dotărilor/Specificațiile tehnice minime: Lot 26. Mobilier medical pentru CENTRUL DE RECUPERARE ȘI DEZVOLTARE TIMPURIE SÂNMARTIN	Documente solicitate/criteriu de atribuire/Factori de evaluare
	<p>Structură: Cadru stabil, mobil pe roți cu sistem de blocare</p> <p>Tapiseria sa aiba o densitate de minim 30 kg/m³</p> <p>Mărimile se pot diferi cu ±10% de la cele menționate mai sus.</p> <p>2. STANDARDE DE CALITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ PRODUSUL OFERTAT:</p> <p>Marcaj și conformitate</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Toate echipamentele furnizate trebuie să fie marcate CE, în conformitate cu legislația europeană aplicabilă. <input type="checkbox"/> Produsele trebuie să respecte cerințele Directivei pentru echipamente electrice de joasă tensiune (LVD 2014/35/UE) și Directivei EMC 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică. <input type="checkbox"/> În cazul în care echipamentele sunt încadrate ca dispozitive medicale, acestea trebuie să respecte Regulamentul (UE) 2017/745 (MDR). <p>Standardele de calitate</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Producătorul/furnizorul trebuie să dețină certificat de calitate conform ISO 9001 (sau echivalent). <input type="checkbox"/> Pentru dispozitive medicale (dacă este cazul), producătorul/furnizorul trebuie să dețină certificat ISO 13485. <hr/> <p>Lot 26.4 Masă tratament cu 3 secțiuni – Buc 1</p> <p>SPECIFICAȚII TEHNICE</p> <p>1. CERINȚE TEHNICE MINIME OBLIGATORII:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Caracteristici principale: <ul style="list-style-type: none"> - Trei secțiuni: parte centrală, suport pentru picioare și tetiere cu orificiu facial - Reglare electrică a înălțimii: între 490–1020 mm, controlată prin telecomandă - Tetiere reglabile: între -30° și +60°, cu arc pneumatic - Suport pentru picioare reglabil: până la poziție de șezut (-25° până la +75°) - Structură robustă din oțel, vopsită electrostatic, rezistentă la zgârieturi - Capacitate maximă pacient: 250 kg - Dimensiuni: 2000 × 660 mm <p>Mărimile se pot diferi cu ±10% de la cele menționate mai sus.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Alte cerințe: <ul style="list-style-type: none"> - Tetiere cu 3 secțiuni și suporturi pentru brațe - Secțiune centrală reglabilă pentru drenaj limfatic - Suport pentru rolă de hârtie (nu se poate combina cu tetiere cu 3 secțiuni) - Sistem de roți centrale cu frâne - Bare pentru fixarea centurilor de stabilizare 	

Nr. lot	Denumirea echipamentelor și dotărilor/Specificațiile tehnice minime: Lot 26. Mobilier medical pentru CENTRUL DE RECUPERARE ȘI DEZVOLTARE TIMPURIE SÂNMARTIN	Documente solicitate/criteriu de atribuire/Factori de evaluare
	<p>- Control prin pedală sau cadru periferic</p> <p>2. STANDARDE DE CALITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ PRODUSUL OFERTAT:</p> <p>Marcaj și conformitate</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Toate echipamentele furnizate trebuie să fie marcate CE, în conformitate cu legislația europeană aplicabilă. <input type="checkbox"/> Produsele trebuie să respecte cerințele Directivei pentru echipamente electrice de joasă tensiune (LVD 2014/35/UE) și Directivei EMC 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică. <input type="checkbox"/> În cazul în care echipamentele sunt încadrate ca dispozitive medicale, acestea trebuie să respecte Regulamentul (UE) 2017/745 (MDR). <p>Standardele de calitate</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Producătorul/furnizorul trebuie să dețină certificat de calitate conform ISO 9001 (sau echivalent). <input type="checkbox"/> Pentru dispozitive medicale (dacă este cazul), producătorul/furnizorul trebuie să dețină certificat ISO 13485. <p>Documentație obligatorie la livrare</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Declarație de conformitate CE. <input type="checkbox"/> Manual de utilizare în limba română. <input type="checkbox"/> Certificat de garanție. <p>3. CONDIȚII DE LIVRARE:</p> <p>Livrarea se va face la sediul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, str. dr. Dénes László nr. 2, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, pe cheltuiala furnizorului în maxim 60 de zile calendaristice de la primirea comenzii. Produsele livrate vor fi predate pe baza unui Aviz de însoțire a mărfii, sau alt document de predare-primire pentru verificarea și recepția cantitativă și calitativă a acestora. Factura se va emite pe baza procesului verbal de predare-primire calitativă.</p> <p>4. TERMEN DE GARANȚIE :</p> <p>Garanție tehnică - minim 2 ani garantat de producător prin ofertant conform legislației în vigoare.</p> <p>Garanție produs: 2 ani.</p> <p>În perioada garanției remediarea defecțiunilor se realizează termenul de intervenție: 72 de ore.</p> <p>5. DOCUMENTE CARE ÎNSOȚESC PRODUSELE LA LIVRARE:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Aviz de însoțire a mărfii /Proces verbal de predare primire · Certificate de calitate și garanție · Fișă tehnică · Orice alte documente considerate a fi relevante în procesul de utilizare al aparatelor medicale. 	

Nr. lot	Denumirea echipamentelor și dotărilor/Specificațiile tehnice minime: Lot 26. Mobilier medical pentru CENTRUL DE RECUPERARE ȘI DEZVOLTARE TIMPURIE SÂNMARTIN	Documente solicitate/criteriu de atribuire/Factori de evaluare
	<p>Lot 26.5 Masă Bobath reglabil cu 2 secțiuni – Buc 1</p> <p>SPECIFICAȚII TEHNICE</p> <p>1. CERINȚE TEHNICE MINIME OBLIGATORII:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Masă kinetoterapie tip Bobath cu 2 secțiuni · Suprafață de terapie sa fie foarte largă · Cadru sa fie stabil și robust din oțel vopsit electrostatic · Reglarea înalțimii mesei electric · Tapițerie rezistentă la zgârieturi · Densitatea spumei de pe suprafața de tratament 38 kg/m³ · Culoarea tapițeriei la alegere dintr-o paletă largă de culori. · Umplutura sa fie cu două straturi care asigura confortul pacientului · Reglarea înălțimii sa se poate face de pe orice parte a mesei <p>Reglajul pe înălțime: 43-96 cm</p> <p>Timp de ridicare de aproximativ 18–25 secunde</p> <p>Dimensiuni: 200 x 120 cm</p> <p>Greutate max. pacient: 250 kg</p> <p>Greutate masă maxim: 145 Kg</p> <p>Alimentare: 230V/ 50Hz</p> <p>Mărimile se pot diferi cu ±10% de la cele menționate mai sus.</p> <p>2. STANDARDE DE CALITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ PRODUSUL OFERTAT:</p> <p>Marcaj și conformitate</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Toate echipamentele furnizate trebuie să fie marcate CE, în conformitate cu legislația europeană aplicabilă. <input type="checkbox"/> Produsele trebuie să respecte cerințele Directivei pentru echipamente electrice de joasă tensiune (LVD 2014/35/UE) și Directivei EMC 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică. <input type="checkbox"/> În cazul în care echipamentele sunt încadrate ca dispozitive medicale, acestea trebuie să respecte Regulamentul (UE) 2017/745 (MDR). <p>Standardele de calitate</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Producătorul/furnizorul trebuie să dețină certificat de calitate conform ISO 9001 (sau echivalent). 	

Nr. lot	Denumirea echipamentelor și dotărilor/Specificațiile tehnice minime: Lot 26. Mobilier medical pentru CENTRUL DE RECUPERARE ȘI DEZVOLTARE TIMPURIE SÂNMARTIN	Documente solicitate/criteriu de atribuire/Factori de evaluare
	<p>☒ Pentru dispozitive medicale (dacă este cazul), producătorul/furnizorul trebuie să dețină certificat ISO 13485.</p> <hr/> <p>Lot 26.6 Masă de tratament și masaj– Buc 1</p> <p>SPECIFICAȚII TEHNICE</p> <p>1. CERINȚE TEHNICE MINIME OBLIGATORII:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Canapeaua sa aiba minim 4 secțiuni <p>Caracteristici principale</p> <ul style="list-style-type: none"> · Patru secțiuni: parte centrală, suport pentru membrele inferioare, secțiunea pentru picioare reglabilă separat pentru fiecare picior și tetiere cu orificiu facial · Reglare electrică a înălțimii: între 460–990 mm, timp de ajustare de maxim 18 secunde , controlată prin telecomandă · Reglare electrică a secțiunii pentru spate, fără a fi necesară coborârea pacientului · Tetiere reglabilă: între -30° și +75°, cu arc pneumatic · Suport pentru picioare reglabil: (-45° până la +60°) · Orificiu alungit pentru nas, ideal pentru poziția ventrală · Densitate spumă: 38 kg/m³ · Sistem de ridicare a roților pentru mobilitate crescută, sistemul permite terapeutului să blocheze sau să deblocheze toate roțile mesei fără a se apleca sau a depune efort suplimentar · Funcția reglare înălțime a patului din orice poziție a terapeutului, permite controlul complet al ajustării înălțimii din toate părțile acționând un cadru metalic montat pe ambele laterale a mesei <p>Structură robustă din oțel, vopsită electrostatic, rezistentă la zgârieturi</p> <p>Capacitate maximă pacient: 250 kg</p> <p>Dimensiuni: 2000 × 670 mm</p> <p>Avantaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Confort sporit pentru pacient • Flexibilitate maximă pentru terapeut • Design ergonomic și robust <p>Mărimile se pot diferi cu ±10% de la cele menționate mai sus.</p>	

Nr. lot	Denumirea echipamentelor și dotărilor/Specificațiile tehnice minime: Lot 26. Mobilier medical pentru CENTRUL DE RECUPERARE ȘI DEZVOLTARE TIMPURIE SÂNMARTIN	Documente solicitate/criteriu de atribuire/Factori de evaluare
	<p>2. STANDARDE DE CALITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ PRODUSUL OFERTAT:</p> <p>Marcaj și conformitate</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Toate echipamentele furnizate trebuie să fie marcate CE, în conformitate cu legislația europeană aplicabilă. ☐ Produsele trebuie să respecte cerințele Directivei pentru echipamente electrice de joasă tensiune (LVD 2014/35/UE) și Directivei EMC 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică. ☐ În cazul în care echipamentele sunt încadrate ca dispozitive medicale, acestea trebuie să respecte Regulamentul (UE) 2017/745 (MDR). <p>Standardele de calitate</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Producătorul/furnizorul trebuie să dețină certificat de calitate conform ISO 9001 (sau echivalent). ☐ Pentru dispozitive medicale (dacă este cazul), producătorul/furnizorul trebuie să dețină certificat ISO 13485. <hr/> <p>Lot 26.7 Troliu accesorii- Buc 1</p> <p>SPECIFICAȚII TEHNICE</p> <p>1. CERINȚE TEHNICE MINIME OBLIGATORII:</p> <p>Troliu accesoriizat pentru medicatie, cu minim urmatoarele caracteristici tehnice:</p> <p>Structura sa fie metalica, vopsita in camp electrostatic, acoperita cu ABS</p> <p>Prevazut cu un sertar cu dimensiunile utile minim:</p> <p>355 x 555 x 100mm, inaltimea totala a sertarului sa fie de minim 120mm</p> <p>Prevazut cu un sertar cu dimensiunile utile minim:</p> <p>355 x 555 x 200mm, inaltimea totala a sertarului sa fie de minim 220mm</p> <p>Sertarele sa fie prevazute la interior cu tavi din plastic (sau superior), usor detasabile, cu minim 2 separatoare (pentru 4 compartimente) fiecare</p> <p>Lateralele si sertarele (partea fixa) sa fie metalice, vopsite in camp electrostatic</p> <p>Topul de lucru si sertarele detasabile sa fie realizate din plastic sau superior</p> <p>Topul de lucru sa aiba margini ridicate pe 3 laturi pentru a preveni caderea materialelor</p> <p>Sub top sa existe o suprafata de lucru extractibila, din inox, cu o dimensiune de minim 29 x 35 ± 5 cm.</p> <p>Troliul sa fie prevazut cu minim 10 casete rabatabile individuale, pentru medicamente</p> <p>Troliul sa fie mobil, montat pe 4 roti cu dimensiunea de minim 125 mm, minim 2 dintre ele sa fie prevazute cu frana, realizate din material non-magnetic si pivotante la 360°.</p> <p>Prevazut cu cos pentru deseuri, detasabil</p>	

ANEXA 1 LA CAIETUL DE SARCINI

Nr. lot	Denumirea echipamentelor și dotărilor/Specificațiile tehnice minime: Lot 26. Mobilier medical pentru CENTRUL DE RECUPERARE ȘI DEZVOLTARE TIMPURIE SÂNMARTIN	Documente solicitate/criteriu de atribuire/Factori de evaluare
	<p>Prevazut cu suport IV cu minim patru carlige, ajustabil pe inaltime</p> <p>Troliul sa fie prevazut cu sistem de inchidere centralizat, cu cheie</p> <p>Troliul sa fie prevazut cu suport etichete pe fiecare sertar, pentru identificare usoara</p> <p>Troliul sa fie prevazut cu maner ergonomic pentru manevrare usoara</p> <p>Dimensiune exterioara troliu (corp): minim 70 x 55 x 115 cm (L x l x h).</p> <p>Mărimile se pot diferi cu ±10% de la cele menționate mai sus.</p> <p>2. STANDARDE DE CALITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ PRODUSUL OFERTAT:</p> <p>Marcaj și conformitate</p> <ul style="list-style-type: none"> ☒ Toate echipamentele furnizate trebuie să fie marcate CE, în conformitate cu legislația europeană aplicabilă. ☒ Produsele trebuie să respecte cerințele Directivei pentru echipamente electrice de joasă tensiune (LVD 2014/35/UE) și Directivei EMC 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică. <p>Standardele de calitate</p> <ul style="list-style-type: none"> ☒ Producătorul/furnizorul trebuie să dețină certificat de calitate conform ISO 9001 (sau echivalent). ☒ Pentru dispozitive medicale (dacă este cazul), producătorul/furnizorul trebuie să dețină certificat ISO 13485. 	

Întocmit,
Kinetoterapeut-coordonator Cabinet de Recuperare Medicină Fizică Sânmartin
Balló Mónika

Nr. lot.	Denumirea echipamentelor și dotărilor/Specificațiile tehnice minime: Lot 27. Noptieră cu măsuță pentru secția de Neurologie	Documente solicitate/criteriu de atribuire/Factori de evaluare								
27	<p>Lot 27.1 Noptieră cu măsuță - Buc 5</p> <p>Noptieră cu măsuță retractabilă integrată este un echipament medical auxiliar destinat utilizării în saloanele de spital, conceput pentru a oferi pacienților confort și acces facil la obiectele personale și la servirea mesei. Prin designul său ergonomic și funcțional, noptiera contribuie la îmbunătățirea calității îngrijirii medicale și la eficientizarea activității personalului medical.</p> <p>Structura modulară și materialele utilizate trebuie să asigure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rezistență și durabilitate, • igienizare ușoară și rezistență la substanțele de dezinfecție, • adaptabilitate la spațiile reduse din saloane, • siguranță și confort pentru pacient. <p>1. CERINȚE TEHNICE MINIME OBLIGATORII:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiuni totale noptieră: 61 x 45 x 88 cm (± 5%) - Dimensiuni pentru măsuța pentru servirea mesei: 40 x 57cm (± 5%) - Interval de valori pentru reglarea înălțimii măsuței: 80 – 110cm - Interval de valori pentru unghiul de înclinație al măsuței: 30° – 60° - Noptiera să prezinte următoarea compartimentare/structură: <ul style="list-style-type: none"> - Măsuță retractabilă pentru servirea mesei, cu mecanism de glisare ușoară. - Sertar superior cu separator interior pentru o bună organizare a obiectelor și sistem de încuiere cu cheie - Raft deschis accesibil din trei laturi pentru vizibilitate și acces facil la obiecte. - Un sertar inferior cu separator interior pentru o bună organizare a obiectelor și suport pentru sticle - Un suport tip sertar închis la nivelul bazei noptierei pentru încălzământul pacientului - Blat superior cu margini prevăzute cu profil de siguranță pentru prevenirea alunecării obiectelor. - Noptiera să prezinte un grad de protecție la dezinfecție IPx6 - Fiecare sertar să fie dotat cu sistem de închidere amortizat tip Soft-close care să prevină deteriorarea prematură a noptierei - Separatoarele interioare ale sertarelor să fie demontabile pentru a se putea asigura dezinfecția și igienizarea optimă a acestora - Ajustarea înălțimii măsuței să se realizeze cu ușurință și fără efort cu ajutorul unui piston pe gaz acționat prin apăsarea unei clapete - Măsuța pentru servirea mesei să poată susține o greutate de minim 20Kg - Sertarul superior să poată susține o greutate de minim 20Kg - Blatul superior al noptierei să poată susține o greutate de minim 50Kg 	<p>Documente solicitate:</p> <p>a) Formularul de ofertă tehnică (Formular de ofertă tehnică) – semnat, ștampilat, scanat în format .pdf; Nota 1: Se vor menționa pagina și poziția din broșură/ catalog etc. unde se regăsește respectiva specificație;</p> <p>b) Documentații și fișe tehnice de la producător în original, respectiv cu traducere autorizată în limba română (unde este cazul), care atestă cele declarate în propunerea tehnică;</p> <p>c) Declarație privind garanția acordată produsului</p> <p>d) Certificatul CE de conformitate a produselor cu cerințele din Directiva Europeană 93/42/EEC pentru aplicarea marcajului CE, valabil la data prezentării și/sau Declarație de conformitate UE în acord cu Regulamentul 745/2017 UE</p> <p>e) Certificat ISO 9001 sau orice alt sistem de management pentru stabilirea fluxului de mentenanță/ verificare sau reparare</p> <p>f) Ofertantii (oferant unic, asociati, subcontractanti) vor prezenta o declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că se vor respecta condițiile de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului.</p> <p>Informații detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și se referă la condițiile de muncă și protecția muncii, securității și sănătății în muncă, se pot obține de la Inspectia Muncii sau pe site-ul http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.</p> <p>Informații privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și se referă la condițiile de mediu, se pot obține de la Agenția Națională pentru Protecția Mediului sau de pe site-ul: http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.</p> <p>g) Declarația privind aplicarea principiului DNSH („Do no significant harm” – „A nu aduce prejudicii asupra mediului”) – Formularul 16</p> <p>h) Operatorii economici au obligația de a depune modelul de contract asumat. Orice amendamente/proponeri cu privire la clauzele stipulate în acesta se vor face înainte de data limita de depunere a ofertelor, prin solicitare de clarificari.</p> <p>i) Ofertantul declară amestecurile de acoperire utilizate în produsul de mobilier</p> <p>Această declarație este susținută de fișele cu date de securitate care indică în mod clar clasificarea gradului de pericol a amestecului de acoperire</p> <p>Produsele de mobilier care au primit eticheta ecologică a UE pentru mobilier, astfel cum s-a stabilit în Decizia (UE) 2016/1332 a Comisiei sau alte etichete ecologice ISO 14024 tipul I relevante care îndeplinesc în mod direct cerințele menționate sau care utilizează metode echivalente sunt considerate a fi conforme.</p> <p>j) Ofertantul prezintă o declarație din partea furnizorului părții (părților) componente metalice prin care să atestă că pentru niciuna dintre părțile componente metalice nu au fost utilizate procedee de acoperire galvanică cu cadmiu sau compuși ai cadmiului.</p> <p>În cazul în care în procedeele de acoperire galvanică a fost utilizat nichel, solicitantul prezintă o declarație din partea furnizorului părții (părților) componente metalice, susținută de un raport privind testele efectuate, în conformitate cu standardul EN 1811, care evidențiază cantități de nichel mai mici de 0,5 μg/cm2/săptămână.</p> <p>Produsele de mobilier care au primit eticheta ecologică a UE pentru mobilier, astfel cum s-a stabilit în Decizia (UE) 2016/1332 a Comisiei, sau alte etichete ecologice ISO 14024 tipul I relevante care îndeplinesc în mod direct aceste cerințe sau care utilizează metode echivalente sunt considerate a fi conforme.</p> <p>k) Ofertantul furnizează o declarație care identifică substanțele specifice din lista substanțelor candidate REACH care sunt prezente, în conformitate cu cea mai recentă versiune a listei substanțelor candidate la data publicării anunțului la procedura de atribuire</p> <p>l) Perioade de garanție extinse – Factor de evaluare - Ofertantul prezintă o declarație scrisă care detaliază perioada oferită și care atestă că se acoperă conformitatea bunurilor cu specificațiile contractului, inclusiv toate utilizările indicate.</p> <p>m) Etichetarea ecologică – Factor de evaluare - Ofertantul prezintă eticheta ecologică a UE pentru mobilier, astfel cum s-a stabilit în Decizia (UE) 2016/1332 a Comisiei, sau alte etichete ecologice ISO 14024 tipul I relevante care îndeplinesc în mod direct cerințele menționate sau care utilizează metode echivalente sunt considerate a fi conforme.</p> <p>n) Ambalaj din material reciclat - Factor de evaluare -: Prezentare documente provenite de la producător care confirmă procentul de material reciclat folosit la ambalaj. În mod alternativ, se prezintă o declarație de conformitate cu prezentul criteriu privind ambalajul produsului. Criteriul vizează numai ambalajele primare, astfel cum sunt definite în Directiva 94/62/CE, modificată prin Directiva 2004/12/</p> <p>Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate/preț</p> <p>Factori de evaluare</p> <table border="1" data-bbox="1418 1549 2760 1898"> <thead> <tr> <th data-bbox="1418 1549 1486 1608">Nr. crt.</th> <th data-bbox="1486 1549 1650 1608">Factor de evaluare</th> <th data-bbox="1650 1549 1789 1608">Punctaj maxim</th> <th data-bbox="1789 1549 2760 1608">Algoritm de calcul</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1418 1608 1486 1898">1</td> <td data-bbox="1486 1608 1650 1898">Prețul total</td> <td data-bbox="1650 1608 1789 1898">40 puncte</td> <td data-bbox="1789 1608 2760 1898"> Punctajul pentru factorul de evaluare “prețul ofertei” se acordă astfel: - pentru prețul cel mai scăzut dintre prețurile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat 40 pct. - pentru alt preț, punctajul se acorda astfel: Punctaj financiar = (Prețul minim / Prețul “n”) x Punctajul maxim alocat unde: Prețul minim = valoarea ofertei financiare cea mai mică. Prețul “n” = prețul ofertat. Punctajul maxim alocat = 40 puncte. </td> </tr> </tbody> </table>	Nr. crt.	Factor de evaluare	Punctaj maxim	Algoritm de calcul	1	Prețul total	40 puncte	Punctajul pentru factorul de evaluare “prețul ofertei” se acordă astfel: - pentru prețul cel mai scăzut dintre prețurile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat 40 pct. - pentru alt preț, punctajul se acorda astfel: Punctaj financiar = (Prețul minim / Prețul “n”) x Punctajul maxim alocat unde: Prețul minim = valoarea ofertei financiare cea mai mică. Prețul “n” = prețul ofertat. Punctajul maxim alocat = 40 puncte.
Nr. crt.	Factor de evaluare	Punctaj maxim	Algoritm de calcul							
1	Prețul total	40 puncte	Punctajul pentru factorul de evaluare “prețul ofertei” se acordă astfel: - pentru prețul cel mai scăzut dintre prețurile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat 40 pct. - pentru alt preț, punctajul se acorda astfel: Punctaj financiar = (Prețul minim / Prețul “n”) x Punctajul maxim alocat unde: Prețul minim = valoarea ofertei financiare cea mai mică. Prețul “n” = prețul ofertat. Punctajul maxim alocat = 40 puncte.							

ANEXA 1 LA CAIETUL DE SARCINI

Nr. lot.	Denumirea echipamentelor și dotărilor/Specificațiile tehnice minime: Lot 27. Noptieră cu măsuță pentru secția de Neurologie	Documente solicitate/criteriu de atribuire/Factori de evaluare			
	<p>– Noptiera să fie echipată cu 4 roțile duble de calitate superioară cu diametrul de 75mm și sistem de frânare individual pe fiecare roată</p> <p>– Pentru a asigura o durabilitate ridicată în timp, structura metalică a noptierei să fie fabricată din oțel cu acoperire din pudră și elemente din aluminiu</p> <p>– Pentru a facilita șederea pacientului, noptiera să fie echipată cu următoarele accesorii ce permit o depozitare eficientă și organizată a obiectelor personale</p> <ul style="list-style-type: none"> – 2 suporturi laterale pentru prosoape – Suport integrat pentru pahar pe blatul superior – Compartiment interior dedicat depozitării recipientelor (sticle), prevăzut cu trei locașuri separate <p>– Fronturile sertarelor să fie fabricate din HPL cu rezistență crescută la abraziune și substanțe chimice, disponibile într-o gamă variată de culori</p> <p>– Noptiera să prezinte un grad ridicat de adaptabilitate la spațiul redus din saloane și să aibă o construcție specifică care să permită rotirea doar a corpului acesteia la un unghi de 240° fără a modifica poziția mesei pe loc și a bazei (a roților).</p> <p>– În acest mod, sertarele pot fi accesate cu ușurință de pe toate cele 3 laturi fără a fi necesară mutarea noptierei și fără a fi necesară demontarea și re poziționarea măsuței</p> <p>– Procesul de rotire a corpului să se realizeze rapid prin acționarea unui singur buton</p> <p>Mărimile se pot diferi cu ±10% de la cele menționate mai sus.</p> <p>2. STANDARDE DE CALITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ PRODUSUL OFERTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> – SR EN 16121/16122 – mobilier non-domestic: cerințe de rezistență, stabilitate și siguranță. – SR EN 12727 – mobilier de ședere pentru colectivități (testare rezistență și durabilitate). – SR EN ISO 14971 – managementul riscului. 	2	Perioadele de garanție extinse	20 puncte	<p>Prețurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt prețurile totale în lei fără TVA din propunerea financiară.</p> <p>Punctajul pentru factorul de evaluare “Perioadele de garanție extinse” se acordă astfel: Punctajul maxim alocat = 20 puncte.</p> <p>- pentru garanția cea mai mare oferată se acorda punctajul maxim alocat, adică 20 de puncte. (Se va puncta perioada de garanție extinsă începând de la minim 25 de luni)</p> <p>- pentru altă garanție, punctajul se acorda astfel: Punctaj termen de garanție = (Garanția oferată / Garanția cea mai mare oferată) x 20.</p> <p>Perioadele de garanție extinse care se compară în vederea acordării punctajului, sunt cele declarate în propunerea tehnică depusă de ofertant. Perioada de garanție – durata minimă solicitată în caietul de sarcini este de 24 de luni de la data finalizării recepției calitative, respectiv după instalare, configurare, punere în funcțiune.</p> <p>Perioada de garanție extinsă va fi oferată în număr de luni întregi.</p> <p><u>Nota 1: pentru o perioadă de garanție tehnică comercială de 24 de luni oferta va fi declarată conformă și punctată cu 0 puncte.</u></p> <p><u>Nota 2: Orice garanție sub 24 de luni va determina considerarea propunerii tehnice ca fiind neconformă.</u></p>
		3	Etichetarea ecologică	20 puncte	<p>Se acordă puncte dacă ofertantul prezintă eticheta ecologică a UE pentru mobilier, astfel cum s-a stabilit în Decizia (UE) 2016/1332 a Comisiei, sau alte etichete ecologice ISO 14024 de tipul I relevante.</p> <p>Algoritm de calcul: Oferta se va puncta suplimentar cu 20 de puncte dacă ofertantul prezintă eticheta ecologică a UE pentru mobilier, astfel cum s-a stabilit în Decizia (UE) 2016/1332 a comisiei, sau alte etichete ecologice ISO 14024 de tipul I relevante care îndeplinesc în mod direct cerințele menționate sau care utilizează metode echivalente.</p>
		4	Ambalaj din material reciclat	20 puncte	<p>Criteriul vizează numai ambalajele primare, astfel cum sunt definite în Directiva 94/62/CE, modificată prin directiva 2004/12/CE. În vederea obținerii punctajului, ofertantul va prezenta documente provenite de la producătorul produsului ofertat care confirmă procentul de material reciclat folosit la ambalaj.</p> <p>Punctajul pentru factorul de evaluare “ambalaj din material reciclat” se acordă astfel: Se cuantifică procentul de material reciclat folosit la ambalaj: se va puncta procentul de material reciclat folosit la ambalaj $\geq 50\%$.</p> <p>-pentru oferta care prezintă cel mai mare procent material reciclat folosit la ambalaj, va obține punctajul maxim alocat de 20 de puncte</p> <p>-pentru restul ofertelor admisibile, punctajul se calculează proporțional, astfel: Punctaj ambalaj din material reciclat = (Procentul de material reciclat al ofertei/Cel mai mare procent de material reciclat) x 20.</p> <p>Procentele de material reciclat folosit la ambalaj care se compară, în vederea acordării punctajului, sunt cele declarate în propunerea tehnică depusă de ofertant.</p> <p>Procentul de material reciclat folosit la ambalaj va fi exprimat în procente, fără zecimale.</p> <p><u>Nota: pentru procentul de material reciclat folosit la ambalaj $< 50\%$, oferta va fi declarată conformă și punctată cu 0 puncte.</u></p>
		Punctajul total se va obține prin însumarea celor 4 criterii: prețul ofertei și componentele tehnice.			

Elaborat,
Șef Secție Neurologie: dr. Csiki Éva Klára