



Centrul Național Clinic de Recuperare
Neuropsihomotorie Copii
"Robănescu – Pădure"

Str. Dumitru Mincă, Nr. 44, Sector 4, București 041408
CIF: 21101334 / Tel.: 0214600232 / Fax: 0372893331
www.recuperarecopii.ro, secretariat@recuperarecopii.ro



Centrul Național Clinic de Recuperare
Neuropsihomotorie Copii "Robănescu - Pădure"
Str. Minca Dumitru nr. 44 cod 041408, București

REGISTRATURĂ

Intrare
Teșire Nr. 6123

Ziva.....29.....Luna.....04.....Anul.....2026

Aprobat,

Manager,

Cofei Alina Mariana

CAIET DE SARCINI

Specificații tehnice (descriere) minime ale Produselor

LOT 5 Traductor sectorial pediatric de frecventa minima 4-12MHz **compatibil cu ecograf Philips Epiq CVx**
Cantitate: 1 bucata

A	Specificatii tehnice minime
	Traductor sectorial pediatric care sa lucreze in gama minima de frecvente 4-12MHz pentru examinarea aplicații cardiologice pediatrice și neonatale, aplicații pentru traductor neonatal Numar minim de elemente 96
B	CERTIFICARE SI GARANTII
	Perioada de garantie a echipamentelor – 24 de luni de la data efectuării recepției finale Timp de raspuns la solicitare in perioada de garantie cel mult 48 ore la sediul beneficiarului / locatia de instalare / sau remote In cazul defectiunii in perioada de garantie, ofertantul trebuie sa poata oferi traductorul la schimb pentru a nu intrerupe activitatea personalului medical pana la repararea produsului sau inlocuirea acestuia. Daca repararea nu va fi posibila, ofertantul va trebui sa poata inlocui produsul defect in maxim 7 zile de la diagnosticarea acesteia si cele 48 de ore de raspuns de la solicitarea autoritatii contractante.

primut 20.05.2026
AH

	Echipamentul trebuie sa indeplineasca cerintele Directivei pentru dispozitive medicale 93/42/CCE. Se va prezenta Declaratia de Conformitate CE /Certificatul de Conformitate CE, emis de un organism notificat, dupa caz.
C	SERVICE POSTGARANȚIE
	Post garantie: 8 ani
D	SERVICII CONEXE
	Traductorii oferati si livrati sa fie productie a anului curent
E	SERVICE ÎN GARANȚIE, CERINȚE INSTALARE
	<p>Ofertantul trebuie sa demonstreze capacitatea personalului specializat si imputernicit sa efectueze serviciile de instalare, punere in functiune, mentenanta si service prin diplome individualizate emise de producator sau alte organisme abilitate pe marca si modelul de traductor oferat. Se va anexa diploma de la producator sau organism reputabil abilitat pentru inginerul desemnat sa presteze serviciile mentionate. (Nu se accepta declaratie pe proprie raspundere)</p> <p>Acest personal va realiza instalarea, punerea în funcțiune, precum și activitățile de service in perioada de garantie (întreținere preventivă și corectivă) pentru tipul și modelul de produs oferat.</p> <p>Piese de schimb furnizate in perioada de garantie si service vor fi originale sau agreate de către producător. Furnizorul are obligația de a prezenta documente justificative care să ateste capacitatea de a asigura livrarea pieselor de schimb pe întreaga durată de utilizare a echipamentului (până la 10 ani de la data instalării)</p>
F	Instruirea personalului
	<p>Furnizorul va instrui personalul medical care va utiliza aparatul la sediul beneficiarului.</p> <p>Instruirea personalului medical al beneficiarului va fi realizată de specialiști în aplicații clinice, autorizați de producător, sau de catre reprezentantul autorizat al acestuia sau de organisme acreditate pentru marca și modelul produsului oferat. Se vor anexa diploma de participare la cursuri de instruire, atestate si participarea recurenta la cursuri de instruire, actualizarea permanenta a cunostintelor, care atesta capabilitatea demonstrarii si prezentarii acestora in cadrul trainingului de aplicatii in urma instalarii echipamentelor, catre cadrele medicale specializate pentru marca si modelul echipamentului oferat.</p> <p>Pentru aplicatiile avansate ale produsului oferat, specialistii de aplicatii clinice trebuie sa fie autorizati de producator sau organisme abilitate pe aplicatia oferata in configuratia echipamentului.</p>

	Personalul de aplicatii desemnat trebuie sa poata efectua prezentarea completă a tuturor funcțiilor disponibile, suportate de traductorii oferati, inclusiv aplicațiile avansate ale echipamentului oferat, precum și configurarea aparatului cu noii traductori în funcție de nevoile utilizatorilor, cu scopul optimizării examinărilor și obținerii unui diagnostic cât mai precis.
--	--

LOT 3 Traductor sectorial matricial volumetric de frecvente minima 2 – 7 MHz **compatibil cu ecograf Philips Epiq CVx**

Cantitate: 1 bucata

A	Specificatii tehnice minime:
	<p>Traductor sectorial matricial volumetric pentru aplicatii cardiace pediatrice care sa lucreze in gama minima de frecvente 2 – 7 MHz, care sa asigure achizitia de imagini 2D, 3D in timp real (4D), inclusiv modul de vizualizare in timp real a doua planuri de sectiuni diferite si cu posibilitatea suprapunerii modului Doppler Pulsat.</p> <p>Numar minim de elemnte : 1700</p> <p>Sa asigure rotirea electronica pana la 180 grade</p>
B	CERTIFICARE SI GARANTII
	<p>Perioada de garantie a echipamentelor – 24 de luni de la data efectuarii receptiei finale</p> <p>Timp de raspuns la solicitare in perioada de garantie cel mult 48 ore la sediul beneficiarului / locatia de instalare / sau remote</p> <p>In cazul defectiunii in perioada de garantie, ofertantul trebuie sa poata oferi traductorul la schimb pentru a nu intrerupe activitatea personalului medical pana la repararea produsului sau inlocuirea acestuia.</p> <p>Daca repararea nu va fi posibila, ofertantul va trebui sa poata inlocui produsul defect in maxim 7 zile de la diagnosticarea acesteia si cele 48 de ore de raspuns de la solicitarea autoritatii contractante.</p> <p>Echipamentul trebuie sa indeplineasca cerintele Directivei pentru dispozitive medicale 93/42/CCE. Se va prezenta Declaratia de Conformitate CE /Certificatul de Conformitate CE, emis de un organism notificat, dupa caz.</p>
C	SERVICE POSTGARANȚIE
	Post garantie: 8 ani

D	SERVICII CONEXE
	Traductorii ofertati si livrati sa fie productie a anului curent
E	SERVICE ÎN GARANȚIE, CERINȚE INSTALARE
	<p>Ofertantul trebuie sa demonstreze capacitatea personalului specializat si imputernicit sa efectueze serviciile de instalare, punere in functiune, mentenanta si service prin diplome individualizate emise de producator sau alte organisme abilitate pe marca si modelul de traductor ofertat. Se va anexa diploma de la producator sau organism reputabil abilitat pentru inginerul desemnat sa presteze serviciile mentionate. (Nu se accepta declaratie pe proprie raspundere)</p> <p>Acest personal va realiza instalarea, punerea în funcțiune, precum și activitățile de service in perioada de garantie (întreținere preventivă și corectivă) pentru tipul și modelul de produs ofertat.</p> <p>Piese de schimb furnizate in perioada de garantie si service vor fi originale sau agreate de către producător. Furnizorul are obligația de a prezenta documente justificative care să ateste capacitatea de a asigura livrarea pieselor de schimb pe întreaga durată de utilizare a echipamentului (până la 10 ani de la data instalării)</p>
F	Instruirea personalului
	<p>Furnizorul va instrui personalul medical care va utiliza aparatul la sediul beneficiarului.</p> <p>Instruirea personalului medical al beneficiarului va fi realizată de specialiști în aplicații clinice, autorizați de producător, sau de către reprezentantul autorizat al acestuia sau de organisme acreditate pentru marca și modelul produsului ofertat. Se vor anexa diploma de participare la cursuri de instruire, atestate și participarea recurentă la cursuri de instruire, actualizarea permanentă a cunoștințelor, care atestă capacitatea demonstrării și prezentării acestora în cadrul trainingului de aplicații în urma instalării echipamentelor, către cadrele medicale specializate pentru marca și modelul echipamentului ofertat.</p> <p>Pentru aplicațiile avansate ale produsului ofertat, specialiștii de aplicații clinice trebuie să fie autorizați de producător sau organisme abilitate pe aplicația ofertată în configurația echipamentului.</p> <p>Personalul de aplicații desemnat trebuie să poată efectua prezentarea completă a tuturor funcțiilor disponibile, suportate de traductorii ofertati, inclusiv aplicațiile avansate ale echipamentului ofertat, precum și configurarea aparatului cu noii traductori în funcție de nevoile utilizatorilor, cu scopul optimizării examenelor și obținerii unui diagnostic cât mai precis.</p>

LOT 4 Traductor liniar de frecvente minima 8-26MHz **compatibil cu ecograf Philips Epiq CVx**

Cantitate: 1 bucata

A	Specificatii tehnice minime
	Traductor liniar care sa lucreze in banda de frecvente 8-26MHz Aplicatii superficiale (MSK și părți moi) de înaltă rezoluție Numar minim de elemente- 190
B	CERTIFICARE SI GARANTII
	<p>Perioada de garantie a echipamentelor – 24 de luni de la data efectuării recepției finale</p> <p>Timp de raspuns la solicitare in perioada de garantie cel mult 48 ore la sediul beneficiarului / locatia de instalare / sau remote</p> <p>In cazul defectiunii in perioada de garantie, ofertantul trebuie sa poata oferi traductorul la schimb pentru a nu intrerupe activitatea personalului medical pana la repararea produsului sau inlocuirea acestuia.</p> <p>Daca repararea nu va fi posibila, ofertantul va trebui sa poata inlocui produsul defect in maxim 7 zile de la diagnosticarea acesteia si cele 48 de ore de raspuns de la solicitarea autoritatii contractante.</p> <p>Echipamentul trebuie sa indeplineasca cerintele Directivei pentru dispozitive medicale 93/42/CCE. Se va prezenta Declaratia de Conformitate CE /Certificatul de Conformitate CE, emis de un organism notificat, dupa caz.</p>
C	SERVICE POSTGARANȚIE
	Post garantie: 8 ani
D	SERVICII CONEXE
	Traductorii oferati si livrati sa fie productie a anului curent
E	SERVICE ÎN GARANȚIE, CERINȚE INSTALARE
	Ofertantul trebuie sa demonstreze capacitatea personalului specializat si imputernicit sa efectueze serviciile de instalare, punere in functiune, mentenanta si service prin diplome individualizate emise de producator sau alte organisme abilitate pe marca si modelul de traductor oferat. Se va anexa diploma de la producator sau organism reputabil abilitat pentru inginerul desemnat sa presteze serviciile mentionate. (Nu se accepta declaratie pe proprie raspundere)

	<p>Acest personal va realiza instalarea, punerea în funcțiune, precum și activitățile de service in perioada de garantie (întreținere preventivă și corectivă) pentru tipul și modelul de produs oferat.</p> <p>Piese de schimb furnizate in perioada de garantie si service vor fi originale sau agreate de către producător. Furnizorul are obligația de a prezenta documente justificative care să ateste capacitatea de a asigura livrarea pieselor de schimb pe întreaga durată de utilizare a echipamentului (până la 10 ani de la data instalării)</p>
F	Instruirea personalului
	<p>Furnizorul va instrui personalul medical care va utiliza aparatul la sediul beneficiarului.</p> <p>Instruirea personalului medical al beneficiarului va fi realizată de specialiști în aplicații clinice, autorizați de producător, sau de către reprezentantul autorizat al acestuia sau de organisme acreditate pentru marca și modelul produsului oferat. Se vor anexa diploma de participare la cursuri de instruire, atestate și participarea recurentă la cursuri de instruire, actualizarea permanentă a cunoștințelor, care atestă capacitatea demonstrării și prezentării acestora în cadrul trainingului de aplicații în urma instalării echipamentelor, către cadrele medicale specializate pentru marca și modelul echipamentului oferat.</p> <p>Pentru aplicațiile avansate ale produsului oferat, specialiștii de aplicații clinice trebuie să fie autorizați de producător sau organisme abilitate pe aplicația oferată în configurația echipamentului.</p> <p>Personalul de aplicații desemnat trebuie să poată efectua prezentarea completă a tuturor funcțiilor disponibile, suportate de traductorii oferați, inclusiv aplicațiile avansate ale echipamentului oferat, precum și configurarea aparatului cu noii traductori în funcție de nevoile utilizatorilor, cu scopul optimizării examinărilor și obținerii unui diagnostic cât mai precis.</p>

Nota: *Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea DE "sau ECHIVALENT".*

Intocmit,
Dr. Nicolae Georgiana

Dr. Nicolae Georgiana
medic primar pediatrie
medic specialist cardiologie pediatrie
Cod E-79331

AVIZAT DIRECTOR MEDICAL:
Conf. Dr. Mirea Andrada

Conf. Dr. Mirea Andrada
Medic primar fizioterapie
Medic specialist fizioterapie
Medicină fizică și de recuperare
Cod D19014