

Nr. 11307/20.05.2026

SPECIFICATII TEHNICE MINIMALE

ACHIZITIA DE COLONOSCOAPE PENTRU INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IASI – proiect COLONPREV – Prevenția cancerului colorectal prin screeningul populațiilor vulnerabile - Cod SMIS **349890**

Denumire echipament	Cerința minimă din caietul de sarcini	Referința din caietul de sarcini pentru cerința minimă [capitolul/paragraful] Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime	Prevedere propunere tehnică - Operator economic	Referința/corespondența/pliant/broșură/manual de utilizare unde sunt reflectate informațiile [pagina; paragraful] Evaluarea informațiilor prezentate în propunerea tehnică în raport cu cerința minimă solicitată în caietul de sarcini
VIDEOCOLONOSCOPI	Specificații tehnice și configurație - VIDEOCOLONOSCOPI - 14 buc	I.		
	Camp de vedere: min. 170°	I.1		
	Gama de observare: min. 2-100 mm	I.2		
	Capacitate de flexiune min. sus 180° / jos 180° / dr. 160° / st. 160°	I.3		
	Diametrul tubului de inserție: max. 12.8 mm	I.4		
	Diametrul canalului de lucru min. 3.8 mm	I.5		
	Prezintă canal suplimentar de jet de apă	I.6		
	Mânerul de comandă prevăzut cu minim 4 butoane cu funcții variabile	I.7		
	Compatibil cu videoprocesoarele aflate sub formă de închiriere din cadrul proiectului COLONPREV (EP-6000 ELUXEO LITE)	I.8		
	Livrare, transport, instalare, punere în funcțiune	A		
Furnizorul are obligația de a asigura livrarea, transportul, instalarea, punerea în funcțiune a echipamentelor la sediul autorității contractante, ca	A.1			

operațiuni incluse în preț			
Echipamentele vor fi însoțite, la livrare de următoarele documente: manual de utilizare în limba română, certificat de calitate și garanție, softuri, aplicații specifice	A.2		
Termenul pentru livrarea, instalarea, amenajarea spațiului, instruirea personalului este de maxim 90 de zile de la data contractului/primirii comenzii.	A.3		
Data producției dispozitivului medical să nu fie mai vechi de un an de la lansarea comenzii.	A.4		
Condiții de garanție	B		
Durata garanției dispozitivului medical este de minim 24 luni de la data punerii în funcțiune în care sunt asigurate piese de schimb în caz de defecțiune.	B.1		
Instruirea personalului	C		
Furnizorul se obligă să realizeze ca operațiune inclusă în preț, instruirea personalului medical și tehnic (minim 3 persoane), la sediul beneficiarului, după punerea în funcțiune a echipamentului.	C.1		

INTOCMIT

Bioinginer,

Madalina Simion

Caracteristici de performanță VIDEOCOLONOSCOPIE – EVALUAREA TEHNICĂ A OFERTELOR ADMISIBILE			
1	2	3	4
Nr. crt.	Parametru tehnic punctat	Factor evaluare TEHNIC	Nr. puncte alocate
1	TERMEN DE GARANȚIE (operatorii economici vor menționa în cadrul propunerii tehnice termenul de garanție extins acordat)	Maximal	Pentru =2 ani de garanție se acordă 0 puncte
			Pentru 2.1-3 ani de garanție se acordă 10 puncte
			Pentru >3 ani de garanție se acordă 20 puncte
2	AMBALAJ DIN MATERIAL RECICLAT (operatorii economici vor depune o declarație de la producător)	Maximal	Pentru un echipament cu ambalaj din material reciclat ≤ 50% din ambalaj se acordă 0 puncte
			Pentru un echipament cu ambalaj din material reciclat > 50% din ambalaj se acordă 20 puncte
3	Furnizorul dispune de piese de schimb și consumabile pe o durată de minim 8 ani după perioada de garanție. Se va prezenta o declarație pe proprie răspundere.	Maximal	Dacă răspunsul este “NU” se acordă 0 puncte
			Dacă răspunsul este “DA” se acordă 20 puncte
Total			Max. 60 puncte

INTOCMIT

Bioinginer,

Madalina Simion