



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii  
"M.S. CURIE" BUCUREȘTI  
B-dul Constantin Brâncoveanu, Nr. 20  
Sector 4, București, Cod poștal 75534  
Telefon: 021 400 30 26, Fax: 021 400 12 00  
Email: spital@mscurie.ro, Website: www.mscurie.ro

## CAIET DE SARCINI

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "M.S. CURIE" 7		
Bd. Constantin Brâncoveanu nr. 20, Sector 4, București		
NR. INTRARE	16/16	
RESURSE		
Ziua 20	Luna 03	Anul 2026

### PREVEDERI GENERALE

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei, constituind ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Autoritatea contractantă este **SPITALUL CLINIC DE URGENȚA PENTRU COPII "M.S. CURIE"** având sediul în București, str. Constantin Brancoveanu nr.20, sector 4.

COD CPV: 50421200-4

Obiectul contractului îl constituie prestarea de „**Servicii de întreținere, verificare tehnică și reparare echipamente de RADIOLOGIE**”.

Se vor executa **revizii tehnice periodice** în conformitate cu specificațiile tehnice ale producătorilor, precum și **reparații** în cazul defectării dispozitivelor și aparaturii medicale – **interventii la solicitare ori de câte ori este nevoie**.

### SCOPUL

Scopul prestării serviciilor solicitate prin prezentul caiet de sarcini constă în asigurarea în permanentă a stării de bună funcționare a echipamentelor prin efectuarea de servicii de întreținere tehnică la calitatea și ritmicitatea necesară, pentru a preveni pe cât posibil apariția de defectiuni accidentale.

## I. TIPURI DE SERVICII DE MENTENANȚĂ

### 1. Lucrări de revizii tehnice generale.

Acestea se vor executa conform specificațiilor din cartea tehnică a producătorului și a normelor în vigoare, astfel încât să se asigure continuitatea funcționării la parametrii proiectați ai dispozitivelor și aparaturii medicale.

Echipele de intervenție pot interveni cu respectarea programului de lucru și cu acordul prealabil al beneficiarului.

Se vor asigura reviziile specificate de producător și de normele MS, și intervenții la cerere în număr nelimitat în cazul defectărilor accidentale.

Se vor elibera buletine de verificare în conformitate cu cerințele producătorului și normele în vigoare (MS și CNCAN) acolo unde e cazul.

Scopul prestării serviciilor solicitate este asigurarea în permanentă a stării de bună funcționare a echipamentelor medicale la parametrii tehnici prevăzuți de producător.

Pentru obiectul prezentei proceduri prestatorul se obligă să asigure (pentru lotul pentru care a depus oferta) următoarele categorii de servicii:

- a) **În cadrul reviziilor tehnice**, se vor efectua minim următoarele operațiuni de întreținere, verificare și calibrare:
  - curățarea părților componente ale echipamentului (altele decât cele ce sunt executate de către operator);
  - curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare;

- verificarea siguranței în funcționare, din punct de vedere mecanic și electric;
- testarea și reglajele/calibrări funcționale în vederea obținerii calității, conform specificațiilor producătorului;
- verificarea și reglarea/calibrarea dispozitivelor mecanice de mișcare și culisare;
- verificarea și reglarea/calibrarea sistemelor electrice de alimentare;
- verificarea și reglarea/calibrarea sistemelor electrice de comandă și control;
- verificarea și după caz recomandarea înlocuirii pieselor sau subsansamblelor defecte sau uzate peste limitele normale;
- verificarea tensiunilor de alimentare;
- verificarea conexiunilor electrice;
- verificarea cablurilor de masă;
- curățarea plăcilor electronice (dacă este cazul), precum și a altor componente;
- verificarea componentelor pneumatice (acolo unde este cazul);
- verificarea, reglarea modulelor de procesare a imaginilor (acolo unde este cazul);
- verificarea și reglarea modulelor de procesare a semnalelor (acolo unde este cazul);
- verificarea și asigurarea etanșeității elementelor sub presiune și/sau circuitelor hidraulice/pneumatice precum și verificarea/ înlocuirea după caz a elementelor de siguranță;
- utilizarea de programare licențiate și acces în modul service;
- verificarea și calibrarea mișcărilor geometrice (acolo unde este cazul);
- analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/ sau înlăturarea cauzelor de eroare;
- testare și diagnosticarea componentelor software și hardware;
- testarea finală împreună cu personalul utilizator delegat, întocmirea și semnarea documentelor care atestă operațiunile executate și starea tehnică a aparatului.

- cheltuielile cu manopera și deplasarea specialiștilor prestatorului vor fi incluse în tariful contractului de service, cu executarea următoarelor operațiuni tehnice:

- reinstrierea, la cerere a personalului beneficiarului (cu ocazia verificărilor tehnice periodice) privind utilizarea și exploatarea echipamentelor conform instrucțiunilor producătorului.

- asistență tehnică gratuită, în cadrul programului normal de lucru al prestatorului, în vederea remedierii defecțiunilor minore care nu necesită deplasarea specialiștilor de service.

- asigurarea, la cerere, a furnizării pieselor de schimb necesare originale, în condiții preferențiale pentru beneficiar, pentru eventualele reparații necesare, contra cost (valorile acestor piese nu sunt cuprinse în valoarea totală a contractului de service, acestea urmând a fi achitate separat de beneficiar).

- furnizarea și implementarea, în mod gratuit, a tuturor corecțiilor constând în imbunătățiri, revizii, up-date, upgrade de soft, piese de schimb, pachete de siguranță oferite de către producător, dacă acesta le oferă gratuit, pentru a asigura întreținerea și funcționarea în condiții optime și de siguranță a dispozitivelor medicale.

- pentru fiecare intervenție, prestatorul va consemna în **Raportul de service** motivul defecțiunii în cazul constatării și perioada de garanție acordată pieselor de schimb înlocuite. Copia tuturor rapoartelor de service va fi atașată documentului de plată.

- revizia tehnică se va efectua în prezenta persoanei responsabile cu utilizarea dispozitivului medical sau a sefului direct, care va confirma executarea serviciului pe **Raportul de service** completat la încheierea reviziei.

**NOTA:** Se va solicita ofertanților descrierea procedurilor specifice de calibrare a detectorilor CT, acestea implicând un nivel de expertiză tehnică superior aparatelor mobile de grafie de la patul bolnavului.

## **b) Servicii de reparatii ( interventie la cerere )**

Repararea reprezintă ansamblul de lucrări și operații ce se execută pentru înlăturarea neconformităților constatate la echipament în scopul aducerii acestuia la parametri optimi care asigură funcționarea în condiții de siguranță a acesteia.

Prin aceste servicii se înțeleg intervenții asupra dispozitivelor și aparaturii medicale care include constatarea defectiunilor aparute și remedierea acestora și care necesită sau nu, înlocuirea unor piese defecte cu altele noi.

În caz de defectiune se va interveni, la solicitarea autorității contractante, ori de câte ori este nevoie.

Reparațiile pentru dispozitivele și aparatura medicală vor cuprinde cel puțin următoarele operațiuni:

- Verificarea stării de funcționare a dispozitivului sau aparatului precum și a siguranței în exploatare ( reglaje și testări mecanice și electrice );
- Diagnosticarea defectelor;
- Remedierea defectelor;
- Întreținere, reinstalare, actualizare soft dacă este cazul;
- Repunerea în funcțiune a dispozitivului sau aparatului medical;
- Orice alte operațiuni necesare bunei funcționări a dispozitivului sau aparatului medical reparat;
- Emiterea Raportului de service în urma reparației;

Componentele echipamentului medical supus intervenției, constatate defecte, vor fi consemnate distinct în Raportul de service întocmit, urmând a fi remediate sau înlocuite, după caz.

În cazul în care, după diagnosticare, se vor constata piese defecte ce urmează a se schimba, prestatorul va notifica autoritatea contractantă despre acest lucru, pentru a primi acceptul acesteia privind înlocuirea lor prin emiterea unei comenzi financiare corespunzătoare.

Prestatorul va transmite oferta tehnico-financiară care să cuprindă piesele respective și termenul de remediere.

Prestatorul va asigura contracost piese de schimb originale sau agreate de producător. Se solicită dovadă/document privind utilizarea de piese și subansamble originale sau agreate de producător.

Prestatorul trebuie să facă dovada că personalul de intervenții service este instruit la producător. Se vor anexa diplome / documente doveditoare.

Operațiunile de întreținere și reparații se vor realiza la sediul autorității contractante în locul unde sunt instalate și funcționează dispozitivele sau aparaturii medicale. După caz, cu acordul autorității contractante, operațiunile de întreținere se pot efectua și de la distanță (ex.asistenta tehnică pentru actualizare sau corectare a problemelor de soft).

În cazuri excepționale, în măsura în care, în vederea efectuării reparațiilor se impune ridicarea unor echipamente din locația autorității contractante, prestatorul se obligă după obținerea acordului acesteia să suporte costul și riscul transportului. Echipamentul va fi preluat pe baza unui proces verbal de predare-primire de către prestator în vederea reparației.

## **b) Consultanța**

Prestatorul va asigura call center și va pune la dispoziție o adresă de email, unde se primesc și se programează solicitările pentru diagnosticarea și repararea echipamentelor.

La cererea beneficiarului se eliberează avize de casare în mod gratuit, pentru dispozitivele sau aparaturii medicale care au perioada de utilizare expirată și nu mai îndeplinesc cerințele tehnice de funcționare respectându-se normele în vigoare privitoare la casare.

Valoarea contractului se va diminua cu poziția aferentă dispozitivelor sau aparaturii medicale pentru care se emite avizul de casare.

Operațiunile de întreținere și reparații precizate au menirea menținerii dispozitivelor și aparaturii medicale în parametri normali de funcționare, în conformitate cu Legea 95/2006-privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.

**Alte precizări:**

Dispozitivele si aparatura medicala se constituie in **5 de loturi distincte**, astfel ca oferta financiara se va depune pentru intreaga gama de aparate si dispozitive medicale din fiecare lot, fara a se diviza aparatura in cadrul aceluiasi lot.

Oferta se poate depune pentru unul sau mai multe loturi.

### **c) OBLIGATIILE PRESTATORULUI**

#### **Dispozitii generale**

1. Ofertantii vor presta servicii de revizii tehnice periodice, intretinere si reparatii, conform prevederilor din cartea tehnica emisa de producatorul fiecarui echipament medical. Se vor efectua la fiecare tip de echipament medical teste, reglaje si demonstrarea functionarii la parametrii normali a acestora printr-un document scris.
2. Ofertantii au obligatia intr-un termen de 12 luni sa emita un buletin de verificare tehnica corespunzator evaluarii perimetrelor definitorii de Securitate si performanta, respectiv realizarea unui raport de incercari de electrosecuritate. Buletinul de verificare tehnica trebuie sa cuprinda modul de indeplinire a parametrilor tehnici nominali pentru echipamentele respective.  
Prin parametrii tehnici nominali (PTN) se intelege totalitatea cerintelor tehnico-functionale specificate in documentatia producatorului, in limitele de toleranta respective.
3. Ofertantul va executa serviciile care fac obiectul contractului cu personal instruit de catre producator pe toate echipamentele medicale oferate.
4. Ofertantul trebuie sa posede aparatura de masura si control adecvata fiecarui tip de echipament in parte, sa acorde consultanta tehnica personalului medical, sa nu execute improvizatii tehnice sau anumite lucrari care sa schimbe parametrii echipamentelor sau sa puna in pericol pacientii sau personalul medical.
5. Ofertantul va asigura la cerere, in masura disponibilitatilor, piese de schimb pentru reparatiile necesare, contra cost, valorile acestor piese nefiind cuprinse in valoarea contractului se service, acestea urmand sa fie achitate separat de achizitor. Ofertantul acorda garantie pentru piesele inlocuite si pentru lucrarile de reparatiile efectuate.
6. Ofertantul va realiza instruirea personalului de exploatare privind utilizarea corecta a echipamentelor, conform normelor legale in vigoare.
7. Ofertantul va realiza intocmirea documentatiei in vederea casarii, acolo unde este cazul.

#### **8. Incidentele pot fi clasificate după cum urmează:**

##### **Prioritate Definiție**

<b>Critic</b>	Impact major care cauzează pierderea totală a funcțiilor primare ale echipamentului și împiedică desfășurarea activității Autorității Contractante .
<b>Urgent</b>	Impact semnificativ asupra funcționarii echipamentului. Problema împiedică desfășurarea în condiții normale a activității Autorității Contractante. Nici o soluție alternativă nu este disponibilă, însă activitatea Autorității Contractante poate totuși continua într-un mod restricționat.
<b>Normal</b>	Impact moderat asupra desfășurării activității Autorității Contractante. Problema afectează minor funcționalitățile echipamentului. Impactul reprezintă un inconvenient care necesită soluții alternative pentru refacerea funcționalităților echipamentului.
<b>Minor</b>	Impact minim asupra desfășurării activității Autorității Contractante. Problema nu afectează funcționalitățile echipamentului. Rezultatul este o eroare minoră care nu împiedică desfășurarea în bune condiții a activității Autorității Contractante.

Contractantul va trebui să respecte următorii timpi de răspuns, corelați cu nivelul de prioritate a incidentului:

Nivel prioritate	Timp de răspuns	Timp de implementare soluție provizorie	Timp de rezolvare
<b>Critic</b>	Ex. 15 minute	Ex. 4 ore	Ex. 24 ore
<b>Urgent</b>	Ex. 2 ore	Ex. 24 ore	Ex. 48 ore
<b>Normal</b>	Ex. 4 ore	Ex. Următoarea zi lucrătoare	Ex. 2 zile lucrătoare
<b>Minor</b>	Ex. 8 ore	Ex. 2 zile lucrătoare	Ex. 4 zile lucrătoare

#### Definiții aplicabile:

**Timp de Răspuns:** Intervalul de timp scurs de la semnalarea incidentului de către Autoritatea Contractantă și răspunsul primit de la Contractant.

**Timp de implementare soluție provizorie:** Intervalul de timp scurs de la semnalarea incidentului de către Autoritatea Contractantă și adoptarea unei soluții provizorii, temporare, care să permită funcționarea echipamentului fără afectarea funcțiilor primare, până la rezolvarea definitivă a incidentului, cu asigurarea integralității funcționale și a performanței echipamentului.

**Timp de Rezolvare:** Intervalul de timp scurs de la semnalarea incidentului de către Autoritatea Contractantă până la rezolvarea finală a incidentului.

#### IV Riscurile ce pot apărea în procesul de implementare a contractului

Riscurile aferente implementării acordului-cadru în responsabilitatea partilor (alături de măsurile de gestionare), riscuri ce sunt reflectate în alocarea sarcinilor dintre parti.

Riscul este definit drept o problema (situație, eveniment etc) care nu a apărut încă, dar care poate apărea în viitor, caz în care obținerea rezultatelor prealabil fixate este amenințată sau potențată, în prima situație, riscul reprezintă o amenințare, iar în cea de-a doua, riscul reprezintă o oportunitate.

Pentru analiza acordului-cadru/ctr.subsecvent de prestări servicii s-au luat în considerare riscurile care pot apărea atât în perioada de implementare a contractului subsecvent, cât și în perioada de executare a obiectului de achiziție:

Denumire risc	Parte	Măsuri de gestionare
<b>Riscul de neindeplinire a performanței/funcționalității/obligatiilor contractuale:</b> - indeplinirea defectuoasă a obligațiilor contractuale; - nerespectarea obligațiilor privind garanțiile, serviciile de service și postgaranție.	Operatorul economic	- stabilirea de penalități, daune interese, rezilierea contractului; - înlocuirea subcontractantului/terților pentru furnizarea echipamentelor declarate în oferta în conformitate cu legislația în vigoare sau rezilierea contractului
Riscul de neindeplinire a rezultatului contractului subsecvent la parametrii solicitați	SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII M.S. CURIE	- numirea unui responsabil de contract cu sarcini precise în derularea acestuia; - verificarea permanentă a valabilității autorizațiilor;

In pregătirea ofertei , operatorii economici trebuie sa aiba in vedere, in afara riscurilor enumerate, cel puțin si ipotezele descrise în continuare:

- plata cu intarziere a facturilor;
- nerespectarea termenelor de prestare a serviciilor;
- interpretarea eronata a cerintelor din Caietului de sarcini;
- schimbari legislative;

Alocarea riscurilor contractuale s-a facut pe baza urmatorului principiu: riscul este alocat partii careia ii poate surveni si care il poate administra.

## V. Securitate și sănătatea în muncă

Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru asigurarea securității și sănătății Personalului propriu în timpul derularii contractului.

Prestatorul poartă răspunderea în cazul producerii evenimentelor generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalații etc.), procedee tehnologice utilizate de către lucrătorii săi și cei aparținând societăților care desfășoară activități pentru acesta (subcontractanți), în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, și a legislației din domeniul securității și sănătății în muncă aplicabilă, precum orice modificare legislativă apărută pe timpul desfășurării contractului.

În cazul producerii unui eveniment vor fi respectate prevederile legale din domeniul securității și sănătății în muncă privind comunicarea cercetarea și înregistrarea evenimentelor.

Prestatorul va transmite, urgent, Achizitorului, detalii referitoare la producerea evenimentului. Prestatorul va păstra un registru și va întocmi rapoarte referitoare la securitatea și sănătatea și asistența socială acordată lucrătorilor precum și la daunele aduse proprietății.

Prestatorul se obliga sa respecte prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr.319/2006, ale H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 precum si prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile precum și a legislației din domeniul securității și sănătății în muncă aplicabilă.

## VI. Perioada derularii acordului-cadru:

Acordul cadru se va derula pe o perioada de 4 ANI de la data atribuirii. Autoritatea contractanta va incheia contracte subsecvente cu ofertantul castigator, cu durata cuprinsa între minim 1 luna si maxim 3 luni in functie de necesitatile obiective, si in limita fondurilor bugetare alocate cu aceasta destinatie.

## VII. Cerinte de personal:

Ofertantul va demonstra în cadrul Propunerii Tehnice că dispune sau are acces la personal tehnic de execuție calificat, nominalizarea urmând a se face exclusiv în etapa de implementare a contractului.

Tip	Poziție în Contract	Cerințe legale obligatorii (de integrat conform Instrucțiunii)
Expert	Coordonator Radioprotecție / Expert CNCAN	Posedă <b>Permis de exercitare activități de nivelul II sau III</b> emis de CNCAN valabil pentru domeniul RX (radiodiagnostic/radioterapie).
Non-Cheie	Inginer / Tehnician Service	Posedă <b>Permis de exercitare emise de CNCAN (nivel I sau II)</b> și certificări/training-uri specifice emise de producătorul echipamentelor licitate pentru tipul exact de aparat (CT, RMN, Rx clasic).

**VIII. RECEPȚIA** se va realiza conform legislației în vigoare la sediul Beneficiarului, de către o comisie compusa din reprezentantii desemnati de autoritatea contractanta si reprezentanti ai prestatorului.

In urma activitatilor de service se va efectua testarea finala impreuna cu personalul utilizator autorizat, intocmirea si semnarea documentelor care atesta operatiunile executate si starea tehnica a aparatului. Personalul utilizator va verifica inclusiv parametrii de securitate si performanta privind utilizarea dispozitivului medical pentru scopul propus. Fiecare operatiune prestata va fi evidentiata prin raportul de service sau se va incheia un proces verbal in care se vor mentiona operatiunile efectuate si daca echipamentul medical este functional sau nu dupa interventia efectuata, iar pentru ultima situatie se vor indica piesele de schimb defecte si perioada de livrare si remediere a defectiunii. Raportul de service sau Procesul verbal va fi semnat de catre reprezentantii Prestatorului si confirmat de Beneficiar prin semnatura si vizat de persoana responsabila a Beneficiarului, cu precizarea datelor de identificare ale semnatarilor (nume, prenume, imputernicire, etc.). Un exemplar va fi predat Beneficiarului, iar un exemplar al acestuia va fi anexat la factura corespunzatoare. In cazul in care factura aferenta prestarii serviciilor va fi trimisa prin curierat si nu va fi insotita si de Raportul de service, autoritatea contractanta va returna aceasta factura.

**Suplimentar** autoritatea contractanta va pune la dispozitia ofertatului/prestatorului pentru locatia/sectia unde se intervine pentru derularaea contractului un dosar cu fisele tuturor echipamentelor unde se vor consemna data si obiectul interventiei.

**IX. Operatorii economici vor respecta regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectia muncii care sunt in vigoare la nivel national si care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii acordului-cadru.**

**Institutiile competente la care operatorii economici pot obtine informatii detaliate privind reglementarile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii: Inspectoratul Teritorial de Munca sau pe site-ul: [www.inspectrum.ro/legislatie.html](http://www.inspectrum.ro/legislatie.html). Ofertantii vor completa si depune Declaratie privind respectarea obligatiilor referitoare la conditiile de munca si protectia muncii.**

Prestatorul este obligat sa foloseasca pentru realizarea serviciilor numai personal autorizat si instruit corespunzator (sa aiba instructajul de protectie a muncii facut).

Prestatorul are obligatia sa respecte in timpul prestarii serviciilor:

- normele de prevenire si stingere a incendiilor ;
- normativele si prescriptiile tehnice in vigoare ;
- prevederile de asigurare a calitatii ;
- standardele de electrosecuritate

#### **IMPORTANT:**

Ofertantul va face dovada prestarii serviciilor conform prevederilor legale mentionate in Fisa de date a achizitiei. Ofertantul va presta fiecare activitate din cadrul serviciilor cu personal specializat si in limita autorizatiei de manipulare emisa de CNCAN.

**In Propunerea Tehnica, ofertantul va face dovada capacitatii tehnice de care dispune pentru indeplinirea contractului.**

Propunerea tehnica va include date, informatii si detalii privitoare la indeplinirea fiecaruia dintre cerintele tehnice solicitate. Ofertantul va face dovada indeplinirii urmatoarelor cerinte de natura tehnica:

Prestarile de servicii solicitate trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate conform specificatiilor tehnice care fac parte integranta din acest caiet de sarcini.

Serviciile de depanare si intretinere vor fi prestate in baza contractelor subsecvente incheiate in baza acordului cadru ce se va incheia in urma procedurii *LICITATIE DESCHISA*.

Obiectul prezentului caiet de sarcini il constituie asigurarea de catre prestator a operatiunilor de service pentru aparatele mentionate in prezenta documentatie. Prestatorul va realiza doua tipuri de operatiuni de service:

a) servicii de intretinere preventiva, conform recomandarilor producatorilor de aparatura radiologica, constand in verificari periodice si generale ale sistemului, verificari realizate de echipele specializate ale prestatorului. In conformitate cu prevederile legale din domeniu firma va emite un buletin de verificari impus de legislatia CNCAN.

b) servicii de interventii operative constand in interventii ale echipelor prestatorului in vederea diagnosticarii si inlocuirii componentelor defecte (ce nu fac obiectul prezentului contract) la solicitarea expresa a beneficiarului in limita autorizatiei prezentate de prestator.

Activitatea de service reprezinta atat efectuarea operatiunilor planificate (conform recomandarilor producatorului), cat si efectuarea de interventii service la solicitarea achizitorului in cazul unor blocaje accidentale aparute la instalatiile radiologice.

Prestatorul va oferi asistenta tehnica adecvata la vizitele ANMDM in vederea verificarii acestor echipamente.

**Propunerea tehnică va fi însoțită obligatoriu de Autorizație emisă de CNCAN, valabilă la data depunerii ofertei și de Autorizație din partea producătorului din care să rezulte că ofertantul este autorizat să execute service, întreținere și reparare, valabilă la data depunerii ofertei.**

Pretul Unitar ofertat va reprezenta tariful unei revizii tehnice anuale pentru fiecare echipament cu emitere buletin de verificare radiologica (BRX) cu valabilitate 12 luni, conform normelor CNCAN si interventii service accidentale, incluse, în număr nelimitat, pe toată durata de valabilitate a Contractului Subsecvent.

### **PRECIZARI PENTRU OFERTANTI**

In anexa 1 a prezentului caiet de sarcini autoritatea contractanta a prezentat tabelul cu aparatura radiologica ce se dorește servisata, tabel ce va fi completat de fiecare ofertant corespunzator intentiei de ofertare si autorizare CNCAN si va sta ca baza a ofertei financiare.

La evaluarea ofertei si desemnarea celei castigatoare se va avea in vedere preturile ofertate conform criteriului pretul cel mai scazut precum si respectarea conditiilor minime de calificare solicitate de autoritatea contractanta in Fisa de date a achizitiei si cerintelor solicitate in Caietul de sarcini.

Oferta care nu respecta in totalitate specificatiile tehnice (cerintele) solicitate de catre autoritatea contractanta sau conditiile minime de calificare va fi respinsa conform legii.

Propunerea tehnică și propunerea financiară vor fi detaliate de o manieră suficientă pentru a permite atribuirea de contracte subsecvente pentru a se asigura toate operațiunile prevăzute în caietul de sarcini. Furnizorul va efectua orice operațiune de mentenanță preventivă și corectivă necesară pentru oricare din componentele echipamentelor medicale, inclusiv update software/hardware decise și oferite în mod gratuit de producătorul acestora. Update-urile vor fi prompte, fără întârzieri mai mari de 30 de zile de la data lansării lor.

### **MOD DE PREZENTARE PROPUNERE TEHNICA**

Propunerea Tehnica va fi redactata sub forma unui memoriu tehnic din care sa reiasa in mod clar si facil corespondenta dintre specificatiile tehnice solicitate si referintele directe catre acestea propuse de ofertant. Autoritatea, in procesul de evaluare, va fi deschisa in acceptarea unor eventuale propuneri suplimentare, alternative sau cu caracter superior din punct de vedere al eficacitatii operatiunilor specifice de mentenanta sau reparare, in functie de experienta sau viziunea ofertantului.

Cerintele impuse de autoritatea contractanta in caietul de sarcini reprezinta obligatii contractuale, nerespectarea uneia dintre acestea atragand de la sine rezilierea contractului si solicitarea de daune interese.

In cazul in care oferta contine propuneri referitoare la clauze contractuale care sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta, aceasta va fi respinsa ca neconforma.

### MOD DE PREZENTARE PROPUNERE FINANCIARA

Propunerea financiara introdusa de catre ofertant in SEAP reprezinta valoarea totala fara TVA in lei pentru valoarea maxima a tuturor serviciilor. Ofertantul va depune in SICAP, pentru fiecare lor in parte, formularul de oferta, semnat cu semnatura electronica extinsa. Propunerea financiara introdusa de catre operatorii economici in SEAP reprezinta valoarea totala fara TVA, aferenta serviciilor prestate pentru cantitatea maxima estimata care face obiectul acordului cadru/lot. Ofertantul care nu introduce oferta financiara in sistemul SICAP nu poate fi analizat din punct de vedere al pretului si va fi exclus.

Propunerea financiara va fi facuta in lei, avand in vedere cursul BNR din data de publicare a anuntului de participare. A se mentiona in oferta de pret valabilitatea de 120 de zile a ofertei si acordul prestatorului cu termenul de plata – 60 de zile de la inregistrarea facturii fiscale de catre autoritatea contractanta.

Pentru toate informatiile din specificatiile tehnice care ar putea fi considerate a fi denumiri comerciale sau marci se va citi si „ECHIVALENT”.

Cantitatile si tipurile de aparatura medicala radiologica ce fac obiectul documentatiei de atribuire sunt precizate in urmatoarea anexa :

#### Anexa 1

Nr. Cr. t.	Denumire Echipamente	U.M. buc	Cant MIN estimata contract subsecvent / revizie	Cant Max estimata contract subsecvent / revizie	Pret unitar / REVIZIE (lei fara T.V.A.)	Valoarea estimata MIN CS (lei fara T.V.A.)	Valoarea estimata Max CS (lei fara T.V.A.)	Valoarea estimata MIN a Acordului Cadru (lei fara T.V.A.)	Valoarea estimata MAX a Acordului Cadru / 4 ANI (lei fara T.V.A.)
<b>Servicii de intretinere si reparare a echipamentului radiologic</b>									
<b>LOT 1 Echipament radiologic tip Platinium dRF</b>									
1	Instalație de rontgendiagnostic digitală RX tip Platinium dRF, serie L196F 0387	1	1	1					
<b>Valori LOT 1 lei fara TVA</b>									

<b>LOT 2 Echipament radiologic tip SIEMENS</b>									
1	Instalație radiologică RX tip Somatom Definition Edge, serie 83996	1	1	1					
<b>Valori LOT 2 lei fara TVA</b>									

<b>LOT 3 Echipament radiologic tip GE</b>									
1	Instalație RX OEC One, serie: BV6SV200045 5HL	1	1	1					
2	Instalație RX OEC One, serie: BV6SV2100347 HL	1	1	1					
3	Instalație RX OEC ELITE CFD, serie: FBHXTX01045	1	1	1					
4	Instalație RX AMX NAVIGATE, serie: AMXNV240035 8WK	1	1	1					
5	Instalație RX REVOLUTION MAXIMA, serie: CBDMG2100091 HM	1	1	3					
6	Instalație RX Optima XR 220 AMX, serie: 1034241WK8	1	1	1					
<b>Valori LOT 3 lei fara TVA</b>									

LOT 4 Echipament tip SIEMENS HEALTHINEERS									
1	ACUSON JUPITER, SN: 573370, 573371 , 573372, 573261 Sequoia SN: 820313	5	5	5					
Valori LOT 4 lei fara TVA									

LOT 5 Echipament tip VILLA SISTEMI MEDICALI									
1	Instalație RX APOLLO DRF, serie: 21062444	1	1	1					
Valori LOT 5 lei fara TVA									

Intocmit,

Ing. Constantin Troneci

