

1. Blat de lucru cu 2 chiuvete EM64

CANTITATE:

MODEL:

PRODUCĂTOR / ȚARĂ:

Nr. crt.	Specificații tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, e-mail)
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici și funcționali</p> <p>Specificațiile de mai jos reprezintă cerințe minime obligatorii. Se acceptă produse echivalente sau superioare funcțional, cu condiția menținerii destinației de utilizare, siguranței pacientului/utilizatorului și compatibilității cu spațiul medical.</p> <ul style="list-style-type: none">• Banc/spălător de lucru din oțel inoxidabil AISI 304 sau calitate echivalentă/superioară, cu minimum 2 chiuvete/cuve integrate.• Execuție fără muchii ascuțite; marginile blatului îndoite în jos pentru reducerea riscului de accidentare și pentru siguranță în exploatare.• Rebord posterior ridicat pentru protecție împotriva stropirilor accidentale.• Dotări minime ale ansamblului: robinet de spălare și sifon de scurgere.• Parte inferioară prevăzută cu minimum 2 uși realizate din foi metalice, fiecare ușă fiind prevăzută cu garnitură de etanșare.• Interior prevăzut cu minimum 1 raft ajustabil.• Bancul de lucru va fi prevăzut cu minimum 4 picioare ajustabile pe înălțime.		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</p> <p>Produsul se va livra nou, neutilizat, corespunzător scopului propus de producător și utilizării în mediu medical.</p> <p>Pentru produsele încadrate de producător ca dispozitive medicale și pentru activitățile supuse controlului prin avizare,</p>		

	<p>operatorul economic va prezenta aviz de funcționare ANMDMR valabil pentru activitățile relevante: import și/sau distribuție dispozitive medicale și, după caz, instalare și/sau mentenanță dispozitive medicale, conform Legii nr. 95/2006, OMS nr. 566/2020 și reglementărilor aplicabile.</p> <p>Pentru dotările care nu sunt încadrate ca dispozitive medicale, cerința privind avizul ANMDMR se aplică numai activităților/produselor pentru care legislația impune avizare.</p>		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele/reglementările relevante</p> <p>Produsul trebuie să îndeplinească cerințele legale aplicabile pentru introducerea pe piață/punerea la dispoziție pe piață și utilizare în România.</p> <p>Documente minime de conformitate, după caz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certificat ISO 9001 și/sau ISO 13485 valabil, aferent producătorului și/sau operatorului economic, cu domeniu relevant pentru produsul/activitatea oferită; se acceptă certificate echivalente. • Declarația UE/CE de conformitate emisă de producător pentru produsul oferit, cu indicarea reglementărilor aplicabile. • Dovada marcajului CE, dacă produsul intră sub incidența unei reglementări care impune marcaj CE. • Pentru dispozitive medicale: documente de conformitate potrivit Regulamentului (UE) 2017/745 (MDR) și legislației naționale aplicabile. Certificatul emis de organism notificat se solicită numai în cazurile în care procedura de evaluare a conformității impune implicarea unui organism notificat. • Fișă tehnică, catalog/broșură producător sau document tehnic echivalent, din care să rezulte îndeplinirea specificațiilor minime. <p>Documentele se depun în copie «conformă cu originalul».</p> <p>Documentele emise într-o limbă străină vor fi însoțite de traducere autorizată în limba română, atunci când este necesar pentru evaluare sau cerut de legislație/documentație; traducerea legalizată se solicită numai dacă este prevăzută expres.</p>		
4	<p>Condiții de garanție și postgaranție</p> <p>Perioada minimă de garanție: 24 de luni de la data instalării/montajului și punerii în funcțiune/recepției la beneficiar.</p>		

	<p>Timp maxim de răspuns pentru intervenție de service: 48 de ore de la comunicarea solicitării.</p> <p>Asigurarea disponibilității pieselor de schimb: minimum 10 ani de la data instalării/montajului și punerii în funcțiune.</p> <p>Pentru cerințele de garanție, service și piese de schimb se va prezenta declarație pe propria răspundere a ofertantului/furnizorului.</p>		
5	<p>Condiții cu caracter tehnic</p> <p>Transportul, livrarea, montajul/instalarea, punerea în funcțiune și instruirea personalului se vor realiza la beneficiar, în locația indicată de acesta, de personal calificat/autorizat, după caz.</p> <p>Toate operațiunile menționate vor fi incluse în prețul final oferat.</p> <p>Se va prezenta declarație pe propria răspundere privind includerea acestor servicii și capacitatea de realizare.</p>		

2. Masă de lucru din inox EM65

CANTITATE:

MODEL:

PRODUCĂTOR / ȚARĂ:

Nr. crt.	Specificații tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, e-mail)
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici și funcționali</p> <p>Specificațiile de mai jos reprezintă cerințe minime obligatorii. Se acceptă produse echivalente sau superioare funcțional, cu condiția menținerii destinației de utilizare, siguranței pacientului/utilizatorului și compatibilității cu spațiul medical.</p> <ul style="list-style-type: none">• Masă de lucru din oțel inoxidabil, destinată utilizării în spații medicale/tehnologice.• Structură realizată din oțel inoxidabil.• Blat superior realizat din tablă/foaie de oțel inoxidabil, cu colțuri rotunjite, susținut de panou/element anti-vibrație.• Colțuri și muchii finisate/rotunjite, pentru reducerea riscului de accidentare a utilizatorilor.• Materialele și finisajele vor permite curățarea și dezinfectarea repetată.• Dimensiuni minime ale blatului/suprafeței de lucru: 1600 × 800 mm (L × l). Înălțime de lucru de referință: 900 mm, cu toleranță admisă ±10%, cu condiția păstrării funcționalității, ergonomiei și compatibilității cu spațiul de amplasare.		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</p> <p>Produsul se va livra nou, neutilizat, corespunzător scopului propus de producător și utilizării în mediu medical.</p> <p>Pentru produsele încadrate de producător ca dispozitive medicale și pentru activitățile supuse controlului prin avizare, operatorul economic va prezenta aviz de funcționare ANMDMR valabil pentru activitățile relevante: import și/sau distribuție dispozitive medicale și, după caz, instalare și/sau mentenanță dispozitive medicale, conform Legii nr. 95/2006, OMS nr. 566/2020 și reglementărilor aplicabile.</p> <p>Pentru dotările care nu sunt încadrate ca dispozitive medicale, cerința privind avizul ANMDMR se aplică numai activităților/produselor pentru care legislația impune avizare.</p>		

3	Condiții privind conformitatea cu standardele/reglementările relevante		
	<p>Produsul trebuie să îndeplinească cerințele legale aplicabile pentru introducerea pe piață/punerea la dispoziție pe piață și utilizare în România.</p> <p>Documente minime de conformitate, după caz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certificat ISO 9001 și/sau ISO 13485 valabil, aferent producătorului și/sau operatorului economic, cu domeniu relevant pentru produsul/activitatea oferită; se acceptă certificate echivalente. • Declarația UE/CE de conformitate emisă de producător pentru produsul oferit, cu indicarea reglementărilor aplicabile. • Dovada marcajului CE, dacă produsul intră sub incidența unei reglementări care impune marcaj CE. • Pentru dispozitive medicale: documente de conformitate potrivit Regulamentului (UE) 2017/745 (MDR) și legislației naționale aplicabile. Certificatul emis de organism notificat se solicită numai în cazurile în care procedura de evaluare a conformității impune implicarea unui organism notificat. • Fișă tehnică, catalog/broșură producător sau document tehnic echivalent, din care să rezulte îndeplinirea specificațiilor minime. <p>Documentele se depun în copie «conformă cu originalul».</p> <p>Documentele emise într-o limbă străină vor fi însoțite de traducere autorizată în limba română, atunci când este necesar pentru evaluare sau cerut de legislație/documentație; traducerea legalizată se solicită numai dacă este prevăzută expres.</p>		
4	Condiții de garanție și postgaranție		
	<p>Perioada minimă de garanție: 24 de luni de la data instalării/montajului și punerii în funcțiune/recepției la beneficiar.</p> <p>Timp maxim de răspuns pentru intervenție de service: 48 de ore de la comunicarea solicitării.</p> <p>Asigurarea disponibilității pieselor de schimb: minimum 10 ani de la data instalării/montajului și punerii în funcțiune.</p> <p>Pentru cerințele de garanție, service și piese de schimb se va prezenta declarație pe propria răspundere a ofertantului/furnizorului.</p>		
5	Condiții cu caracter tehnic		
	<p>Transportul, livrarea, montajul/instalarea, punerea în funcțiune și instruirea personalului se vor realiza la beneficiar, în locația indicată de acesta, de personal calificat/autorizat, după caz.</p> <p>Toate operațiunile menționate vor fi incluse în prețul final</p>		

	ofertat. Se va prezenta declarație pe propria răspundere privind includerea acestor servicii și capacitatea de realizare.		
--	---	--	--

3. Măsuță pentru instrumentar EM23

CANTITATE:

MODEL:

PRODUCĂTOR / ȚARĂ:

Nr. crt.	Specificații tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, e-mail)
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici și funcționali</p> <p>Specificațiile de mai jos reprezintă cerințe minime obligatorii. Se acceptă produse echivalente sau superioare funcțional, cu condiția menținerii destinației de utilizare, siguranței pacientului/utilizatorului și compatibilității cu spațiul medical.</p> <ul style="list-style-type: none">• Masă mobilă pentru instrumentar medical, destinată transportului și poziționării instrumentarului în spații clinice.• Construcție realizată integral din oțel inoxidabil, inclusiv structură și polițe, cu finisaj care permite curățarea și dezinfectarea.• Dotare cu minimum 2 polițe detașabile.• Dotare cu minimum un mâner de împingere/ghidare.• Mobilitate pe minimum 4 roți, dintre care minimum 2 prevăzute cu sistem de frânare.		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</p> <p>Produsul se va livra nou, neutilizat, corespunzător scopului propus de producător și utilizării în mediu medical. Pentru produsele încadrate de producător ca dispozitive medicale și pentru activitățile supuse controlului prin avizare, operatorul economic va prezenta aviz de funcționare ANMDMR valabil pentru activitățile relevante: import și/sau distribuție dispozitive medicale și, după caz, instalare și/sau mentenanță dispozitive medicale, conform Legii nr. 95/2006, OMS nr. 566/2020 și reglementărilor aplicabile. Pentru dotările care nu sunt încadrate ca dispozitive medicale, cerința privind avizul ANMDMR se aplică numai activităților/produselor pentru care legislația impune avizare.</p>		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele/reglementările relevante</p> <p>Produsul trebuie să îndeplinească cerințele legale aplicabile</p>		

	<p>pentru introducerea pe piață/punerea la dispoziție pe piață și utilizare în România.</p> <p>Documente minime de conformitate, după caz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certificat ISO 9001 și/sau ISO 13485 valabil, aferent producătorului și/sau operatorului economic, cu domeniu relevant pentru produsul/activitatea oferită; se acceptă certificate echivalente. • Declarația UE/CE de conformitate emisă de producător pentru produsul oferit, cu indicarea reglementărilor aplicabile. • Dovada marcajului CE, dacă produsul intră sub incidența unei reglementări care impune marcaj CE. • Pentru dispozitive medicale: documente de conformitate potrivit Regulamentului (UE) 2017/745 (MDR) și legislației naționale aplicabile. Certificatul emis de organism notificat se solicită numai în cazurile în care procedura de evaluare a conformității impune implicarea unui organism notificat. • Fișă tehnică, catalog/broșură producător sau document tehnic echivalent, din care să rezulte îndeplinirea specificațiilor minime. <p>Documentele se depun în copie «conformă cu originalul».</p> <p>Documentele emise într-o limbă străină vor fi însoțite de traducere autorizată în limba română, atunci când este necesar pentru evaluare sau cerut de legislație/documentație; traducerea legalizată se solicită numai dacă este prevăzută expres.</p>		
4	<p>Condiții de garanție și postgaranție</p> <p>Perioada minimă de garanție: 24 de luni de la data instalării/montajului și punerii în funcțiune/recepției la beneficiar.</p> <p>Timp maxim de răspuns pentru intervenție de service: 48 de ore de la comunicarea solicitării.</p> <p>Asigurarea disponibilității pieselor de schimb: minimum 10 ani de la data instalării/montajului și punerii în funcțiune.</p> <p>Pentru cerințele de garanție, service și piese de schimb se va prezenta declarație pe propria răspundere a ofertantului/furnizorului.</p>		
5	<p>Condiții cu caracter tehnic</p> <p>Transportul, livrarea, montajul/instalarea, punerea în funcțiune și instruirea personalului se vor realiza la beneficiar, în locația indicată de acesta, de personal calificat/autorizat, după caz.</p> <p>Toate operațiunile menționate vor fi incluse în prețul final oferit.</p> <p>Se va prezenta declarație pe propria răspundere privind includerea acestor servicii și capacitatea de realizare.</p>		

4. Dulap inox depozitare - EM12

CANTITATE:

MODEL:

PRODUCĂTOR / ȚARĂ:

Nr. crt.	Specificații tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice minime impuse	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici și funcționali</p> <ul style="list-style-type: none">- Structura dulapului va fi realizată integral din oțel inoxidabil minimum AISI 304.- Frontul va fi prevăzut cu minimum 2 uși batante, echipate cu garnitură siliconică pentru asigurarea unei etanșări îmbunătățite.- Ușile se vor închide prin intermediul unor tije verticale, cu blocare sus-jos.- Compartimentul interior va fi prevăzut cu minimum 4 rafturi ajustabile pe înălțime.- Structura va fi susținută de 4 picioare ajustabile pe înălțime.- Dimensiuni de referință: 1000 x 500 x 2100 (H) mm, cu toleranță admisă de ±10%.		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</p> <ul style="list-style-type: none">- Produsul va fi stabil, sigur în exploatare, cu muchii/zona de contact finisate, conform destinației declarate.- Ofertantul va prezenta declarație privind încadrarea produsului: mobilier/dotare de depozitare sau, după caz, dispozitiv medical.- Avizul de funcționare ANMDMR se solicită numai dacă produsul este dispozitiv medical și activitățile ofertantului sunt supuse avizării: import, distribuție, instalare și/sau mentenanță dispozitive medicale, după caz.		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele și reglementările aplicabile</p> <ul style="list-style-type: none">- Produsul va respecta cerințele legale aplicabile pentru punerea pe piață în România, potrivit încadrării declarate de producător.- Se va prezenta certificat ISO 9001 valabil pentru producător/furnizor; certificat ISO 13485 numai dacă produsul ori activitatea oferită intră în domeniul dispozitivelor medicale.- Pentru produse care nu sunt dispozitive medicale: declarație/document de conformitate aplicabil categoriei de produs; fără certificat emis de organism notificat în baza Regulamentului (UE) 2017/745.- Pentru produse încadrate ca dispozitive medicale: declarație UE de conformitate, marcaj CE și certificat emis de organism notificat numai dacă procedura aplicabilă impune.- Documente în copie „conform cu originalul”; traducere		

Nr. crt.	Specificații tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice minime impuse	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
	autorizată în limba română pentru documentele emise în altă limbă.		
4	Condiții de garanție și postgaranție - Garanție: minimum 24 de luni de la instalare/recepție și punere în exploatare, după caz. - Răspuns service: maximum 48 de ore de la solicitarea beneficiarului; declarație pe propria răspundere. - Piese de schimb/consumabile specifice, după caz: minimum 10 ani; declarație pe propria răspundere.		
5	Condiții cu caracter tehnic - Transport, livrare, montaj/instalare, punere în exploatare și instruire la beneficiar, în locația indicată. - Operațiunile menționate vor fi incluse în prețul final oferat; declarație pe propria răspundere.		

5. Dulap rufe curate - EM14

CANTITATE:

MODEL:

PRODUCĂTOR / ȚARĂ:

Nr. crt.	Specificații tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice minime impuse	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici și funcționali</p> <ul style="list-style-type: none">- Dulapul va fi realizat din oțel inoxidabil minimum AISI 304.- Dulapul va fi prevăzut cu minimum 2 uși cu balamale.- Dulapul va permite închiderea cu cheie.- Dulapul va fi prevăzut cu minimum 4 picioare reglabile pe înălțime și minimum 4 roți pentru deplasare, cu diametrul roților de minimum 125 mm.- Dulapul va fi prevăzut cu kit de fixare în perete.- Dimensiuni minime: 1000 x 500 x 1900 (H) mm.		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</p> <ul style="list-style-type: none">- Produsul va fi stabil, sigur în exploatare, cu muchii/zone de contact finisate, conform destinației declarate.- Ofertantul va prezenta declarație privind încadrarea produsului: mobilier/dotare de depozitare sau, după caz, dispozitiv medical.- Avizul de funcționare ANMDMR se solicită numai dacă produsul este dispozitiv medical și activitățile ofertantului sunt supuse avizării: import, distribuție, instalare și/sau mentenanță dispozitive medicale, după caz.		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele și reglementările aplicabile</p> <ul style="list-style-type: none">- Produsul va respecta cerințele legale aplicabile pentru punerea pe piață în România, potrivit încadrării declarate de producător.- Se va prezenta certificat ISO 9001 valabil pentru producător/furnizor; certificat ISO 13485 numai dacă produsul		

Nr. crt.	Specificații tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice minime impuse	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
	<p>ori activitatea oferită intră în domeniul dispozitivelor medicale.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pentru produse care nu sunt dispozitive medicale: declarație/document de conformitate aplicabil categoriei de produs; fără certificat emis de organism notificat în baza Regulamentului (UE) 2017/745. - Pentru produse încadrate ca dispozitive medicale: declarație UE de conformitate, marcaj CE și certificat emis de organism notificat numai dacă procedura aplicabilă impune. - Documente în copie „conform cu originalul”; traducere autorizată în limba română pentru documentele emise în altă limbă. 		
4	<p>Condiții de garanție și postgaranție</p> <ul style="list-style-type: none"> - Garanție: minimum 24 de luni de la instalare/recepție și punere în exploatare, după caz. - Răspuns service: maximum 48 de ore de la solicitarea beneficiarului; declarație pe propria răspundere. - Piese de schimb/consumabile specifice, după caz: minimum 10 ani; declarație pe propria răspundere. 		
5	<p>Condiții cu caracter tehnic</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transport, livrare, montaj/instalare, punere în exploatare și instruire la beneficiar, în locația indicată. - Operațiunile menționate vor fi incluse în prețul final oferit; declarație pe propria răspundere. 		

6. Raft inox depozitare EM61

CANTITATE:

MODEL:

PRODUCĂTOR / ȚARĂ:

Nr. crt.	Specificații tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice minime impuse	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali <ul style="list-style-type: none">- Structura raftului va fi realizată din oțel inoxidabil minimum AISI 304.- Sistemul de rafturi va include minimum 4 polițe, fiecare cu dimensiunea de referință de 1200 x 600 mm, cu toleranță admisă de ±10%.- Polițele vor fi realizate din sârmă de oțel inoxidabil minimum AISI 304.- Polițele vor permite reglarea pe înălțime.- Dimensiuni de referință ansamblu: 1200 x 600 x 1800 (H) mm, cu toleranță admisă de ±10%.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare <ul style="list-style-type: none">- Produsul va fi stabil, sigur în exploatare, cu muchii/zona de contact finisate, conform destinației declarate.- Ofertantul va prezenta declarație privind încadrarea produsului: mobilier/dotare de depozitare sau, după caz, dispozitiv medical.- Avizul de funcționare ANMDMR se solicită numai dacă produsul este dispozitiv medical și activitățile ofertantului sunt supuse avizării: import, distribuție, instalare și/sau mentenanță dispozitive medicale, după caz.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele și reglementările aplicabile <ul style="list-style-type: none">- Produsul va respecta cerințele legale aplicabile pentru punerea pe piață în România, potrivit încadrării declarate de producător.- Se va prezenta certificat ISO 9001 valabil pentru producător/furnizor; certificat ISO 13485 numai dacă produsul ori activitatea oferită intră în domeniul dispozitivelor medicale.- Pentru produse care nu sunt dispozitive medicale: declarație/document de conformitate aplicabil categoriei de produs; fără certificat emis de organism notificat în baza Regulamentului (UE) 2017/745.- Pentru produse încadrate ca dispozitive medicale: declarație UE de conformitate, marcaj CE și certificat emis de organism notificat numai dacă procedura aplicabilă impune.- Documente în copie „conform cu originalul”; traducere autorizată în limba română pentru documentele emise în altă limbă.		
4	Condiții de garanție și postgaranție		

Nr. crt.	Specificații tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice minime impuse	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> - Garanție: minimum 24 de luni de la instalare/recepție și punere în exploatare, după caz. - Răspuns service: maximum 48 de ore de la solicitarea beneficiarului; declarație pe propria răspundere. - Piese de schimb/consumabile specifice, după caz: minimum 10 ani; declarație pe propria răspundere. 		
5	<p>Condiții cu caracter tehnic</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transport, livrare, montaj/instalare, punere în exploatare și instruire la beneficiar, în locația indicată. - Operațiunile menționate vor fi incluse în prețul final oferat; declarație pe propria răspundere. 		

7. Dulap depozitare materiale curătenie - EM11

CANTITATE:

MODEL:

PRODUCĂTOR / ȚARĂ:

Nr. crt.	Specificații tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice minime impuse	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali <ul style="list-style-type: none">- Dulap destinat depozitării materialelor de curătenie.- Corpul/structura dulapului va fi realizat(ă) din tablă de oțel.- Dulapul va fi prevăzut cu minimum 3 rafturi și minimum 1 spațiu dedicat pentru depozitarea mopului și a găleții.- Dulapul va fi prevăzut cu sistem de închidere cu cheie.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare <ul style="list-style-type: none">- Produsul va fi stabil, sigur în exploatare, cu muchii/zone de contact finisate, conform destinației declarate.- Ofertantul va prezenta declarație privind încadrarea produsului: mobilier/dotare de depozitare sau, după caz, dispozitiv medical.- Avizul de funcționare ANMDMR se solicită numai dacă produsul este dispozitiv medical și activitățile ofertantului sunt supuse avizării: import, distribuție, instalare și/sau mentenanță dispozitive medicale, după caz.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele și reglementările aplicabile <ul style="list-style-type: none">- Produsul va respecta cerințele legale aplicabile pentru punerea pe piață în România, potrivit încadrării declarate de producător.- Se va prezenta certificat ISO 9001 valabil pentru producător/furnizor; certificat ISO 13485 numai dacă produsul ori activitatea oferită intră în domeniul dispozitivelor medicale.- Pentru produse care nu sunt dispozitive medicale: declarație/document de conformitate aplicabil categoriei de produs; fără certificat emis de organism notificat în baza Regulamentului (UE) 2017/745.- Pentru produse încadrate ca dispozitive medicale: declarație UE de conformitate, marcaj CE și certificat emis de organism notificat numai dacă procedura aplicabilă impune.- Documente în copie „conform cu originalul”; traducere autorizată în limba română pentru documentele emise în altă limbă.		
4	Condiții de garanție și postgaranție <ul style="list-style-type: none">- Garanție: minimum 24 de luni de la instalare/recepție și punere în exploatare, după caz.- Răspuns service: maximum 48 de ore de la solicitarea beneficiarului; declarație pe propria răspundere.		

Nr. crt.	Specificații tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice minime impuse	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
	- Piese de schimb/consumabile specifice, după caz: minimum 10 ani; declarație pe propria răspundere.		
5	Condiții cu caracter tehnic - Transport, livrare, montaj/instalare, punere în exploatare și instruire la beneficiar, în locația indicată. - Operațiunile menționate vor fi incluse în prețul final oferat; declarație pe propria răspundere.		