

1. Troliu medicamente și tratamente EM48

CANTITATE:

MODEL:

PRODUCĂTOR / ȚARA:

Nr. crt.	Specificații tehnice minime solicitate	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile minime solicitate	Furnizor (denumire, adresă, telefon, e-mail)
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici și funcționali</p> <p>Troliu medical destinat organizării, depozitării și transportului medicației, materialelor și accesoriilor necesare tratamentelor curente.</p> <p>Structura trolului va fi realizată din aluminiu extrudat anodizat sau soluție constructivă echivalentă/superioară ca rigiditate, rezistență și igienizare.</p> <p>Trolul va fi prevăzut cu blat de lucru realizat prin injecție din plastic ABS sau material echivalent/superior, adecvat utilizării în mediu medical.</p> <p>Pe minimum trei laturi, trolul va fi prevăzut cu mâner/mânere pentru împingere și manevrare.</p> <p>În partea laterală, trolul va fi prevăzut cu suprafață de lucru extractibilă.</p> <p>Trolul va fi prevăzut cu minimum 4 sertare cu dimensiuni utile de minimum 610 × 470 mm, cu înălțimi diferite, pentru organizarea materialelor medicale.</p> <p>Minimum 3 sertare vor avea înălțimea de minimum 156 mm.</p> <p>Minimum 1 sertar va avea înălțimea de minimum 236 mm.</p> <p>Capacitatea de încărcare a fiecărui sertar va fi de minimum 45 kg.</p> <p>Trolul va fi prevăzut cu sistem central de blocare/închidere a sertarelor.</p> <p>În partea superioară, trolul va fi prevăzut cu kit de partiții pentru medicamente, montat pe minimum două bare orizontale, format din minimum 9 compartimente dispuse pe minimum 2 rânduri, dintre care minimum 5 compartimente mici și minimum 4 compartimente mari.</p> <p>Pe partea laterală dreaptă, trolul va fi prevăzut cu minimum 2 bare laterale detașabile și ajustabile pentru accesorii.</p> <p>Pe partea laterală stângă, trolul va fi prevăzut cu minimum 1 coș pentru deșeuri, cu acționare prin genunchi, cu capacitate de minimum 15 litri.</p> <p>La bază, trolul va fi prevăzut cu minimum 4 roți duble, pivotante, antiurme, cu diametrul de minimum 125 mm, dintre care minimum 2 roți prevăzute cu sistem de frânare.</p>		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</p> <p>Produsul oferit va fi adecvat utilizării în unități sanitare, corespunzător destinației declarate de producător, și va permite exploatarea în condiții de siguranță pentru pacient, personalul medical și personalul auxiliar, după caz.</p> <p>Materialele, finisajele și elementele funcționale vor permite curățarea, igienizarea și/sau dezinfectia uzuală în mediu spitalicesc, conform instrucțiunilor producătorului și destinației produsului.</p>		

	<p>Pentru produsele încadrate de producător ca dispozitive medicale, operatorul economic va prezenta aviz de funcționare emis de ANMDMR pentru activitățile relevante contractului: import și/sau distribuție și, după caz, instalare și/sau mentenanță dispozitive medicale, pentru grupa de dispozitive medicale aferentă produsului oferat.</p> <p>Pentru produsele care nu sunt încadrate ca dispozitive medicale, nu se va solicita aviz ANMDMR pentru produs; ofertantul va prezenta declarația producătorului/ofertantului privind încadrarea produsului și documentele de conformitate aplicabile categoriei respective de produs.</p> <p>Instrucțiunile de utilizare, întreținere și curățare se vor furniza în limba română, acolo unde sunt aplicabile potrivit naturii produsului.</p>		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele și reglementările aplicabile</p> <p>Produsul oferat va îndeplini toate cerințele legale aplicabile pentru introducerea pe piață, punerea la dispoziție pe piață și/sau punerea în funcțiune în România, conform destinației declarate de producător.</p> <p>Se va prezenta declarația UE de conformitate a producătorului sau documentul de conformitate aplicabil produsului oferat, în funcție de categoria produsului.</p> <p>Se va prezenta dovada marcajului CE numai acolo unde legislația aplicabilă produsului impune marcaj CE; pentru dispozitivele medicale, marcajul CE va fi conform Regulamentului (UE) 2017/745, cu modificările și completările aplicabile.</p> <p>Certificatul emis de un organism notificat se va solicita numai dacă, potrivit clasei de risc și procedurii de evaluare a conformității aplicabile produsului, legislația impune implicarea unui organism notificat.</p> <p>Se va prezenta certificat valabil ISO 9001 și/sau ISO 13485 pentru producător și/sau furnizor, în funcție de categoria produsului oferat și de domeniul certificatului. Pentru produse care nu sunt dispozitive medicale, certificarea ISO 13485 nu va fi solicitată ca cerință exclusivă.</p> <p>Documentele redactate într-o limbă străină se vor prezenta în copie și traducere autorizată în limba română. Traducerea legalizată se va solicita numai dacă este cerută expres prin documentația de atribuire sau prin legislația aplicabilă.</p>		
4	<p>Condiții de garanție, service și postgaranție</p> <p>Termen de garanție: minimum 24 de luni de la data livrării/recepției, respectiv de la data instalării și punerii în funcțiune, după caz, în funcție de natura produsului.</p> <p>Timp maxim de răspuns pentru intervenția de service: maximum 48 de ore de la comunicarea solicitării de către beneficiar.</p> <p>Asigurarea pieselor de schimb și/sau a componentelor necesare mentenanței: minimum 10 ani de la data livrării/recepției, respectiv de la data instalării și punerii în funcțiune, după caz.</p> <p>Pentru condițiile de garanție, service și asigurare piese de schimb se va prezenta declarație pe propria răspundere a ofertantului/furnizorului.</p>		
5	<p>Condiții cu caracter tehnic privind livrarea și punerea în funcțiune</p>		

	<p>Transportul, livrarea, montajul/instalarea, punerea în funcțiune și instruirea personalului utilizator se vor efectua la beneficiar, în locația de livrare indicată de acesta, după caz, în funcție de natura produsului.</p> <p>Toate operațiunile menționate mai sus vor fi incluse în prețul final oferit.</p> <p>Se va prezenta declarație pe propria răspundere privind includerea acestor servicii și efectuarea lor la locația beneficiarului.</p>		
--	--	--	--

2. Dulap pentru medicamente EM13

CANTITATE:

MODEL:

PRODUCĂTOR / ȚARĂ:

Nr. crt.	Specificații tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice minime impuse	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali <ul style="list-style-type: none">- Dulapul va fi prevăzut, în partea superioară, cu uși din sticlă securizată montată pe profil din aluminiu.- În partea inferioară, dulapul va dispune de minimum 2 uși batante cu finisaj din plastic laminat.- Ușile vor fi prevăzute cu sistem de blocare la cheie și mânere anti-traumă.- Ușile vor permite un unghi de deschidere de minimum 110°.- Compartimentul interior superior va fi dotat cu minimum 2 rafturi ajustabile, realizate din foaie de oțel.- Compartimentul interior inferior va fi dotat cu minimum 1 raft ajustabil, realizat din foaie de oțel.- Structura dulapului va fi realizată din foaie de oțel, vopsită cu pulberi epoxidice, pentru asigurarea unui grad ridicat de rezistență la agenți chimici.- Dulapul va fi prevăzut cu picioare de susținere.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare <ul style="list-style-type: none">- Produsul va fi stabil, sigur în exploatare, cu muchii/zone de contact finisate, conform destinației declarate.- Ofertantul va prezenta declarație privind încadrarea produsului: mobilier/dotare de depozitare sau, după caz, dispozitiv medical.- Avizul de funcționare ANMDMR se solicită numai dacă produsul este dispozitiv medical și activitățile ofertantului sunt supuse avizării: import, distribuție, instalare și/sau mentenanță dispozitive medicale, după caz.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele și reglementările aplicabile <ul style="list-style-type: none">- Produsul va respecta cerințele legale aplicabile pentru punerea pe piață în România, potrivit încadrării declarate de producător.- Se va prezenta certificat ISO 9001 valabil pentru producător/furnizor; certificat ISO 13485 numai dacă produsul ori activitatea oferită intră în domeniul dispozitivelor medicale.- Pentru produse care nu sunt dispozitive medicale: declarație/document de conformitate aplicabil categoriei de produs; fără certificat emis de organism notificat în baza Regulamentului (UE) 2017/745.- Pentru produse încadrate ca dispozitive medicale: declarație UE de conformitate, marcaj CE și certificat emis de organism notificat numai dacă procedura aplicabilă impune.- Documente în copie „conform cu originalul”; traducere autorizată în limba română pentru documentele emise în altă limbă.		
4	Condiții de garanție și postgaranție <ul style="list-style-type: none">- Garanție: minimum 24 de luni de la instalare/recepție și punere în exploatare, după caz.- Răspuns service: maximum 48 de ore de la solicitarea beneficiarului; declarație pe propria răspundere.- Piese de schimb/consumabile specifice, după caz: minimum 10 ani; declarație pe propria răspundere.		
5	Condiții cu caracter tehnic <ul style="list-style-type: none">- Transport, livrare, montaj/instalare, punere în exploatare și instruire la beneficiar, în locația indicată.- Operațiunile menționate vor fi incluse în prețul final oferit; declarație pe propria răspundere.		

3. Dulap pentru medicamente stupefiante și psihotrope EM56

CANTITATE:

MODEL:

PRODUCĂTOR / ȚARĂ:

Nr. crt.	Specificații tehnice minime impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice minime impuse	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici și funcționali</p> <ul style="list-style-type: none">- Dulapul va fi realizat din plastic bilaminat și va fi prevăzut cu minimum 2 uși basculante.- Dulapul va fi echipat cu uși rotative cu unghi de deschidere de minimum 270°, dotate cu compartimente din ABS pentru păstrarea medicamentelor.- Compartimentele din ABS vor fi prevăzute cu balustradă din plexiglas.- Dulapul va avea capacitatea de minimum 60 de compartimente din ABS.- Secțiunea interioară va fi prevăzută cu minimum 5 rafturi ajustabile pe înălțime și cu seif pentru păstrarea medicamentelor.- Seiful va fi realizat din oțel inoxidabil, va fi prevăzut cu minimum 1 raft interior și sistem de blocare în minimum 3 puncte.- Dulapul va fi prevăzut cu sistem de închidere la cheie.- Structura va fi susținută de picioare ajustabile din nailon.		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</p> <ul style="list-style-type: none">- Depozitarea medicamentelor stupefiante și psihotrope se va realiza cu respectarea procedurilor interne ale beneficiarului și a reglementărilor aplicabile privind controlul accesului și evidența acestor medicamente.- Produsul va fi stabil, sigur în exploatare, cu muchii/zona de contact finisate, conform destinației declarate.- Ofertantul va prezenta declarație privind încadrarea produsului: mobilier/dotare de depozitare sau, după caz, dispozitiv medical.- Avizul de funcționare ANMDMR se solicită numai dacă produsul este dispozitiv medical și activitățile ofertantului sunt supuse avizării: import, distribuție, instalare și/sau mentenanță dispozitive medicale, după caz.		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele și reglementările aplicabile</p> <ul style="list-style-type: none">- Produsul va respecta cerințele legale aplicabile pentru punerea pe piață în România, potrivit încadrării declarate de producător.- Se va prezenta certificat ISO 9001 valabil pentru producător/furnizor; certificat ISO 13485 numai dacă produsul ori activitatea oferită intră în domeniul dispozitivelor medicale.- Pentru produse care nu sunt dispozitive medicale: declarație/document de conformitate aplicabil categoriei de produs; fără certificat emis de organism notificat în baza Regulamentului (UE) 2017/745.- Pentru produse încadrate ca dispozitive medicale: declarație UE de conformitate, marcaj CE și certificat emis de organism notificat numai dacă procedura aplicabilă impune.- Documente în copie „conform cu originalul”; traducere autorizată în limba română pentru documentele emise în altă limbă.		
4	<p>Condiții de garanție și postgaranție</p> <ul style="list-style-type: none">- Garanție: minimum 24 de luni de la instalare/recepție și punere în exploatare, după caz.- Răspuns service: maximum 48 de ore de la solicitarea beneficiarului; declarație pe propria răspundere.- Piese de schimb/consumabile specifice, după caz: minimum 10 ani; declarație pe propria răspundere.		
5	<p>Condiții cu caracter tehnic</p> <ul style="list-style-type: none">- Transport, livrare, montaj/instalare, punere în exploatare și instruire la beneficiar, în locația indicată.- Operațiunile menționate vor fi incluse în prețul final oferit; declarație pe propria răspundere.		

4. Cărucior rulant EM8

CANTITATE:

MODEL:

PRODUCĂTOR / ȚARA:

Nr. crt.	Specificații tehnice minime solicitate	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile minime solicitate	Furnizor (denumire, adresă, telefon, e-mail)
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici și funcționali</p> <p>Cărucior rulant/scaun cu roțile destinat transportului pacienților în unități sanitare.</p> <p>Scaunul va fi pliabil și va fi prevăzut cu cotiere.</p> <p>Structura va fi realizată din oțel lăcuit sau material echivalent/superior ca rezistență mecanică.</p> <p>Suporturile pentru picioare vor fi detașabile, rotative și reglabile pe înălțime.</p> <p>Căruciorul va fi prevăzut cu două roți mari în partea posterioară, cu diametrul de minimum 600 mm, și două roți mici în partea anterioară, cu diametrul de minimum 180 mm.</p> <p>Capacitatea de încărcare/sarcina maximă admisă pentru utilizator va fi de minimum 120 kg.</p> <p>Lățimea șezutului va fi de minimum 55 cm.</p>		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</p> <p>Produsul oferit va fi adecvat utilizării în unități sanitare, corespunzător destinației declarate de producător, și va permite exploatarea în condiții de siguranță pentru pacient, personalul medical și personalul auxiliar, după caz.</p> <p>Materialele, finisajele și elementele funcționale vor permite curățarea, igienizarea și/sau dezinfectia uzuală în mediu spitalicesc, conform instrucțiunilor producătorului și destinației produsului.</p> <p>Pentru produsele încadrate de producător ca dispozitive medicale, operatorul economic va prezenta aviz de funcționare emis de ANMDMR pentru activitățile relevante contractului: import și/sau distribuție și, după caz, instalare și/sau mentenanță dispozitive medicale, pentru grupa de dispozitive medicale aferentă produsului oferit.</p> <p>Pentru produsele care nu sunt încadrate ca dispozitive medicale, nu se va solicita aviz ANMDMR pentru produs; ofertantul va prezenta declarația producătorului/ofertantului privind încadrarea produsului și documentele de conformitate aplicabile categoriei respective de produs.</p> <p>Instrucțiunile de utilizare, întreținere și curățare se vor furniza în limba română, acolo unde sunt aplicabile potrivit naturii produsului.</p>		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele și reglementările aplicabile</p> <p>Produsul oferit va îndeplini toate cerințele legale aplicabile pentru introducerea pe piață, punerea la dispoziție pe piață și/sau punerea în funcțiune în România, conform destinației declarate de producător.</p>		

	<p>Se va prezenta declarația UE de conformitate a producătorului sau documentul de conformitate aplicabil produsului ofertat, în funcție de categoria produsului.</p> <p>Se va prezenta dovada marcajului CE numai acolo unde legislația aplicabilă produsului impune marcaj CE; pentru dispozitivele medicale, marcajul CE va fi conform Regulamentului (UE) 2017/745, cu modificările și completările aplicabile.</p> <p>Certificatul emis de un organism notificat se va solicita numai dacă, potrivit clasei de risc și procedurii de evaluare a conformității aplicabile produsului, legislația impune implicarea unui organism notificat.</p> <p>Se va prezenta certificat valabil ISO 9001 și/sau ISO 13485 pentru producător și/sau furnizor, în funcție de categoria produsului ofertat și de domeniul certificatului. Pentru produse care nu sunt dispozitive medicale, certificarea ISO 13485 nu va fi solicitată ca cerință exclusivă.</p> <p>Documentele redactate într-o limbă străină se vor prezenta în copie și traducere autorizată în limba română. Traducerea legalizată se va solicita numai dacă este cerută expres prin documentația de atribuire sau prin legislația aplicabilă.</p>		
4	<p>Condiții de garanție, service și postgaranție</p> <p>Termen de garanție: minimum 24 de luni de la data livrării/recepției, respectiv de la data instalării și punerii în funcțiune, după caz, în funcție de natura produsului.</p> <p>Timp maxim de răspuns pentru intervenția de service: maximum 48 de ore de la comunicarea solicitării de către beneficiar.</p> <p>Asigurarea pieselor de schimb și/sau a componentelor necesare mentenanței: minimum 10 ani de la data livrării/recepției, respectiv de la data instalării și punerii în funcțiune, după caz.</p> <p>Pentru condițiile de garanție, service și asigurare piese de schimb se va prezenta declarație pe propria răspundere a ofertantului/furnizorului.</p>		
5	<p>Condiții cu caracter tehnic privind livrarea și punerea în funcțiune</p> <p>Transportul, livrarea, montajul/instalarea, punerea în funcțiune și instruirea personalului utilizator se vor efectua la beneficiar, în locația de livrare indicată de acesta, după caz, în funcție de natura produsului.</p> <p>Toate operațiunile menționate mai sus vor fi incluse în prețul final ofertat.</p> <p>Se va prezenta declarație pe propria răspundere privind includerea acestor servicii și efectuarea lor la locația beneficiarului.</p>		

5. Cărucior distribuire rufe curate EM7

CANTITATE:

MODEL:

PRODUCĂTOR / ȚARA:

Nr. crt.	Specificații tehnice minime solicitate	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile minime solicitate	Furnizor (denumire, adresă, telefon, e-mail)
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici și funcționali</p> <p>Cărucior destinat transportului și distribuirii lenjeriei curate în unități sanitare.</p> <p>Structura va fi realizată cu elemente/colțuri laterale din aluminiu extrudat, iar partea posterioară va fi executată din panouri multistrat sau soluție constructivă echivalentă/superioară ca rigiditate și rezistență.</p> <p>Căruciorul va fi prevăzut cu blat de lucru realizat din plastic ABS sau material echivalent/superior, adecvat curățării uzuale.</p> <p>Pe minimum trei laturi, căruciorul va fi prevăzut cu mânere pentru împingere și manevrare.</p> <p>Pentru transportul lenjeriei curate, căruciorul va fi prevăzut cu minimum 2 sertare din plastic, extractibile, cu sistem de autoînchidere și cu înălțimea fiecărui sertar de minimum 76 mm.</p> <p>În partea inferioară, căruciorul va fi prevăzut cu un compartiment închis cu minimum 2 uși și minimum 1 raft interior.</p> <p>Raftul interior va fi reglabil pe înălțime; pasul de reglaj va fi de maximum 80 mm sau mai fin, astfel încât să permită adaptarea volumului de depozitare.</p> <p>Căruciorul va fi mobil pe minimum 4 roți cu diametrul de minimum 125 mm, antiurme, dintre care minimum 2 roți prevăzute cu sistem de frânare.</p>		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</p> <p>Produsul oferit va fi adecvat utilizării în unități sanitare, corespunzător destinației declarate de producător, și va permite exploatarea în condiții de siguranță pentru pacient, personalul medical și personalul auxiliar, după caz.</p> <p>Materialele, finisajele și elementele funcționale vor permite curățarea, igienizarea și/sau dezinfecția uzuală în mediu spitalicesc, conform instrucțiunilor producătorului și destinației produsului.</p> <p>Pentru produsele încadrate de producător ca dispozitive medicale, operatorul economic va prezenta aviz de funcționare emis de ANMDMR pentru activitățile relevante contractului: import și/sau distribuție și, după caz, instalare și/sau mentenanță dispozitive medicale, pentru grupa de dispozitive medicale aferentă produsului oferit.</p> <p>Pentru produsele care nu sunt încadrate ca dispozitive medicale, nu se va solicita aviz ANMDMR pentru produs; ofertantul va prezenta declarația producătorului/ofertantului</p>		

	<p>privind încadrarea produsului și documentele de conformitate aplicabile categoriei respective de produs. Instrucțiunile de utilizare, întreținere și curățare se vor furniza în limba română, acolo unde sunt aplicabile potrivit naturii produsului.</p>		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele și reglementările aplicabile</p> <p>Produsul oferit va îndeplini toate cerințele legale aplicabile pentru introducerea pe piață, punerea la dispoziție pe piață și/sau punerea în funcțiune în România, conform destinației declarate de producător.</p> <p>Se va prezenta declarația UE de conformitate a producătorului sau documentul de conformitate aplicabil produsului oferit, în funcție de categoria produsului.</p> <p>Se va prezenta dovada marcajului CE numai acolo unde legislația aplicabilă produsului impune marcaj CE; pentru dispozitivele medicale, marcajul CE va fi conform Regulamentului (UE) 2017/745, cu modificările și completările aplicabile.</p> <p>Certificatul emis de un organism notificat se va solicita numai dacă, potrivit clasei de risc și procedurii de evaluare a conformității aplicabile produsului, legislația impune implicarea unui organism notificat.</p> <p>Se va prezenta certificat valabil ISO 9001 și/sau ISO 13485 pentru producător și/sau furnizor, în funcție de categoria produsului oferit și de domeniul certificatului. Pentru produse care nu sunt dispozitive medicale, certificarea ISO 13485 nu va fi solicitată ca cerință exclusivă.</p> <p>Documentele redactate într-o limbă străină se vor prezenta în copie și traducere autorizată în limba română. Traducerea legalizată se va solicita numai dacă este cerută expres prin documentația de atribuire sau prin legislația aplicabilă.</p>		
4	<p>Condiții de garanție, service și postgaranție</p> <p>Termen de garanție: minimum 24 de luni de la data livrării/recepției, respectiv de la data instalării și punerii în funcțiune, după caz, în funcție de natura produsului.</p> <p>Timp maxim de răspuns pentru intervenția de service: maximum 48 de ore de la comunicarea solicitării de către beneficiar.</p> <p>Asigurarea pieselor de schimb și/sau a componentelor necesare mentenanței: minimum 10 ani de la data livrării/recepției, respectiv de la data instalării și punerii în funcțiune, după caz.</p> <p>Pentru condițiile de garanție, service și asigurare piese de schimb se va prezenta declarație pe propria răspundere a ofertantului/furnizorului.</p>		
5	<p>Condiții cu caracter tehnic privind livrarea și punerea în funcțiune</p> <p>Transportul, livrarea, montajul/instalarea, punerea în funcțiune și instruirea personalului utilizator se vor efectua la beneficiar, în locația de livrare indicată de acesta, după caz, în funcție de natura produsului.</p> <p>Toate operațiunile menționate mai sus vor fi incluse în prețul final oferit.</p> <p>Se va prezenta declarație pe propria răspundere privind includerea acestor servicii și efectuarea lor la locația beneficiarului.</p>		

6. Cărucior curătenie EM6

CANTITATE:

MODEL:

PRODUCĂTOR / ȚARA:

Nr. crt.	Specificații tehnice minime solicitate	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile minime solicitate	Furnizor (denumire, adresă, telefon, e-mail)
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici și funcționali</p> <p>Cărucior profesional pentru curățenie/igienizare, destinat utilizării în unități sanitare.</p> <p>Cadrul căruciorului va fi realizat din ABS rezistent sau material echivalent/superior ca rezistență mecanică și comportare la utilizarea curentă în mediu spitalicesc.</p> <p>Căruciorul va fi prevăzut cu minimum 2 găleți, fiecare cu volum de minimum 22 litri, în culori diferite pentru codificarea fluxurilor de curățenie, fiecare găleată fiind prevăzută cu capac.</p> <p>În partea superioară, căruciorul va fi prevăzut cu minimum 4 găleți, fiecare cu volum de minimum 6 litri, în culori diferite și prevăzute cu capac.</p> <p>Căruciorul va fi prevăzut cu clemă/suport pentru atașarea cozii de mop.</p> <p>Căruciorul va include spațiu dedicat pentru depozitarea sacului/sacilor de colectare.</p> <p>În partea inferioară, căruciorul va fi prevăzut cu minimum 2 sertare detașabile.</p> <p>Capacitatea portantă/sarcina maximă susținută va fi de minimum 200 kg.</p>		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</p> <p>Produsul oferit va fi adecvat utilizării în unități sanitare, corespunzător destinației declarate de producător, și va permite exploatarea în condiții de siguranță pentru pacient, personalul medical și personalul auxiliar, după caz.</p> <p>Materialele, finisajele și elementele funcționale vor permite curățarea, igienizarea și/sau dezinfecția uzuală în mediu spitalicesc, conform instrucțiunilor producătorului și destinației produsului.</p> <p>Pentru produsele încadrate de producător ca dispozitive medicale, operatorul economic va prezenta aviz de funcționare emis de ANMDMR pentru activitățile relevante contractului: import și/sau distribuție și, după caz, instalare și/sau mentenanță dispozitive medicale, pentru grupa de dispozitive medicale aferentă produsului oferit.</p> <p>Pentru produsele care nu sunt încadrate ca dispozitive medicale, nu se va solicita aviz ANMDMR pentru produs; ofertantul va prezenta declarația producătorului/ofertantului privind încadrarea produsului și documentele de conformitate aplicabile categoriei respective de produs.</p> <p>Instrucțiunile de utilizare, întreținere și curățare se vor furniza în limba română, acolo unde sunt aplicabile potrivit naturii produsului.</p>		

3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele și reglementările aplicabile</p> <p>Produsul oferit va îndeplini toate cerințele legale aplicabile pentru introducerea pe piață, punerea la dispoziție pe piață și/sau punerea în funcțiune în România, conform destinației declarate de producător.</p> <p>Se va prezenta declarația UE de conformitate a producătorului sau documentul de conformitate aplicabil produsului oferit, în funcție de categoria produsului.</p> <p>Se va prezenta dovada marcajului CE numai acolo unde legislația aplicabilă produsului impune marcaj CE; pentru dispozitivele medicale, marcajul CE va fi conform Regulamentului (UE) 2017/745, cu modificările și completările aplicabile.</p> <p>Certificatul emis de un organism notificat se va solicita numai dacă, potrivit clasei de risc și procedurii de evaluare a conformității aplicabile produsului, legislația impune implicarea unui organism notificat.</p> <p>Se va prezenta certificat valabil ISO 9001 și/sau ISO 13485 pentru producător și/sau furnizor, în funcție de categoria produsului oferit și de domeniul certificatului. Pentru produse care nu sunt dispozitive medicale, certificarea ISO 13485 nu va fi solicitată ca cerință exclusivă.</p> <p>Documentele redactate într-o limbă străină se vor prezenta în copie și traducere autorizată în limba română. Traducerea legalizată se va solicita numai dacă este cerută expres prin documentația de atribuire sau prin legislația aplicabilă.</p>		
4	<p>Condiții de garanție, service și postgaranție</p> <p>Termen de garanție: minimum 24 de luni de la data livrării/recepției, respectiv de la data instalării și punerii în funcțiune, după caz, în funcție de natura produsului.</p> <p>Timp maxim de răspuns pentru intervenția de service: maximum 48 de ore de la comunicarea solicitării de către beneficiar.</p> <p>Asigurarea pieselor de schimb și/sau a componentelor necesare mentenanței: minimum 10 ani de la data livrării/recepției, respectiv de la data instalării și punerii în funcțiune, după caz.</p> <p>Pentru condițiile de garanție, service și asigurare piese de schimb se va prezenta declarație pe propria răspundere a ofertantului/furnizorului.</p>		
5	<p>Condiții cu caracter tehnic privind livrarea și punerea în funcțiune</p> <p>Transportul, livrarea, montajul/instalarea, punerea în funcțiune și instruirea personalului utilizator se vor efectua la beneficiar, în locația de livrare indicată de acesta, după caz, în funcție de natura produsului.</p> <p>Toate operațiunile menționate mai sus vor fi incluse în prețul final oferit.</p> <p>Se va prezenta declarație pe propria răspundere privind includerea acestor servicii și efectuarea lor la locația beneficiarului.</p>		

7. Troliu rufe murdare EM68

CANTITATE:

MODEL:

PRODUCĂTOR / ȚARA:

Nr. crt.	Specificații tehnice minime solicitate	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile minime solicitate	Furnizor (denumire, adresă, telefon, e-mail)
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici și funcționali</p> <p>Troliu destinat colectării și transportului rufelor murdare în unități sanitare.</p> <p>Troliul va fi prevăzut cu minimum 1 post/suport pentru sac.</p> <p>Troliul va fi prevăzut cu capac acționat prin pedală, pentru operare fără contact manual direct.</p> <p>Structura va fi realizată din oțel tubular, cu diametrul tubului de minimum 20 mm.</p> <p>Troliul va fi mobil pe minimum 4 roți pivotante.</p>		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</p> <p>Produsul oferit va fi adecvat utilizării în unități sanitare, corespunzător destinației declarate de producător, și va permite exploatarea în condiții de siguranță pentru pacient, personalul medical și personalul auxiliar, după caz.</p> <p>Materialele, finisajele și elementele funcționale vor permite curățarea, igienizarea și/sau dezinfecția uzuală în mediu spitalicesc, conform instrucțiunilor producătorului și destinației produsului.</p> <p>Pentru produsele încadrate de producător ca dispozitive medicale, operatorul economic va prezenta aviz de funcționare emis de ANMDMR pentru activitățile relevante contractului: import și/sau distribuție și, după caz, instalare și/sau mentenanță dispozitive medicale, pentru grupa de dispozitive medicale aferentă produsului oferit.</p> <p>Pentru produsele care nu sunt încadrate ca dispozitive medicale, nu se va solicita aviz ANMDMR pentru produs; ofertantul va prezenta declarația producătorului/ofertantului privind încadrarea produsului și documentele de conformitate aplicabile categoriei respective de produs.</p> <p>Instrucțiunile de utilizare, întreținere și curățare se vor furniza în limba română, acolo unde sunt aplicabile potrivit naturii produsului.</p>		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele și reglementările aplicabile</p> <p>Produsul oferit va îndeplini toate cerințele legale aplicabile pentru introducerea pe piață, punerea la dispoziție pe piață și/sau punerea în funcțiune în România, conform destinației declarate de producător.</p> <p>Se va prezenta declarația UE de conformitate a producătorului sau documentul de conformitate aplicabil produsului oferit, în funcție de categoria produsului.</p> <p>Se va prezenta dovada marcajului CE numai acolo unde legislația aplicabilă produsului impune marcaj CE; pentru dispozitivele medicale, marcajul CE va fi conform Regulamentului (UE) 2017/745, cu modificările și</p>		

	<p>completările aplicabile.</p> <p>Certificatul emis de un organism notificat se va solicita numai dacă, potrivit clasei de risc și procedurii de evaluare a conformității aplicabile produsului, legislația impune implicarea unui organism notificat.</p> <p>Se va prezenta certificat valabil ISO 9001 și/sau ISO 13485 pentru producător și/sau furnizor, în funcție de categoria produsului oferit și de domeniul certificatului. Pentru produse care nu sunt dispozitive medicale, certificarea ISO 13485 nu va fi solicitată ca cerință exclusivă.</p> <p>Documentele redactate într-o limbă străină se vor prezenta în copie și traducere autorizată în limba română. Traducerea legalizată se va solicita numai dacă este cerută expres prin documentația de atribuire sau prin legislația aplicabilă.</p>		
4	<p>Condiții de garanție, service și postgaranție</p> <p>Termen de garanție: minimum 24 de luni de la data livrării/recepției, respectiv de la data instalării și punerii în funcțiune, după caz, în funcție de natura produsului.</p> <p>Timp maxim de răspuns pentru intervenția de service: maximum 48 de ore de la comunicarea solicitării de către beneficiar.</p> <p>Asigurarea pieselor de schimb și/sau a componentelor necesare mentenanței: minimum 10 ani de la data livrării/recepției, respectiv de la data instalării și punerii în funcțiune, după caz.</p> <p>Pentru condițiile de garanție, service și asigurare piese de schimb se va prezenta declarație pe propria răspundere a ofertantului/furnizorului.</p>		
5	<p>Condiții cu caracter tehnic privind livrarea și punerea în funcțiune</p> <p>Transportul, livrarea, montajul/instalarea, punerea în funcțiune și instruirea personalului utilizator se vor efectua la beneficiar, în locația de livrare indicată de acesta, după caz, în funcție de natura produsului.</p> <p>Toate operațiunile menționate mai sus vor fi incluse în prețul final oferit.</p> <p>Se va prezenta declarație pe propria răspundere privind includerea acestor servicii și efectuarea lor la locația beneficiarului.</p>		

8. Recipiente colectare selectivă a deșeurilor medicale EM33

CANTITATE:

MODEL:

PRODUCĂTOR / ȚARA:

Nr. crt.	Specificații tehnice minime solicitate	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile minime solicitate	Furnizor (denumire, adresă, telefon, e-mail)
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici și funcționali</p> <p>Set de recipiente pentru colectarea selectivă a deșeurilor medicale, compus din minimum 3 recipiente de capacități diferite.</p> <p>Recipientele vor fi rezistente la temperaturi joase și ridicate, conform documentației producătorului, și adecvate utilizării în fluxurile de colectare din unități sanitare.</p> <p>Fiecare recipient va fi prevăzut cu capac cu închidere ermetică.</p> <p>Setul va include minimum 1 recipient cu volum de minimum 30 litri, prevăzut cu capac dublu și sarcină maximă admisă de minimum 15 kg.</p> <p>Setul va include minimum 1 recipient cu volum de minimum 50 litri, prevăzut cu capac dublu și sarcină maximă admisă de minimum 20 kg.</p> <p>Setul va include minimum 1 recipient cu volum de minimum 60 litri, prevăzut cu capac dublu și sarcină maximă admisă de minimum 25 kg.</p>		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</p> <p>Produsul oferit va fi adecvat utilizării în unități sanitare, corespunzător destinației declarate de producător, și va permite exploatarea în condiții de siguranță pentru pacient, personalul medical și personalul auxiliar, după caz.</p> <p>Materialele, finisajele și elementele funcționale vor permite curățarea, igienizarea și/sau dezinfecția uzuală în mediu spitalicesc, conform instrucțiunilor producătorului și destinației produsului.</p> <p>Pentru produsele încadrate de producător ca dispozitive medicale, operatorul economic va prezenta aviz de funcționare emis de ANMDMR pentru activitățile relevante contractului: import și/sau distribuție și, după caz, instalare și/sau mentenanță dispozitive medicale, pentru grupa de dispozitive medicale aferentă produsului oferit.</p> <p>Pentru produsele care nu sunt încadrate ca dispozitive medicale, nu se va solicita aviz ANMDMR pentru produs; ofertantul va prezenta declarația producătorului/ofertantului privind încadrarea produsului și documentele de conformitate aplicabile categoriei respective de produs.</p> <p>Instrucțiunile de utilizare, întreținere și curățare se vor furniza în limba română, acolo unde sunt aplicabile potrivit naturii produsului.</p>		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele și reglementările aplicabile</p> <p>Produsul oferit va îndeplini toate cerințele legale aplicabile</p>		

	<p>pentru introducerea pe piață, punerea la dispoziție pe piață și/sau punerea în funcțiune în România, conform destinației declarate de producător.</p> <p>Se va prezenta declarația UE de conformitate a producătorului sau documentul de conformitate aplicabil produsului oferat, în funcție de categoria produsului.</p> <p>Se va prezenta dovada marcajului CE numai acolo unde legislația aplicabilă produsului impune marcaj CE; pentru dispozitivele medicale, marcajul CE va fi conform Regulamentului (UE) 2017/745, cu modificările și completările aplicabile.</p> <p>Certificatul emis de un organism notificat se va solicita numai dacă, potrivit clasei de risc și procedurii de evaluare a conformității aplicabile produsului, legislația impune implicarea unui organism notificat.</p> <p>Se va prezenta certificat valabil ISO 9001 și/sau ISO 13485 pentru producător și/sau furnizor, în funcție de categoria produsului oferat și de domeniul certificatului. Pentru produse care nu sunt dispozitive medicale, certificarea ISO 13485 nu va fi solicitată ca cerință exclusivă.</p> <p>Documentele redactate într-o limbă străină se vor prezenta în copie și traducere autorizată în limba română. Traducerea legalizată se va solicita numai dacă este cerută expres prin documentația de atribuire sau prin legislația aplicabilă.</p>		
4	<p>Condiții de garanție, service și postgaranție</p> <p>Termen de garanție: minimum 24 de luni de la data livrării/recepției, respectiv de la data instalării și punerii în funcțiune, după caz, în funcție de natura produsului.</p> <p>Timp maxim de răspuns pentru intervenția de service: maximum 48 de ore de la comunicarea solicitării de către beneficiar.</p> <p>Asigurarea pieselor de schimb și/sau a componentelor necesare mentenanței: minimum 10 ani de la data livrării/recepției, respectiv de la data instalării și punerii în funcțiune, după caz.</p> <p>Pentru condițiile de garanție, service și asigurare piese de schimb se va prezenta declarație pe propria răspundere a ofertantului/furnizorului.</p>		
5	<p>Condiții cu caracter tehnic privind livrarea și punerea în funcțiune</p> <p>Transportul, livrarea, montajul/instalarea, punerea în funcțiune și instruirea personalului utilizator se vor efectua la beneficiar, în locația de livrare indicată de acesta, după caz, în funcție de natura produsului.</p> <p>Toate operațiunile menționate mai sus vor fi incluse în prețul final oferat.</p> <p>Se va prezenta declarație pe propria răspundere privind includerea acestor servicii și efectuarea lor la locația beneficiarului.</p>		