

## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

„MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE INFRASTRUCTURA  
AMBULATORIU DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL MOTRU”

### PROIECTANT:

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

FIȘA TEHNICĂ

NR. 38

DOTARE PROIECTOR DE TESTE

Model produs \_\_\_\_\_

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Specificatii tehnice oferite *	PRODUCĂTOR
0	1	2	3
1.	<b>Parametri tehnici si functionali</b>		
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Minim 30 de diagrame de testare</li><li>• schimbare rapidă a testului</li><li>• imagini contemporane pentru testarea copiilor și persoanelor analfabete</li><li>• telecomandă cu infraroșu pentru o operare confortabilă.</li><li>• filtre roșu / verde și polarizante .</li><li>• comutare automat în modul „Sleep” fara utilizare</li><li>• măști orizontale și verticale pentru prezentarea optotipurilor selectate.</li><li>• Posibilitate de montaj pe perete</li><li>• distanța de proiecție: 2.5 până la 6.5 m</li><li>• magnificație: minim 25x cu reglaj fin</li><li>• iluminare: bec halogen sau LED</li><li>• unghi: +/- 15 °</li></ul>		
2.	<b>Condiții de punere pe piață</b>		
	Aviz eliberat de Ministerul Sanatatii prin Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale		
3.	<b>Servicii solicitate</b>		
	Furnizorul va livra, va instala și va pune în funcțiune produsele în locația indicată de beneficiar și va instrui personalul beneficiarului cu privire la modul de utilizare al echipamentului.		
4.	<b>Condiții de garanție și post-garanție</b>		
	Durata de garanție: 3 ani		
	Service gratuit in perioada de garantie si contra cost post-garanție.		

5.	<b>Documente furnizate odată cu produsul</b>		
	Certificat de garanție, Certificat conformitate CE emis de un organism notificat, declarație de conformitate CE emisă de producător, cartea tehnică care să conțină și instrucțiuni de exploatare și întreținere		

Intocmit,  
Ing. Agrigoroae Dorin




\* În coloana 2 ofertantul va completa caracteristicile reale ale produsului oferat și va indica paginile din oferta tehnică unde pot fi identificate fiecare din caracteristicile tehnice oferate.

## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

„MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE INFRASTRUCTURA  
AMBULATORIU DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL MOTRU”

### PROIECTANT:

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

### FIȘA TEHNICĂ

NR. 40

DOTARE TONOMETRU

Model produs \_\_\_\_\_

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Specificații tehnice oferitate *	PRODUCĂTOR
0	1	2	3
1.	<b>Parametri tehnici si functionali</b>		
	- Rază de măsurare: 5-50 mmHg - Sistem iluminare: LED - Distanța de lucru: 20mm - Display: 4 caractere tip dot matrix scrolling - posibilitate imprimare măsurători		
2.	<b>Condiții de punere pe piață</b>		
	Aviz eliberat de Ministerul Sanatatii prin Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale		
3.	<b>Servicii solicitate</b>		
	Furnizorul va livra, va instala și va pune în funcțiune produsele în locația indicată de beneficiar și va instrui personalul beneficiarului cu privire la modul de utilizare al echipamentului.		
4.	<b>Condiții de garanție și post-garanție</b>		
	Durata de garanție: 3 ani		
	Service gratuit in perioada de garantie si contra cost post-garanție.		
5.	<b>Documente furnizate odată cu produsul</b>		
	Certificat de garanție, Certificat conformitate CE emis de un organism notificat, declarație de conformitate CE emisă de producător, cartea tehnică care să conțină și instrucțiuni de exploatare și întreținere		

Intocmit,  
Ing. Agrigoroae Dorin



\* În coloana 2 ofertantul va completa caracteristicile reale ale produsului oferit și va indica paginile din oferta tehnică unde pot fi identificate fiecare din caracteristicile tehnice oferite.