



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



Nr. reg. 1291/ 24.02.2026

## CAIET SARCINI MATERIALE SANITARE ACORD CADRU 2026

### 1. Generale

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică și propunerea financiară.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, etichetarea, marcarea, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

În cadrul acestei proceduri, Spitalul Clinic C.F. Timișoara îndeplinește rolul de Autoritate contractantă, respectiv Autoritatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se considera de către Ofertant ca acesta trebuie menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

#### *Informații despre Autoritatea contractantă*

**SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA**, Cod de identificare fiscală: 2491516; Adresa: Strada: Vladimirescu Tudor, nr. 13-15; Localitate: Timișoara; Cod Postal: 300173; Țara: România; Codul NUTS: RO424 Timiș; Adresa de e-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro); [achizitii@spitalcftm.ro](mailto:achizitii@spitalcftm.ro); Nr de telefon: +40 256493088; Fax: +40 256491151

#### *Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor:*

În urma centralizării referatelor ce cuprind necesitățile de la nivelul secțiilor/compartimentelor/ serviciilor s-a constatat nevoia achiziționării de materiale sanitare.

#### *Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea contractantă:*

Asigurarea continuității desfășurării activității medicale.

#### *Informații despre atribuțiile și responsabilitățile Autorității Contractante în implementarea contractului*

- Autoritatea contractantă are obligația de a achita contravaloarea produselor în cuantumul, termenul și condițiile stipulate prin contractele de achiziție publică și în oferta furnizorului;
- Autoritatea contractantă are obligația de a semna procesele verbale de recepție a produselor livrate de către furnizor.



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



***Riscurile aferente implementării contractului ce cad în responsabilitatea partilor***

În etapa de implementare a contractului de achiziție publică se va verifica, atât de achizitor, cât și de furnizor, dacă persoanele fizice sau juridice implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor s-au angajat la firma castigatoare, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la semnarea contractului de achiziție publică. Oricare dintre partile contractului de achiziție publică are obligația de a sesiza apariția unei astfel de situații și a lua măsurile necesare evitării/eliminării unei astfel de situații.

Riscurile aferente implementării contractului:

- Riscul ca operatorul economic declarat castigator sa nu poata furniza in tot sau in parte produsele solicitate. Producerea acestui risc este prevenita prin clauza 11.1 din modelul de contract de achiziție publică. (**Art. 11.1.** *In cazul în care, din vina sa exclusivă, promitentul-furnizor nu își îndeplinește la termen obligațiile de furnizare a bunurilor, atunci promitentul-achizitor are dreptul de a percepe dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 21 din O.G. nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările și completările ulterioare. Dobânda se aplică la valoarea produselor nelivrate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de valoarea produselor nelivrate.*)
- Riscul ca operatorul economic declarat castigator sa nu poata furniza produsele la performantele tehnice/calitatea solicitate prin caietul de sarcini. Operatorul economic are obligația de a înlocui produsele refuzate de către achizitor, fără a modifica pretul contractului, sau sa returneze suma încasată, dacă vreunul din produsele recepționate nu corespunde parametrilor calitativi prevăzuți în caietul de sarcini.
- Riscul ca achizitorul sa nu poata plăti în tot sau în parte contravaloarea produselor achiziționate. Producerea acestui risc este prevenita prin clauza 11.2 din modelul de contract de achiziție publică. (**Art. 11.2.** *În cazul în care promitentul-achizitor, din vina sa exclusivă, nu își îndeplinește obligația de plată a facturii în termenul prevăzut în contract, promitentul-furnizor are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante, dar nu mai mult decât valoarea plății neefectuate, care curge de la expirarea termenului de plată.*)

Cerintele din caietul de sarcini sunt minime și obligatorii, iar autoritatea contractantă va accepta doar produsele oferite ce **sunt egale sau calitativ superioare cerintelor din prezentul Caiet de sarcini.**

**Precizări privind modul de depunere a ofertei tehnice :**

Propunerea tehnică va include:



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516

Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;

Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151

E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- 1) Formularul de Propunere Tehnica (conform formularului pus la dispoziție de Autoritatea contractanta) incluzând toate informațiile solicitate;
  - 2) Documentele tehnice care nu conțin informații legate de prețuri
- Ofertantii vor întocmi propunerea tehnica într-o manieră organizată, astfel încât aceasta să asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței cu cerințele/specificațiile prevăzute în cadrul prezentei secțiuni, respectiv cu cele prevăzute în cadrul Caietului de sarcini și a documentelor anexate la acesta, care fac parte integrantă din documentația de atribuire.

- Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate în caietul de sarcini doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de SAU ECHIVALENT.
- Ofertantul va bifa cu DA sau NU îndeplinirea respectiv neîndeplinirea caracteristicii tehnice. În cazul în care caracteristica este îndeplinită, se va indica pagina din documentația atașată (specificație tehnică, manual utilizare, fișă/manual tehnic) emisă de producător, care atestă conformitatea cu cele declarate.
- În cazul în care documentele mai sus menționate sunt în altă limbă decât limba română, se vor prezenta atât documentele de la producător sau de la alte organisme notificate, cât și documentele în limba română – în traducere autorizată a paginilor relevante din documentația tehnică originală.
- Nu se acceptă declarații pe proprie răspundere pentru îndeplinirea cerințelor tehnice și nu se acceptă prospect comercial și preluări de pe internet pentru susținerea componentelor tehnice, cu excepția cerințelor în care autoritatea contractantă solicită în mod expres declarație pe propria răspundere.
- Cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini sunt considerate ca fiind minimale și obligatoriu de îndeplinit (toate caracteristicile tehnice trebuie îndeplinite). În acest sens, oferta de bază prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior îndeplinirii cerințelor solicitate.
- Caracteristicile tehnice care exced sau sunt superioare celor solicitate de autoritatea contractantă vor fi menționate de ofertant și se va indica numărul paginii din documentația tehnică la care se găsește indicată caracteristica.
- În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că nu sunt respectate elemente ale propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini), autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul ori de a solicita sistarea furnizării produselor până la remedierea situației constatate.



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516

Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;

Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151

E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



## Garantie

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin o perioadă de **minim 12 luni de la data receptiei finale.**

Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la:

- diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;
- repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;
- înlocuirea părților defecte;
- instalarea în starea inițială;
- testarea pentru a asigura funcționarea corectă

## Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului

**Termenul de livrare va fi de maxim 5 de zile de la data transmiterii comenzii de livrare din partea achizitorului.**

Nerespectarea termenului de livrare ofertat va conduce la încetarea unilaterală a contractului subsecvent, fără alte formalități sau termene de așteptare, iar autoritatea contractantă se va îndrepta către ofertantul clasat pe locul 2 și așa mai departe.

Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul/echipamentul este instalat, funcționează la parametrii agreeți și este acceptat de Autoritatea contractantă.

Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la Spitalul Clinic C.F. Timișoara. Fiecare produs va fi însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune.

Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipularii accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutateii ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanța față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

Destinația de livrare este: **Spitalul Clinic CF Timișoara, Strada: Vladimirescu Tudor, nr. 13-15**

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreeat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.



**MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII**

**SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA**

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



Receptia se va efectua la destinația de livrare prin numărare, prin verificarea îndeplinirii cerințelor din caietul de sarcini, de către comisia de recepție. În cazul în care produsul este neconform (nu corespunde specificațiilor tehnice din caietul de sarcini/propunerea tehnică), produsul va fi respins, furnizorul având obligația de a-l înlocui în termen de maxim 5 zile.

### **Instalare, punere în funcțiune, testare – NU ESTE CAZUL**

Contractantul va asambla/preasambla produsele la locul indicat de furnizor și va efectua orice altă configurație considerată necesară pentru a asigura funcționarea corectă a produselor.

Contractantul trebuie să instaleze toate produsele în mod corespunzător, asigurându-se în același timp ca spațiile unde s-a realizat instalarea rămân curate. După livrarea și instalarea produselor, contractantul va elimina toate deșeurile rezultate și va lua măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele și eliminarea acestora de la locul de instalare.

Odată ce produsele sunt asamblate, contractantul va realiza și apoi toate configurările/setările necesare pentru a pune produsele în funcțiune. Punerea în funcțiune include, de asemenea, toate ajustările și setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce privește performanța și calitatea, cu toate configurațiile necesare pentru o funcționare optimă.

Contractantul va efectua pe cheltuiala sa și fără nici un fel de costuri din partea Autorității/entității contractante toate testele pentru a asigura funcționarea produsului la parametri agreeați. Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate măsurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări, până la acceptare de către Autoritatea contractantă.

### **Instruirea personalului pentru utilizare – NU ESTE CAZUL**

Contractantul este responsabil pentru instruirea la fața locului a personalului desemnat de Autoritatea/entitatea contractantă. Scopul instruirii este de a transfera cunoștințele necesare pentru a opera produsul.

Instruirea va fi organizată după ce produsul este funcțional și trebuie să permită personalului Autorității/entității contractante să: înțelegerea diferitelor componente ale produsului; înțelegerea tuturor funcționalităților; operarea produsului; informații despre mentenanța de rutină care trebuie să fie efectuată de către utilizator; depistarea problemelor și diagnosticare de baza; etc.

Contractantul trebuie să propună orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se asigura că personalul Autorității/entității contractante este pe deplin instruit pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a produsului.

Sesiunea de instruire se va desfășura în limba română.

Contractantul va asigura pe durata sesiunii de instruire materiale suport în limba română, care includ cel puțin: manuale de operare, fișe tehnice, etc.



**MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII**

**SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA**

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



## **Mentenanța preventivă în perioada de garanție – NU ESTE CAZUL**

### **Suport tehnic – NU ESTE CAZUL**

#### **Recepția produselor**

Recepția produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea contractantă. Recepția produselor se va realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv:

- a) recepția cantitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea contractantă;
- b) recepția calitativă se va realiza după instalare, punere în funcțiune, instruire personal și testare a produselor și, după caz, toate defectele au fost remediate.

Procesul verbal de recepție calitativă va include unul din următoarele rezultate:

- a) acceptat;
- b) acceptat cu observații minore;
- c) acceptat cu rezerve;
- d) refuzat.

#### **Modalități și condiții de plată**

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Factura va avea menționat numărul contractului, datele de emisie și de scadență ale facturii respective.

Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea contractantă a procesului verbal de recepție calitativă, acceptat, după livrare, instalare și punere în funcțiune. Procesul verbal de recepție calitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- a) fișa tehnică
- b) certificatul de calitate
- c) certificatul de garanție;
- d) declarația de conformitate CE;
- e) avizul de expediție a produsului;
- f) procesul verbal de recepție cantitativă și calitativă;
- g) Procesul verbal de instruire a personalului utilizator;
- h) manual de utilizare în limba română



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516

Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;

Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151

E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



### CERTIFICARE :

- produsele oferite trebuie să îndeplinească toate condițiile legale de punere pe piața pe teritoriul României, iar la ofertare și la livrare se va depune declarația/ certificatul de conformitate CE a producătorului/ organismului emitent conform directivelor europene aplicabile. Documentele se vor prezenta însoțite de traducerea autorizată în limba română.
- Produsele livrate vor deține marcajul CE.

**Orice document doveditor depus de ofertant în alta limbă va fi însoțit de traducerea autorizată în limba română a paginilor relevante pentru evaluarea ofertei, iar orice document depus în traducere autorizată în limba română va fi însoțit și de documentul emis în limba originală.**

**Nu se vor accepta declarații pe proprie răspundere din partea ofertantului privind îndeplinirea caracteristicilor tehnice ale echipamentelor oferite!**

- Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate în caietul de sarcini doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de SAU ECHIVALENT.
- Ofertantul va bifa cu DA sau NU îndeplinirea respectiv neîndeplinirea caracteristicii tehnice. În cazul în care caracteristica este îndeplinită, se va indica pagina din documentația atașată (specificație tehnică, manual utilizare, fișa/manual tehnic) emisă de producător, care atestă conformitatea cu cele declarate.
- În cazul în care documentele depuse de ofertant sunt în alta limbă decât limba română, se vor prezenta atât documentele de la producător sau de la alte organisme notificate, cât și documentele în limba română – în traducere autorizată a paginilor relevante pentru evaluarea ofertei.
- Nu se acceptă declarații pe proprie răspundere pentru îndeplinirea cerințelor tehnice și nu se acceptă prospect comercial și preluări de pe internet pentru susținerea componentelor tehnice, cu excepția cerințelor în care autoritatea contractantă solicită în mod expres declarație pe propria răspundere.
- Cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini sunt considerate ca fiind minimale și obligatoriu de îndeplinit (toate caracteristicile tehnice trebuie îndeplinite). În acest sens, oferta de bază prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior îndeplinirii cerințelor solicitate.
- În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că nu sunt respectate elemente ale propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini), autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a denunța unilateral



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516

Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;

Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151

E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



contractul ori de a solicita sistarea furnizării produselor până la remedierea situației constatate.

### **SPECIFICATII TEHNICE**

#### **LOT 1 MĂNUȘI CHIRURGICALE STERILE NEPUDRATE DIFERITE MĂRIMI**

UM pereche

Descriere

- Mănuși din latex natural. Culoare alb natural. Suprafață microrugooasă. Formă anatomică
- Mărime 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5
- Interior nepudrat/derivați de poliuretan și copolimer pe bază de butadien, legați prin legături de poliacrilat. De unică folosință în toate domeniile de chirurgie.
- Grosime la nivelul degetului minim 0.22 mm, la nivelul palmei minim 0.22 mm, manșetei minim 0.17 mm. Lungimea conform mărimii mânușii: minim 270 mm

#### **LOT 2 MĂNUȘĂ NITRIL DIFERITE MĂRIMI**

UM bucată

Descriere:

- Mănuși examinare din nitril nepudrate - degete texturate, culoare albastră, lungime minim 290 mm
- Mărime S, M, L, XL
- Degete texturate pentru aderență sporită. Fără latex
- Rezistență la acid sulfuric, hidroxid de sodiu, carmustin, formaldehide

#### **LOT 3 AC RAHIANESTEZIE**

##### **3.1 Ac cu bizou atraumatic pentru anestezie spinală G26 0.47 x 50 mm**

UM bucată

Descriere:

- Ac cu introducător pentru anestezie spinală G 26, bizou atraumatic, culoare maro
- Dimensiuni ac spinal: G 26 – 0,47 x 50 mm
- Ac spinal din oțel inoxidabil G 26 cu bizou special atraumatic, cu o formă dublu tăiată (two zone), ascuțit atât pe partea exterioară, cât și pe partea interioară, pentru a facilita pătrunderea prin țesuturi cu un efort minim
- Mandren format din 2 componente: sistemul de prindere din plastic colorat conform codului culorilor (G26 - maro), prevăzut cu element de fixare împotriva rotirii accidentale în interiorul acului și care indică orientarea bizoului acului și stiletul care este din oțel inoxidabil



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516

Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;

Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151

E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Ambou transparent, canelat, fără aripioare
- Ac introductor
- Produsul nu conține PVC, Latex, DEHP
- Sterilizare oxid de etilenă (EO)
- Mod de ambalare: ambalare și etichetare conform EU-MDR (EU Medical Device Regulation) (numele produsului, descriere, cod, valabilitate, lot, mod de sterilizare, dimensiuni, adresă producator etc).

### 3.2 Ac cu bizou Pencil Point pentru anestezie spinală G25 0.5 x 88 mm

UM bucată

Descriere:

- Ac pentru anestezie spinală G 25, bizou Pencil Point, culoare portocalie
- Ac spinal cu bizou Pencil Point
- Dimensiuni: G25 – 0.50 x 88 mm;
- Mandren metalic cu capăt din plastic colorat conform codului culorilor (G25 - portocaliu)
- Sistem de prindere eliptic prevăzut cu 3 elemente pentru o mai bună aderență și pentru fixare împotriva rotirii accidentale în interiorul acului;
- Sistemul de prindere are săgeată indicatoare pentru poziționarea corectă a bizoului acului
- Prisma pentru vizualizare rapidă a LCR este încorporată în sistemul de prindere
- Prisma facilitează vizualizarea LCR astfel ca fără LCR este stralucitoare, iar cu LCR devine transparentă
- Ac introductor G20 0.90 x 35 mm
- Sterilizare oxid de etilenă (EO)
- Mod de ambalare: ambalare și etichetare conform EU-MDR (EU Medical Device Regulation) (numele produsului, descriere, cod, valabilitate, lot, mod de sterilizare, dimensiuni, adresă producator etc).

### 3.3 Ac cu bizou Quincke pentru anestezie spinală și puncție lombară în scop diagnostic G25 0.53 x 88 mm

UM bucată

Descriere:

- Ac spinal cu bizou Quincke
- Dimensiuni: G25 – 0.53 x 88 mm
- Mandren metalic cu capăt din plastic colorat conform codului culorilor, cu element de fixare împotriva rotirii accidentale în interiorul acului
- Sistem de prindere eliptic prevăzut cu 3 elemente pentru o mai bună aderență și pentru fixare împotriva rotirii accidentale în interiorul acului



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516

Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;

Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151

E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Sistemul de prindere are sageată indicatoare pentru poziționarea corectă a bizoului acului
- Prisma pentru vizualizare rapidă a LCR este încorporată în sistemul de prindere
- Prisma facilitează vizualizarea LCR astfel ca fără LCR este stralucitoare, iar cu LCR devine transparentă
- Sterilizare oxid de etilenă (EO)
- Mod de ambalare: ambalare și etichetare conform EU-MDR (EU Medical Device Regulation) (numele produsului, descriere, cod, valabilitate, lot, mod de sterilizare, dimensiuni, adresă producător etc).

### **3.4 Ac cu bizou Quincke pentru anestezie spinală și puncție lombară în scop diagnostic G26 0.45 x 88 mm**

UM bucată

Descriere:

- Ac spinal cu bizou Quincke
- Dimensiuni: G26 – 0.45 x 88 mm
- Mandren metalic cu capăt din plastic colorat conform codului culorilor, cu element de fixare împotriva rotirii accidentale în interiorul acului
- Sistem de prindere eliptic prevăzut cu 3 elemente pentru o mai bună aderență și pentru fixare împotriva rotirii accidentale în interiorul acului
- Sistemul de prindere are sageată indicatoare pentru poziționarea corectă a bizoului acului
- Prisma pentru vizualizare rapidă a LCR este încorporată în sistemul de prindere
- Prisma facilitează vizualizarea LCR astfel ca fără LCR este stralucitoare, iar cu LCR devine transparentă
- Sterilizare oxid de etilenă (EO)
- Mod de ambalare: ambalare și etichetare conform EU-MDR (EU Medical Device Regulation) (numele produsului, descriere, cod, valabilitate, lot, mod de sterilizare, dimensiuni, adresă producător etc).

### **3.5 Ac cu bizou Quincke pentru anestezie spinală și puncție lombară în scop diagnostic G26 0.45 x 88 mm**

UM bucată

Descriere:

- Ac spinal cu bizou Quincke
- Dimensiuni: G27 - 0,40 X 88 mm
- Mandren metalic cu capăt din plastic colorat conform codului culorilor, cu element de fixare împotriva rotirii accidentale în interiorul acului



**MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII**

**SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA**

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Sistem de prindere eliptic prevăzut cu 3 elemente pentru o mai bună aderență și pentru fixare împotriva rotirii accidentale în interiorul acului
- Sistemul de prindere are sageată indicatoare pentru poziționarea corectă a bizoului acului
- Prisma pentru vizualizare rapidă a LCR este încorporată în sistemul de prindere
- Prisma facilitează vizualizarea LCR astfel ca fără LCR este stralucitoare, iar cu LCR devine transparentă
- Sterilizare oxid de etilenă (EO)
- Mod de ambalare: ambalare și etichetare conform EU-MDR (EU Medical Device Regulation) (numele produsului, descriere, cod, valabilitate, lot, mod de sterilizare, dimensiuni, adresă producător etc).

**3.6 Ac pentru anestezie plexală bizou 30 de grade G20 cu vizibilitate ecografică 360 de grade UM bucată**

Descriere

- Acul pentru anestezie plexală, în tehnica „single-shot”, cu vizibilitate ecografică la 360°, poate fi utilizat atât pentru stimulare nervoasă, cât și pentru poziționarea acului sub ghidaj ecografic
- Prezintă reflectoare ultrasonice cu model de securitate ”X”, prelucrate cu laser
- Compatibil cu aparate de tip Stimuplex HNS 12
- Dimensiuni ac: G20 – 0.90 x 100 mm
- Ac cu bizou conic, la 30°, ascuțit și pe partea dorsală „back cut bevel”
- Marcaje din cm în cm pe toată lungimea acului pentru verificarea adâncimii de inserție
- Primii 10 mm ai acului sunt divizați cu marcaj în 5mm + 5 mm pentru o precizie mai mare a vizualizării poziției bizoului
- Ac izolat pe toată lungimea până în apropierea vârfului pentru transmiterea optimă a impulsului electric și pentru o alunecare optimă
- Amboul acului are design ergonomic și este prevăzut cu striații pentru o bună priză manuală și asigură controlul optim al manoperei
- La capătul distal acul este prevăzut cu un cablu ce se atașează la neurostimulator și cu un tub nedetașabil de 50 cm, transparent, cu conexiune luer-lock și căpăcel de protecție, pentru administrarea de anestezic
- Cateterul de injectare este DEHP-free
- Acul este protejat de o teacă ce se detașează înainte de utilizare
- Sterilizare oxid de etilenă (EO).

**LOT 4 TRUSĂ ANESTEZIE PERIDURALĂ**



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



UM bucată

Descriere

- Ac Perican G 18 de 1,3x 80mm (bizou Tuohy)
- Cateter G20 (cu 3 deschideri laterale) din poliamidă cu vârf din PUR tip SoftTip de 0,85 mm x 0,45 mm x 1000 mm (G 20)
- Filtru
- Seringă tip LOR (8 ml)
- Dispozitiv autoadeziv de fixare a filtrului la nivelul pielii
- Etichetă autoadezivă pentru notarea anesteziei/analgicului.

### **LOT 5 AC RECOLTARE**

#### **5.1 Ac recoltare vacutainer G18 roz**

UM bucată

Descriere:

- Ace pentru seringă sterile, atraumatice, de unică folosință.
- Sunt utilizate cu seringile sau cu seturile de perfuzie
- Sunt special concepute pentru injecția intravenoasă și injecția hipodermică sau perfuzie în corpul uman
- Caracteristici: culoare roz, mărime G18 (1.2 x 40 mm)
- Sterilizare cu oxid de etilenă(EO), netoxic, nepirogenic, de unică folosință.

#### **5.2 Ac recoltare vacutainer G21 verde**

UM bucată

Descriere:

- Ace pentru seringă sterile, atraumatice, de unică folosință.
- Sunt utilizate cu seringile sau cu seturile de perfuzie
- Sunt special concepute pentru injecția intravenoasă și injecția hipodermică sau perfuzie în corpul uman
- Caracteristici: culoare verde, mărime G21 (0.8 x 40 mm)
- Sterilizare cu oxid de etilenă(EO), netoxic, nepirogenic, de unică folosință.

#### **5.3 Ac recoltare G21 cu adaptor Luer Lock**

UM bucată

Descriere:

- Seturi de recoltare, fluturași, cu Luer Lock
- Dimensiune: 0.8 x 35 mm. Ac: G21. Adaptor luer.

#### **5.4 Ac recoltare G22 cu adaptor Luer Lock**



**MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII**

**SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA**

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



UM bucată

Descriere:

- Seturi de recoltare, fluturași, cu Luer Lock
- Dimensiune: 0.7 x 35 mm. Ac: G22. Adaptor luer.

**5.5 Ac recoltare G23 cu adaptor Luer Lock**

UM bucată

Descriere:

- Seturi de recoltare, fluturași, cu Luer Lock
- Dimensiune: 0.6 x 35 mm. Ac: G23. Adaptor luer.

**5.6 Ac recoltare G21 vacutainer tip fluturaș**

UM bucată

Descriere:

- Material: polipropilenă
- Ace recoltare sânge tip fluturaș cu adaptor luer
- Caracteristici: culoare verde, mărime G21 (0,80mm x 19mm).

**LOT 6 ADAPTOR LUER LOCK BD VACUTAINER**

UM bucată

Descriere:

- Adaptor BD Vacutainer, se folosește pentru colectarea eficientă a sângelui
- Cu ajutorul acestui adaptor Luer Lock de culoare albastră, steril, se poate realiza cu ușurință prelevarea sângelui pentru catetere și dispozitive de perfuzie.

**LOT 7 FLUTURAS RECOLTARE CU ADAPTOR**

UM bucată

Descriere:

- Sistem de siguranță integrat care retrage și blochează acul permanent după puncția venoasă
- Ac fabricat din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie
- Dimensiuni G21, G23
- Aripioare laterale de fixare
- Tub prelungitor și adaptor luer. Lungimea tubulaturii 30 cm
- Tub fabricat din PVC, cu conector incorporat și capac
- Mod de ambalare: ambalat individual, steril.

**LOT 8 HOLDER PENTRU AC ȘI VACUTAINER**



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516

Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;

Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151

E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



UM bucată

Descriere:

- Material: polipropilenă
- Filet pentru ac reversibil
- Compatibil cu acele de recoltare în vid
- Adaptor luer
- Suprafața nervurată pentru ușurința utilizării cu manuși
- Prevăzut cu sistem de siguranță care ajută la eliminarea acului din holder fără riscul de contaminare
- De unică folosință.

### **LOT 9 CĂPĂCEL/DOP STERIL BRANULĂ**

UM bucată

Descriere:

- Căpăcele pentru branule, cu filet, se folosesc pentru prevenirea scurgerilor soluțiilor medicamentoase, non-pirogenic, non-toxic, steril
- Culoare albă
- Prevăzut cu marcaj CE.

### **LOT 10 BRANULĂ DIFERITE MĂRIMI**

#### **10.1 Branulă 14G**

UM bucată

Descriere:

- Branule cu port inject sterile, cateter intravenos, dimensiuni: G14 portocaliu, confecționate din FEP
- Caracteristici: netoxice apirogene cu valva de injectare colorată diferit (în funcție de mărime), aripioare laterale.

#### **10.2 Branulă 16G**

UM bucată

Descriere:

- Branule cu port inject sterile, cateter intravenos, dimensiuni: G16 gri, confecționate din FEP
- Caracteristici: netoxice apirogene cu valva de injectare colorată diferit (în funcție de mărime), aripioare laterale.

#### **10.3 Branulă 18G**

UM bucată



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



Descriere:

- Branule cu port inject sterile, cateter intravenos, dimensiuni: G18 verzi, 1.3 x 45 mm, confecționate din FEP
- Caracteristici: netoxice apirogene cu valva de injectare colorată diferit (în funcție de mărime), aripioare laterale.

**10.4 Branulă 18G**

UM bucată

Descriere:

- Branule cu port inject sterile, cateter intravenos, dimensiuni: G18 verzi, 1.3 x 30 mm, confecționate din FEP
- Caracteristici: netoxice apirogene cu valva de injectare colorată diferit (în funcție de mărime), aripioare laterale .

**10.5 Branulă 20G**

UM bucată

Descriere:

- Branule cu port inject sterile, cateter intravenos, dimensiuni: G20 roz, confecționate din FEP
- Caracteristici: netoxice apirogene cu valva de injectare colorată diferit (în funcție de mărime), aripioare laterale.

**10.6 Branulă 22G**

UM bucată

Descriere:

- Branule cu port inject sterile, cateter intravenos, dimensiuni: G22 albastre, confecționate din FEP
- Caracteristici: netoxice apirogene cu valva de injectare colorată diferit (în funcție de mărime), aripioare laterale.

**10.7 Branulă 24G**

UM bucată

Descriere:

- Branule cu port inject sterile, cateter intravenos, dimensiuni: 24G galbene, confecționate din FEP
- Caracteristici: netoxice apirogene cu valva de injectare colorată diferit (în funcție de mărime), aripioare laterale.

**LOT 11 SERINGĂ DIFERITE MĂRIMI**

**11.1 Seringă insulină 1 ml cu G26**



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



UM bucată

Descriere:

- Seringa este alcătuită din 3 părți: corp transparent, piston și garnitură
- Capacitate: 1 ml. Fără latex. Ac detașabil G26 (0.45 x 13 mm)

**11.2 Seringă insulină 1 ml cu ac G27**

UM bucată

Descriere:

- Seringa este alcătuită din 3 părți: corp transparent, piston și garnitură
- Capacitate: 1 ml. Fără latex. Ac detașabil G27 (0.4 x 13 mm)

**11.3 Seringă insulină 1 ml cu ac G30**

UM bucată

Descriere:

- Seringa este alcătuită din 3 părți: corp transparent, piston și garnitură
- Capacitate: 1 ml. Fără latex. Ac detașabil G30 (0.3 x 13 mm)

**11.4 Seringă 2 ml cu ac G23**

UM bucată

Descriere:

- Seringă sterilă 2 ml cu ac detașabil G23 (0,6 x 30 mm), de unică folosință
- Formată din 3 piese, cilindru, piston și garnitură de cauciuc. Se folosesc pentru introducerea unui lichid în organism dar și pentru recoltarea unor probe de sânge
- Material: propilenă. Produs fără latex și silicon (eliminarea riscurilor de alergie și garantarea exactității testelor de laborator). Piese transparente și albe

**11.5 Seringă 2,5 ml cu ac G23**

UM bucată

Descriere:

- Seringă sterilă 2.5 ml cu ac G23 detașabil (0,6 x 30 mm), de unică folosință
- Formată din 3 piese, cilindru, piston și garnitură de cauciuc. Se folosesc pentru introducerea unui lichid în organism dar și pentru recoltarea unor probe de sânge
- Material: propilenă. Produs fără latex și silicon (eliminarea riscurilor de alergie și garantarea exactității testelor de laborator). Piese transparente și albe

**11.6 Seringă 5ml cu ac G22**

UM bucată

Descriere:

- Seringă sterilă 5 ml cu ac detașabil G22 (0.7 x 30mm) de unică folosință
- Seringă din 3 componente, hipodermică, sterilă, de unică folosință, non pirogenică



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



### 11.7 Seringă 10ml cu ac G21

UM bucată

Descriere:

- Seringă sterilă 10 ml cu ac detașabil G21 (0.8 x 40mm) de unică folosință
- Seringă din 3 componente, hipodermică, sterilă, de unică folosință, non pirogenică

### 11.8 Seringă 20ml cu ac G20

UM bucată

Descriere:

- Seringi sterilă 20 ml cu ac detașabil G20 (0.9 x 40mm) de unică folosință
- Seringă din 3 componente, hipodermică, sterilă, de unică folosință, non pirogenică

### 11.9 Seringă de 50ml cu ac G18 pentru injectomat

UM bucată

Descriere:

- Seringă sterilă 50 ml cu ac detașabil 18G x 1 1/2' (1.2 x 38mm) de unică folosință
- Formată din 3 părți, componente: piston, cilindru, opritor piston, locaș pentru ac, tub ac, capac ac. Gradație minimă 2ml

## LOT 12 SERINGĂ GUYON

### 12.1 Seringă 100 ml Guyon (cu cioc) pentru aspirații

UM bucată

Descriere

- Seringi de 100 ml, tip Guyon, formată din trei părți (piston, corp, garnitură) folosită în general pentru alimentație, aspirație, irigație
- Pereți transparenți cu gradație exactă și bine delimitată
- Garnitura de etanșare a pistonului cu 2 trepte nu conține latex și asigură alunecarea uniformă a pistonului seringi
- Bizou conic, situat central
- Posibilitate de adaptare la cateter (Ch 6-Ch20), sondele de alimentație sau adaptare tip Luer (prin dispozitivul de prelungire a conului).

### 12.2 Seringă 50 ml Guyon pentru irigații

UM bucată

Descriere

- Seringi de 50 ml, tip Guyon, formată din trei părți (piston, corp, garnitură) folosită în general pentru alimentație, aspirație, irigație
- Pereți transparenți cu gradație exactă și bine delimitată



**MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII**

**SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA**

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Garnitura de etanșare a pistonului cu 2 trepte nu conține latex și asigură alunecarea uniformă a pistonului seringi
- Bizou conic, situat central
- Posibilitate de adaptare la cateter (Ch 6-Ch20), sondele de alimentație sau adaptare tip Luer (prin dispozitivul de prelungire a conului).

**LOT 13 TRUSĂ DE PERFUZIE CU AC PLASTIC ȘI LUER-LOCK**

UM bucată

Descriere

- Trusă de perfuzie cu filtru și ac plastic, cu Luer-Lock, cu ac rezervă, sterilă, cu marcaj CE. Cameră cu picurator flexibilă (compresibilă). Clemă de dozare bine reglabilă. Ac de plastic pentru conectare la recipient
- Ambalat individual. Valabilitatea sterilizării 5 ani.

**LOT 14 MICROPERFUZOR**

**14.1 Microperfuzor tip fluturas G23 negru**

UM bucată

Descriere:

- Microperfuzoarele sunt utilizate în domeniul medical pentru administrarea soluțiilor perfuzabile și a transfuziilor de sânge
- Material: PVC și oțel inoxidabil
- Dimensiuni: marime G22, lungime tub 30 cm, caloare neagră
- Prevăzut cu mecanism Luer-Slip (acul se fixează prin împingere)
- Produs steril de unică folosință.

**14.2 Microperfuzor cu sistem de protecție G23**

UM bucată

Descriere :

- Microperfuzoarele se utilizează pentru injecții, perfuzii sau transfuzii de scurtă durată.
- Sunt folosite împreună cu setul de transfuzie, setul de perfuzie sau seringile pentru injecții intravenoase cu ac hipodermic și este prevăzut cu 2 planuri, pentru o ușoară punționare
- Material: oțel inoxidabil, silicon cu extensie
- Dimensiuni: mărime G23, lungimea tubulaturii 315 mm
- Conector încorporat și capac.

**LOT 15 TRUSĂ DE PERFUZIE INTRAFIX**



**MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII**

**SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA**

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



UM bucată

Descriere:

- Trusă de perfuzie „sistem închis”
- Rezistentă la perfuzii sub presiune: max 2 bar
- Diametru tub 3 mm x 4,1 mm, lungime 180 cm
- Volum de amorsare: 22,990 ml
- Canulă de plastic transparenta pentru introducerea în flacon prevăzută cu două orificii, pentru echilibrarea presiunilor în flacoanele necolapsabile
- Capac de protecție din polietilenă cu densitate redusă pentru a preveni contaminarea din mediul înconjurător, pentru a evita leziunile cauzate de obiecte ascuțite și deteriorarea ambalajelor
- Dispozitiv de aerisire manual cu filtru pentru bacterii și viruși cu eficiență mai mare de 99.99% și căpăcel de protecție
- Cameră de picurare cu două corpuri:
  - superior: transparent și rigid cu formator de picături performant - 20 picături @1 ml
  - inferior: transparent și flexibil ce permite amorsarea rapidă
- Filtru de lichid AirStop de 3 mm în camera de picurare pentru reținerea particulelor și nu permite trecerea aerului prin trusă după golirea flaconului
- Dispozitiv de reglare a ritmului de picurare prevăzut cu:
  - posibilitatea de reglare la ritmuri mici de picurare,
  - element de fixare / parcare a tubului de perfuzie
  - canal de introducere a vârfului canulei de plastic
- Conexiunea la cateter de tip luer-lock: cu căpăcel de protecție PrimeStop ce prezintă o membrană hidrofobă ce asigură umplerea trusei fără aer și fără pierdere de substanță
- Fără latex, fără DEHP.

**LOT 16 VACUTAINER**

**16.1 Vacutainer Biochimie**

UM bucată

Descriere:

- Vacutainer Biochimie 5 ml cu clot activator și gel separator, PET, dop galben. Dimensiuni 13 x 100 mm
- Tuburile de recoltare sunt fabricate din plastic și vidate, ceea ce permite recoltarea cantității exacte de sange. Capacul de protecție este în conformitate cu codul internațional de culoare. Sunt utilizate pentru colectarea probelor de sânge pentru biochimie clinică și imunologie, accelerând timpul de coagulare.



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Produs steril. Marcaj CE.

### 16.2 Vacutainer Coagulare

UM bucată

Descriere:

- Vacutainer Coagulare 3,2% Na Citrate 4.5 ml, PET, dop albastru. Dimensiuni 13 x 75 mm
- Tuburile de recoltare sunt fabricate din plastic și vidate, ceea ce permite recoltarea cantității exacte de sânge. Capacul de protecție este în conformitate cu codul internațional de culoare
- Produs steril. Marcaj CE.

### 16.3 Vacutainer Hematologie

UM bucată

Descriere:

- Vacutainer Hematologie 2 ml cu K3 EDTA, PET, dop mov. Dimensiuni 13 x 75 mm
- Tuburile de recoltare sunt fabricate din plastic și vidate, ceea ce permite recoltarea cantității exacte de sânge. Capacul de protecție este în conformitate cu codul internațional de culoare
- Produs steril. Marcaj CE.

## LOT 17 BANDELETE GLUCOMETRU

### 17.1 Bandedete glucometru compatibil cu glucometrul Contour Plus

UM cutie

Descriere:

- Generează rezultate precise, chiar și la concentrații scăzute ale glucozei în sânge, caz în care măsurătorile fiabile sunt extrem de importante. Nu este afectat de multe din substanțele interferente uzuale. Corectarea automată a hematocritului și algoritmul avansat ofera precizie pentru un interval larg al hematocritului - de la 0% la 70%
- 50 bandedete sunt într-o cutie.

### 17.2 Bandedete glucometru compatibil cu glucometrul One Touch Select Plus

UM cutie

Descriere:

- Determină măsurarea glicemiei neinfluențată de variațiile de hamatocrit (marja 30-55%)
- 50 bandedete sunt într-o cutie.

### 17.3 Bandedetă glucometru compatibil cu glucometrul Accu-Check Active

UM cutie

Descriere:

- Bandedeta necesită doar o cantitate mică de sânge pentru a efectua un test de glucoză - doar 1-2μl de sânge



**MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII**

**SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA**

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Acțiune capilară care atrage sânge în bandă pentru o testare rapidă și de încredere a glicemiei
- 50 bandelete sunt într-o cutie.

**17.4 Bandeletă glucometru compatibil cu glucometrul Accu-Check Instant**

UM cutie

Descriere:

- Tip de probă: sânge capilar aplicat pe marginea benzii
- Mod de ambalare: benzi integrate într-un recipient ușor de deschis și utilizat
- 50 bandelete sunt într-o cutie.

**17.5 Bandeletă glucometru compatibil cu glucometrul Contour Plus Elite**

UM cutie

Descriere:

- Necesită doar 1μl de sânge
- Bandeleta nu necesită codare manuală
- Gamă de măsurare largă a glicemiei
- 50 bandelete sunt într-o cutie.

**LOT 18 FIR DE SUTURĂ**

**18.1 Fir de sutură polipropilenă USP 2/0 cu ac**

UM fir

Descriere:

- Fir polipropilenă monofilament
- Dimensiune **USP 2/0**. Lungime 75 cm. Cu ac rotund de 26,2 mm, 1/2 cerc, albastru.

**18.2 Fir de sutură polipropilenă USP 3/0 cu ac**

UM fir

Descriere:

- Fir polipropilenă monofilament
- Dimensiune **USP 3/0**. Lungime 75 cm. Cu ac rotund de 26,2 mm, 1/2 cerc, albastru.

**18.3 Fir de sutură polipropilenă USP 4/0 cu ac**

UM fir

Descriere:

- Fir polipropilenă monofilament
- Dimensiune **USP 4/0**. Lungime 75 cm. Cu ac rotund de 20 mm, 1/2 cerc, albastru.

**18.4 Fir de sutură polipropilenă USP 5/0 cu ac**

UM fir

Descriere:



**MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII**

**SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA**

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Fir polipropilenă monofilament
- Dimensiune USP 5/0. Lungime fir 75 cm. Cu ac rotund de 20 mm, 1/2 cerc, albastru.

**18.5 Fir de sutură polipropilenă USP 6/0 cu ac**

UM fir

Descriere:

- Fir polipropilenă monofilament
- Dimensiune USP 6/0. Lungime fir 75 cm. Cu ac rotund de 16-17 mm, 1/2 cerc, albastru.

**18.6 Fir de sutură nylon 3/0 cu ac tăios**

UM fir

Descriere

- Fir nylon monofilament.
- Dimensiune USP 3/0. Lungime 75 cm. Ac taios 24.3 mm, 3/8 cerc, albastru

**18.7 Fir de sutură nylon USP 10/0 cu două ace**

UM fir

Descriere:

- Fir nylon monofilament
- Dimensiune USP 10/0. Lungime fir 30 mm. Două ace taioase de 6 mm, 3/8 cerc, negru.

**18.8 Fir sutură nylon USP 3/0 cu ac triunghiular**

UM bucată

Descriere:

- Fir nylon monofilament
- Dimensiune USP 3/0. Lungime 75 cm. Ac triunghiular 30mm, 3/8 cerc, negru.

**18.9 Fir de sutură poliester USP 5 cu ac**

UM fir

Descriere:

- Fir poliester multifilament
- Dimensiune USP 5. Lungime 75 cm. Ac 48 mm, 1/2 cerc triunghiular, verde.

**18.10 Fir de sutură poliamidă USP 4/0 fără ac**

UM fir

Descriere:

- Fir poliamidă (nylon 6.6) multifilament
- Dimensiune USP 4/0. Lungime 400cm, alb. Fără ac.

**18.11 Fir de sutură poliamidă USP 3/0 fără ac**

UM fir

Descriere:

- Fir poliamidă (nylon 6.6) multifilament



**MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII**

**SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA**

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Dimensiune **USP 3/0**. Lungime 400cm, alb. Fără ac.

**18.12 Fir de sutura poliamidă USP 2/0 fără ac**

UM fir

Descriere:

- Fir poliamidă (nylon 6.6) multifilament
- Dimensiune **USP 2/0**. Lungime 400cm, alb. Fără ac.

**18.13 Fir de sutură poliamidă USP 1 fără ac**

UM fir

Descriere:

- Fir poliamidă (nylon 6.6) multifilament
- Dimensiune **USP 1**. Lungime 400cm, alb. Fără ac.

**18.14 Fir de sutură poliamidă USP 3/0 cu ac**

UM fir

Descriere:

- Fir poliamidă monofilament
- Dimensiune **USP 3/0**. Lungime fir de 75 cm. Cu ac taios de 24.3 sau 30 mm.

**18.15 Fir de sutură polidioxanonă USP 1 Loop cu ac**

UM fir

Descriere:

- Fir sutură polidioxanonă monofilament
- Dimensiune **USP 1**. Lungime 150 cm, Cu ac intestinal cu varf con subțire semicircular de 50 mm, violet.

**18.16 Fir de sutură polidioxanonă USP 3/0 cu două ace**

UM fir

Descriere:

- Fir polidioxanonă monofilament
- Dimensiune **USP 3/0** cu două ace rotunde cu vârf de formă conică (taper) 1/2 cerc. Lungime fir de 90-120 cm, violet.

**18.17 Fir de sutura polidioxanonă USP 3/0 cu ac**

UM fir

Descriere:

- Fir polidioxanona monofilament
- Dimensiune **USP 3/0**. Lungime fir de 75 cm. Ac rotund cu vârf con/subțire de 75 cm, violet.

**18.18 Fir de sutura polidioxanonă USP 2/0 cu ac**

UM fir



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



Descriere

- Fir polidioxanona monofilament dințat, unidirecțional, de tip „Quill barbed suture”
- Dimensiune **USP 2/0**. Ac rotund cu vârf con subțire. Lungime fir de 70 cm, violet.

**18.19 Fir de sutură acid poliglicolic USP 4/0 cu ac 22.2mm**

UM fir

Descriere:

- Fir acid poliglicolic
- Dimensiune **USP 4/0**. Lungime 75 cm. Ac intestinal semicircular 22.2mm, 1/2 cerc, violet.

**18.20 Fir de sutură acid poliglicolic USP 4/0 cu ac 30mm**

UM fir

Descriere:

- Fir acid poliglicolic multifilament
- Dimensiune **USP 4/0**. Lungime 75 cm. Ac intestinal semicircular 30mm, 1/2 cerc, violet.

**18.21 Fir de sutură acid poliglicolic USP 3/0 cu ac**

UM fir

Descriere:

- Fir acid poliglicolic multifilament
- Dimensiune **USP 3/0**. Lungime 120 cm. Ac intestinal semicircular 30mm, 1/2 cerc, violet.

**18.22 Fir de sutură acid poliglicolic USP 2/0 cu ac**

UM fir

Descriere:

- Fir acid poliglicolic multifilament
- Dimensiune **USP 2/0**. Lungime 75 cm. Ac intestinal semicircular 30 mm, 1/2 cerc, violet.

**18.23 Fir de sutură acid poliglicolic USP 1 cu ac**

UM fir

Descriere:

- Fir acid poliglicolic multifilament
- Dimensiune **USP 1**. Lungime 90 cm. Ac intestinal semicircular 40 mm, 1/2 cerc, violet.

**18.24 Fir de sutură acid poliglicolic USP 0 cu ac**

UM fir

Descriere:

- Fir acid poliglicolic multifilament
- Dimensiune **USP 0**. Lungime 90 cm. Ac intestinal semicircular 40 mm, 1/2 cerc.

**18.25 Fir de sutură acid poliglicolic USP 2 cu ac**

UM fir



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



Descriere:

- Fir acid poliglicolic multifilament
- Dimensiune **USP 2** . Lungime 90 cm. Ac intestinal semicircular 40 mm, 1/2 cerc, violet.

**18.26 Fir de sutură acid poliglicolic rapid (tip Bicril rapid) USP 3/0 cu ac**

UM fir

Descriere:

- Fir acid poliglicolic multifilament
- Dimensiune **USP 3/0**. Lungime 75 cm. Ac intestinal semicircular 26 mm, 1/2 cerc.

**18.27 Fir de sutură oftalmologică mătase USP 6/0 cu ac**

UM fir

Descriere:

- Fir mătase **USP 6/0**. Lungime 75cm. Ac triunghiular 16mm, 3/8 cerc.

**18.28 Fir de sutură mătase USP 4/0 cu ac**

UM fir

Descriere:

- Fir de matase multifilament **USP 4/0**. Lungime fir de 75 cm. Ac rotund de 17 mm, 1/2 cerc, negru.

**18.29 Fir de sutură poliglecaprone PGC 25 USP 4/0 cu ac**

UM fir

Descriere:

- Fir de sutura poliglecaprone 25 monofilament
- Dimensiune **USP 4/0**. Lungime 75 cm. Ac triunghiular 19 mm, 3/8 cerc.

**18.30 Fir de sutură ortopedic USP 2/0 cu ac**

Um fir

Descriere:

- Fir de sutură împletit, cu două componente de material (polietilenă și poliester)
- Dimensiune USP 2/0. Ac rotund, atraumatic 1/2 cerc.

**LOT 19 SET CÂMPURI STERILE LAPAROSCOPIE**

UM set

Descriere:

- Set câmpuri chirurgicale sterile laparoscopie poziția 2 litotomică care conține: 1 față pentru masa Mayo instrumentar chirurgie 80x145cm; 1 câmp chirurgical pentru masa instrumentar 140x190cm; 1 câmp chirurgical pentru laparoscopie cu bandă adezivă și buzunar transparent pentru instrumentele chirurgicale cu colanți integrați 260x300cm; 2 prosoape 30x40cm



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Material de bază: PE+PP- 62g/m2. Culoare: albastră.

### **LOT 20 SET CÂMPURI STERILE UROLOGIE**

UM set

Descriere:

- Set câmpuri sterile urologie care conține 1 husă de masă 150 x 200 cm cu bandă absorbantă centrală; 1 pansament urologic pentru TUR 200 x 280 x 220 cm, cu orificii perineale și subpubiene; pungă pentru colectarea lichidelor cu filtru, bandă adezivă și curele; 1 drapaj pentru camera de luat vederi 13 x 250 cm; 2 prosoape 35 x 40 cm.

### **LOT 21 CÂMP STERIL OFTALMOLOGIE**

UM bucată

Descriere:

- Pachetul conține 1 câmp chirurgical oftalmologic, tristratificat de 75/120 cm, cu zona de incizie, ambalat individual, steril.

### **LOT 22 SET CÂMPURI STERILE OFTALMOLOGIE**

UM set

Descriere:

- Setul câmpuri sterile de oftalmologie conține: 1 câmp chirurgical oftalmologic de 120/150 cm cu zona de incizie de 7 x 10 cm și 1 sac colector; 1 câmp acoperire masă 110/140 cm, 4 șervețele celuloză 20 x 25 cm.

### **LOT 23 SET CÂMPURI STERILE CHIRURGIE**

UM set

Descriere:

- Setul conține 1 husă de masă 150 x 200 cm cu bandă absorbantă centrală; 1 husă pentru stativ Mayo 80 x 145 cm; 1 pansament chirurgical standard 150 x 240 cm cu bandă adezivă; 1 pansament chirurgical standard 180 x 200 cm cu bandă adezivă; 2 pânze chirurgicale standard 75 x 90 cm cu bandă adezivă; 4 prosoape 35 x 40 cm; 1 bandă adezivă 10 x 50 cm; 1 suport pentru tuburi 2,5 x 20 cm.

### **LOT 24 SET CÂMPURI STERILE ARTROSCOPIE**

UM set

Descriere:



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516

Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;

Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151

E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Setul de artroscopie conține 2 prosoape 40 x 40 cm; 1 drap de artroscopie cu husă 200 x 300 cm; 1 acoperitoare pentru picioare 40 x 75 cm; 1 bandaj elastic 10 x 150 cm; 1 marker de piele și rigla; 1 bandă OP; 1 husă pentru masă 150 x 200 cm; 1 învelitoare 100 x 100 cm; 1 cameră cover 14 x 250 cm
- Mod de ambalare: ambalat individual.

### **LOT 25 CÂMP STERIL CHIRURGICAL**

#### **25.1 Câmp steril chirurgical 75 cm x 90 cm**

UM bucată

Descriere:

- Pachetul conține 1 câmp chirurgical steril, bistratificat, de unică folosință, de 75 x 90 cm, ambalat steril
- Mod de ambalare: ambalat individual.

#### **25.2 Câmp steril chirurgical 50 cm x 60 cm**

UM bucată

Descriere:

- Pachetul conține 1 câmp chirurgical steril, bistratificat, de unică folosință, de 50 x 60 cm, ambalat steril
- Mod de ambalare: ambalat individual.

#### **25.3 Câmp steril chirurgical 38 cm x 45 cm**

UM bucată

Descriere:

- Pachetul conține 1 câmp chirurgical steril, bistratificat, de unică folosință, de 38 x 45 cm, ambalat steril
- Mod de ambalare: ambalat individual.

### **LOT 26 CÂMP STERIL ADEZIV CU GAURĂ**

#### **26.1 Câmp steril adeziv cu gaură 60 x 75 cm**

UM bucată

Descriere:

- Câmpul epidural adeziv steril de 60 x 75 cm este o componentă esențială în procedurile medicale invazive, garantând o barieră sterilă și un mediu de lucru sigur
- Caracteristici:
  - Sterilitate absolută: ambalat individual și sterilizat conform standardelor riguroase, elimină riscul de contaminare, asigurând un câmp operator asept



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Aderență sigură: marginile adezive hipoalergenice fixează ferm câmpul pe pielea pacientului, prevenind alunecarea și menținând integritatea barierei sterile pe toată durata procedurii
- Material rezistent și impermeabil: fabricat dintr-un material robust, dar flexibil, câmpul este impermeabil la fluide, protejând pacientul și personalul medical de răspândirea microorganismelor
- Fereastră chirurgicală: include o fereastră chirurgicală transparentă, permițând vizualizarea clară a zonei de intervenție.

## 26.2 Câmp steril adeziv cu gaură 75 x 90 cm

UM bucată

Descriere:

- Câmpul epidural adeziv steril de 75 x 90 cm este o componentă esențială în procedurile medicale invazive, garantând o bariera sterilă și un mediu de lucru sigur
- Caracteristici:
  - Sterilitate absolută: ambalat individual și sterilizat conform standardelor riguroase, elimină riscul de contaminare, asigurând un câmp operator asept
  - Aderență sigură: marginile adezive hipoalergenice fixează ferm câmpul pe pielea pacientului, prevenind alunecarea și menținând integritatea barierei sterile pe toată durata procedurii
  - Material rezistent și impermeabil: fabricat dintr-un material robust, dar flexibil, câmpul este impermeabil la fluide, protejând pacientul și personalul medical de răspândirea microorganismelor
  - Fereastră chirurgicală: include o fereastră chirurgicală transparentă, permițând vizualizarea clară a zonei de intervenție.

-

## **LOT 27 SONDĂ VARICE (STRIPPER VENOS) TIP DORMO STRIP**

UM bucată

Descriere

- Fabricat în întregime din poliamidă
- Rezistență la tracțiune a opritorului >25 kg, forța de rupere a cablului >45 kg, radioopac (64Kv, aproximativ 0,15mA)
- Sterilizat cu oxid de etilenă
- Fiecare set conține 2 cabluri de 100 cm; 3 olive 9,5 – 12,8 – 15,4 mm; 1 mâner de tracțiune  
Diametrul introducătorului 3,25 mm. Diametrul cablurilor 1,6 mm.



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516

Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;

Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151

E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



## **LOT 28 BANDAJ ELASTIC**

### **28.1 Bandaj elastic cu cleme 10 cm x 4.5 m**

UM bucată

Descriere

- Întărit, latex free, grosime 1mm, natur
- Dimensiune: 10 cm x 4.5 m. Dimensiune restrâns: 1.5m
- Coeficient elasticitate: 300%; cleme de plastic; nesterile
- Bandaj medico-chirurgical ortopedic
- Pentru fixarea pansamentelor care necesită un efect lejer compresiv
- Mod de ambalare: 1 rolă.

### **28.2 Bandaj elastic cu cleme 15 cm x 4.5 m**

UM bucată

Descriere:

- Întărit, latex free, grosime 1mm, natur
- Dimensiune: 15 cm x 4.5 m. Dimensiune restrâns: 1.5m
- Coeficient elasticitate: 300%; cleme de plastic; nesterile
- Bandaj medico-chirurgical ortopedic
- Pentru fixarea pansamentelor care necesită un efect lejer compresiv
- Mod de ambalare: 1 rolă.

## **LOT 29 SAC DE EXTRAGERE EȘANTIOANE DE ȚESUT ÎN PROCEDURI LAPAROSCOPICE**

UM bucată

Descriere:

- Capacitate: 200 ml. Utilizare: colectarea și extragerea specimenelor de țesut. Material: plastic medical rezistent și sigur. Sterilă, de unică folosință
- Ambalaj individual.

## **LOT 30 SISTEM DE DRENAJ CU BURDUF (TIP REDON)**

### **30.1 Sistem de drenaj cu burduf (tip Redon) 200ml**

UM bucată

Descriere:

- Sistem complet de drenaj – recipient cu capacitate 200 ml, cu tub prelungitor conector, tub conector din silicon incluse, prevăzut cu 1 tub de dren **tip Redon** CH 10 cu țepușă / ac oțel-inox pentru găurit



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Capacitate burduf: 200 ml
- Ambalat individual steril.

### **30.2 Sistem de drenaj cu burduf (tip Redon) 400ml**

UM bucată

Descriere:

- Sistem complet de drenaj – recipient cu capacitate 400 ml, cu tub prelungitor conector, tub conector din silicon incluse, prevăzut cu 1 tub de dren **tip Redon CH 10** cu țepușă / ac oțel-inox pentru găurit
- Capacitate burduf: 400 ml
- Ambalat individual steril.

### **LOT 31 CLIP LAPAROSCOPIE TITAN MĂRIME M/L**

UM cutie

Descriere:

- Clipurile sunt dispozitive medicale implantabile. Se folosesc în chirurgie pentru ligaturi datorită proprietăților hemostatice și sunt prevăzute cu striții interioare care asigură o priză bună pe țesut și permit alimentarea corespunzătoare. Pe exterior prezintă microstructuri care măresc siguranța prinderii în aplicator. Clipurile sunt confecționate din titan apirogenic care asigură un nivel corespunzător de bio-compatibilitate
- Dimensiune M/L
- Compatibil MRI și radio-opac.

### **LOT 32 PLASĂ CHIRURGICALĂ**

#### **32.1 Plasă chirurgicală polipropilenă 6/11**

UM bucată

Descriere:

- Plasă 100% polipropilenă (neresorbabilă), plasă dreptunghiulară pentru hernii / eventrații cu ochiuri mici
- Dimensiune: 6 x 11 cm
- Diametrul monofilamentului: 0,18 mm; Gramaj mediu: 127 g/m<sup>2</sup>; Grosimea plasei: 0,62 mm, macroporoasă (porozitate medie: 0,55 mm sau 77%), memorie foarte bună, elasticitate bidirecțională, transparentă, maleabilă
- Sterilizare: oxid de etilenă (în ambalaj dublu securizat)
- Valabilitatea sterilizării plasei: 5 ani de la fabricație.

#### **32.2 Plasă chirurgicală polipropilenă 8/15**



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



UM bucată

Descriere:

- Plasă 100% polipropilenă (neresorbabilă), plasă dreptunghiulară pentru hernii / eventrații cu ochiuri mici
- Dimensiune: 8 x 15 cm
- Diametrul monofilamentului: 0,18 mm; Gramaj mediu: 127 g/m<sup>2</sup>; Grosimea plasei: 0,62 mm, macroporoasă (porozitate medie: 0,55 mm sau 77%), memorie foarte bună, elasticitate bidirecțională, transparentă, maleabilă
- Model Evolution
- Sterilizare: oxid de etilenă (în ambalaj dublu securizat)
- Valabilitatea sterilizării plasei: 5 ani de la fabricație.

**32.3 Plasă chirurgicală polipropilenă 15/15**

UM bucată

Descriere:

- Plasă 100% polipropilenă (neresorbabilă), plasă dreptunghiulară pentru hernii / eventrații cu ochiuri mici
- Dimensiune: 15 x 15 cm
- Diametrul monofilamentului: 0,18 mm; Gramaj mediu: 127 g/m<sup>2</sup>; Grosimea plasei: 0,62 mm, macroporoasă (porozitate medie: 0,55 mm sau 77%), memorie foarte bună, elasticitate bidirecțională, transparentă, maleabilă
- Model Evolution
- Sterilizare: oxid de etilenă (în ambalaj dublu securizat)
- Valabilitatea sterilizării plasei: 5 ani de la fabricație.

**32.4 Plasă chirurgicală polipropilenă 30/30**

UM bucată

Descriere:

- Plasă 100% polipropilenă (neresorbabilă), plasă dreptunghiulară pentru hernii / eventrații cu ochiuri mici
- Dimensiune: 30 x 30 cm
- Diametrul monofilamentului: 0,18 mm; Gramaj mediu: 127 g/m<sup>2</sup>; Grosimea plasei: 0,62 mm, macroporoasă (porozitate medie: 0,55 mm sau 77%), memorie foarte bună, elasticitate bidirecțională, transparentă, maleabilă
- Model Evolution
- Sterilizare: oxid de etilenă (în ambalaj dublu securizat)
- Valabilitatea sterilizării plasei: 5 ani de la fabricație.



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



### **LOT 33 COMPRESE STERILE**

#### **33.1 Compresă sterilă 5 cm x 5 cm**

UM blister

Descriere

- Compresse sterile pliate, 5cm x 5cm, din tifon bumbac 100%, 24 gr/mp
- Marcaj CE
- Mod de ambalare: 5 comprese/blister.

#### **33.2 Compresă sterilă 10 cm x 10 cm**

UM folie

Descriere

- Compresse tifon sterile, împăturite 10 x 10 cm - 8 pliuri x 5 bucăți. Produs STERIL
- Material: tifon 22 grame/mp. Dimensiune: 10 x 10 cm - 5 comprese x 8 pliuri pe bucată  
Sterilizat prin Radiații Ionizate
- Mod de ambalare: 5 comprese/folie.

### **LOT 34 COMPRESĂ NESTERILĂ 10/10 CM**

UM pachet

Descriere:

- Compresse nesterile de tifon, împăturire, cu minim 12 pliuri
- Material pansament neșesut (30 g/m<sup>2</sup>)
- Dimensiuni: 10 cm x 10 cm.

### **LOT 35 FAȘĂ DIN TIFON**

#### **35.1 Fașă din tifon 10 cm x 10 cm**

UM bucată

Descriere:

- Fașă de tifon sub forma cilindrică ambalată individual, fabricată din bumbac 100%. Este absorbantă, fără miros, culoare albă și datorită PH-ului neutru nu produce iritații
- Țesătura: 26 x 20 (26 fire pe orizontală și 20 pe verticală pe unitatea de suprafață)
- Dimensiune 10 cm x 10 cm. Grosimea firului de țesătură: 32'S x 32'S. Densitate - în urzeală, fire/10cm=min.110+6 - în bătătură, fire/10cm=min.110+6. Greutate: 40g/m<sup>2</sup>
- Indice de albire: 86
- Sterilizare cu etilen oxid



## MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

### SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516

Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;

Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151

E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Absorbție: timp de scufundare de 3 secunde (standardul este de < 10 secunde). Nonacid, nonalcalin, nu conține amidon sau dextrină.

#### **35.2 Fașă din tifon 20 cm x 10 cm**

UM bucată

Descriere:

- Fașă de tifon sub formă cilindrică ambalată individual, fabricată din bumbac 100%. Este absorbantă, fără miros, culoare albă și datorită PH-ului neutru nu produce iritații
- Țesătura: 26 x 20 (26 fire pe orizontală și 20 pe verticală pe unitatea de suprafață)
- Dimensiune 20 cm x 10 cm. Grosimea firului de țesătura: 32'S x 32'S. Densitate - în urzeala, fire/10cm=min.116 - în bătătură, fire/10cm=min.110. Greutate: 40g/m<sup>2</sup>
- Indice de albire: 86
- Sterilizare cu etilen oxid
- Absorbție: timp de scufundare de 3 secunde (standardul este de < 10 secunde). Nonacid, nonalcalin, nu conține amidon sau dextrină.

#### **LOT 36 TIFON LA METRU**

UM bucată

Descriere:

- Fașă din tifon alb 100% bumbac pur
- Dimensiuni: 100m x 90cm
- Tifonul este absorbant, neted, albit și purificat, inodor, curat, fără pete
- Mod de ambalare: individual.

#### **LOT 37 LAVETĂ CHIRURGICALĂ**

UM bucată

Descriere:

- Lavete chirurgicale ne-sterile din tifon cu fir XR cip radioopac - 45 x 45 cm
- Lavetele chirurgicale prespalate din tifon prezintă cip radioopac integrat
- Procentul de sulfat de bariu din firul radioopac este de 60%, îndeplinind cerințele echipamentelor de radiologie moderne
- Lavete chirurgicale prespalată, cu capacitate ridicată de absorbție
- Dimensiune: 45 cm x 45 cm
- Material: Tifon
- Culoare: Alb
- 4 straturi, 20 fire



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Nesteril.

### **LOT 38 HUSĂ STERILĂ CAMERĂ ENDOSCOPIE**

UM bucată

Descriere:

- Husă din folie de plastic; sterilă
- Prevăzută cu pliu telescopic, vârf ascuțit, cu bandă adezivă pentru fixare și carton cu orificiu pentru ghidare în momentul introducerii
- Dimensiune: 14 x 250 cm
- Mod de ambalare: ambalată individual.

### **LOT 39 CASETĂ CATARACTĂ CU GRAVITAȚIE BL 5110 PREMIUM VACUUM PHACO**

UM bucată

Descriere:

- Casetă cu facoemulsificare BL 5110 pentru echipament oftalmologic Stellaris Anterior Deluxe
- Caseta este prevăzută cu tubulatură pentru infuzie cu gravitație compatibilă cu aparatul Stellaris Anterior Deluxe
- Mod de ambalare: ambalată individual; sterilă; 6 bucăți/cutie.

### **LOT 40 CONTRAST BLUE**

UM flacon

Descriere:

- Soluție sterilă de albastru tripan 0.1% și o canulă oftalmică de 0.5 x 22 mm Luer lock
- Flacon de 0.5ml
- Mod de ambalare: ambalat individual.

### **LOT 41 SOLUȚIE VÂSCOELASTICĂ PROTECTALON**

#### **41.1 Soluție vârscoelastică Protectalon 1.8 %**

UM bucată

Descriere:

- Soluție vâscoelastică de acid hialuronic cu greutate moleculară mare, extrem de purificată, obținută prin biofermentare, transparentă, cu pH fiziologic, izotonică, sterilă și săracă în endotoxine
- Concentrație 1.8 %
- Seringă preumplută de 1.2 ml, gata de utilizare
- Mod de ambalare: ambalată individual; sterilă.



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



#### **41.2 Soluție vâscoelastică Protectalon 2 %**

UM bucată

Descriere:

- Soluție vâscoelastică de acid hialuronic cu greutate moleculară mare, extrem de purificată, obținută prin biofermentare, transparentă, cu pH fiziologic, izotonică, sterilă și săracă în endotoxine
- Concentrație 2 %
- Seringă preumplută de 1.2 ml, gata de utilizare
- Mod de ambalare: ambalată individual; sterilă.

#### **LOT 42 HPMC SOLUȚIE ELASTICĂ 2 ML PFS**

- UM bucată
- Descriere:
- Substanța vâscoelastică HPMC 20MG/ML(2%) conține hipermeloză 2 %, sterilizat prin seringă preumplută 2ml + 1 canulă de unică folosință de 23G x 22 mm, angulată
- Mod de ambalare: ambalată individual; sterilă.

#### **LOT 43 SER FIZIOLOGIC 3000 ML**

UM bucată

Descriere:

- Soluție izotonă, sterilă și apirogenă
- Compoziție pentru 100 ml: clorură de sodiu 0.8 g, apă pentru preparate injectabile q.s. 100 ml
- Compoziție electrolitică: clor (teor.) 154 mmol/l, sodiu (teor.) 154 mmol/l, osm. Cal., os. Ger. 307 mOsm/lpH 4.5-7.0
- Conține ftalat
- Sterilă.

#### **LOT 44 CANULĂ RETINIANĂ CISTITOM**

UM bucată

Descriere:

- Dispozitiv medical steril, ambalat individual
- Dimensiuni: 25 G, angulat la 45 grade.

#### **LOT 45 SET SLEEVE PENTRU VÂRF DE PHACOEMULSIFICATOR 1.8MM**

UM bucată

Descriere:



## MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

### SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Ac ultrasonic coaxial 2.0 Phaco, steril folosit pentru emulsificarea unei lentile cristalin opacificate
- Mod de ambalare: ambalat individual; steril.

## **LOT 46 CUȚIT OFTALMOLOGIC**

### **46.1 Cuțit oftalmologic G20 1.2mm**

UM cutie

Descriere

- Destinație: cuțit paracenteză pentru intervenții chirurgicale oftalmologice
- Marcaj CE de conformitate europeană: marcaj CE 0197 și corespunde cerințelor Regulamentului MDR 745
- Dimensiuni și angulație lamă: lățime 1.2mm / 20 gauge, lungime 6.5mm, angulație 45 de grade față de axul mânerului
- Conformația tăișului: crosslapped edge (direcția de șlefuire este perpendiculară la tăiș)
- Suprafață antireflex: suprafața instrumentului este polisată anti-reflex
- Material: oțel inoxidabil aliat cu austenit cu granulație fină și omogenă
- Mânerul instrumentului: mâner complet 107mm lungime, PBT (polibutilen tereftalat) inscripționat cu modelul instrumentului, cu zona de prindere texturată împotriva alunecării (zona hașurată)
- Capac glisabil de protecție: pentru protejarea lamei și manevrarea sigură a instrumentului între timpii operatori. Capac nedetașabil glisant cu sistem de fixare. Deblocare a capacului prin comprimarea zonei grip a capacului, blocare prin eliberarea zonei grip peste partea posterioară a mânerului instrumentului.

### **46.2 Cuțit oftalmologic 21G 2.2mm**

UM cutie

Descriere

- Destinație: cuțit paracenteză pentru intervenții chirurgicale oftalmologice
- Marcaj CE de conformitate europeană: marcaj CE 0197 și corespunde cerințelor Regulamentului MDR 745
- Dimensiuni și angulație lamă: lățime 2.2mm / 21 gauge, lungime 6.5mm, angulație 45 de grade față de axul mânerului
- Conformația tăișului: crosslapped edge (direcția de șlefuire este perpendiculară la tăiș)
- Suprafață antireflex: suprafața instrumentului este polisată anti-reflex
- Material: oțel inoxidabil aliat cu austenit cu granulație fină și omogenă



**MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII**

**SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA**

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Mânerul instrumentului: mâner complet 107mm lungime, PBT (polibutilen tereftalat) inscripționat cu modelul instrumentului, cu zona de prindere texturată împotriva alunecării (zona hașurată)
- Capac glisabil de protecție: pentru protejarea lamei și manevrarea sigură a instrumentului între timpii operatori. Capac nedetașabil glisant cu sistem de fixare. Deblocare a capacului prin comprimarea zonei grip a capacului, blocare prin eliberarea zonei grip peste partea posterioară a mânerului instrumentului.

**LOT 47 ANSĂ TĂIERE BIPOLARĂ CU DOUĂ TIJE GHIDARE**

**47.1 Ansă tăiere bipolară tip buclă longitudinală cu unghi distal la 90 de grade**

UM bucată

Descriere:

- Reutilizabilă
- Dimensiune: 24-26 Charr., lungime 28.6 cm, dimensiune buclă 5.75 mm, unghi distal la 90 de grade.

**47.2 Ansă tăiere bipolară tip buclă longitudinală cu unghi distal longitudinal**

UM bucată

Descriere:

- Reutilizabilă
- Dimensiune: 24-26 Charr., lungime 28.6 cm, dimensiune buclă 5.75 mm, unghi distal longitudinal.

**LOT 48 ANSĂ COAGULARE-VAPORIZARE BIPOLARĂ ÎN MEDIU SALIN TIP BILA**

UM bucată

Descriere:

- Reutilizabilă, autoclavabilă, capătul distal-bilă
- Dimensiune 24/26 Charr., lungime 28.7 cm, diametru 3 mm.

**LOT 49 SONDĂ EXTRACTOARE CALCULI DORMIA**

**49.1 Sondă extractoare calculi Dormia 3 Fr.**

UM bucată

Descriere :

- Disponibil cu vârful ocluzive/non-ocluzive
- Diametru: 3 Fr.
- Lungime: 90 cm



**MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII**

**SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA**

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Coșul pentru calculi cu 4 fire cilindrice din inox este fabricat din Nitinol, oțel inoxidabil cu rezistență ridicată la torsiune
- Dispozitiv de unică folosință
- Mod de ambalare: furnizat în ambalaj steril, de tip "peel-open" (cu deschidere prin dezlipire); steril; 1 bucată/ambalaj.

**49.2 Sondă extractoare calculi Dormia 4 Fr.**

UM bucată

Descriere :

- Disponibil cu vârfuri ocluzive/non-ocluzive
- Diametru: 4 Fr.
- Lungime: 90 cm
- Coșul pentru calculi cu 4 fire cilindrice din inox este fabricat din Nitinol, oțel inoxidabil cu rezistență ridicată la torsiune
- Dispozitiv de unică folosință
- Mod de ambalare: furnizat în ambalaj steril, de tip "peel-open" (cu deschidere prin dezlipire); steril; 1 bucată/ambalaj.

**LOT 50 LAMĂ URETROTOM OTIS - MAUERMAIER**

UM bucată

Descriere:

- Compatibilă cu uretrotomul Otis-Mauermaier-Karl Storz
- Din metal sterilizabil.

**LOT 51 TEACĂ DE ACCES URETERAL – CU PRESIUNE NEGATIVĂ – “PEEL AWAY”**

**51.1 Teacă de acces ureteral 9 Fr**

UM bucată

Descriere:

- Teacă de acces ureteral cu structură PTFE (interioară) + serpentină de oțel inoxidabil + Pebax (exterioară)
- Cateterul este realizat din material de calitate medicală și acoperire hidrofilă atât a tecii, cât și a dilatatorului
- Acoperirea hidrofilă netedă facilitează foarte mult utilizarea deoarece produce mai puțin leziuni la nivelul mucoasei
- Teaca este flexibilă și rezistentă la încovoiere
- Sterilizat prin iradiere



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Lunime dilatator: 37 cm; lungime teacă: 32 cm
- Diametru interior teacă: 9 Fr
- Diametru exterior teacă: 11 Fr.

### 51.2 Teacă de acces ureteral 10 Fr

UM bucată

Descriere:

- Teacă de acces ureteral cu structură PTFE (interioară) + serpentină de oțel inoxidabil + Pebax (exterioară)
- Cateterul este realizat din material de calitate medicală și acoperire hidrofilă atât a tecii, cât și a dilatatorului
- Acoperirea hidrofilă netedă facilitează foarte mult utilizarea deoarece produce mai puțin leziuni la nivelul mucoasei
- Teaca este flexibilă și rezistentă la încovoiere
- Sterilizat prin iradiere
- Lungime dilatator: 40-45 cm; lungime teacă: 45 cm
- Diametru interior teacă: 8 Fr
- Diametru exterior teacă: 10 Fr

### 51.3 Teacă acces ureteral 12 Fr

UM bucată

Descriere:

- Teacă de acces ureteral cu structură PTFE (interioară) + serpentină de oțel inoxidabil + Pebax (exterioară)
- Cateterul este realizat din material de calitate medicală și acoperire hidrofilă atât a tecii, cât și a dilatatorului
- Acoperirea hidrofilă netedă facilitează foarte mult utilizarea deoarece produce mai puțin leziuni la nivelul mucoasei
- Teaca este flexibilă și rezistentă la încovoiere
- Sterilizat prin iradiere
- Lungime dilatator: 40-45 cm; lungime teacă: 45 cm
- Lungime de lucru: 450 mm
- Diametru interior teacă: 10 Fr
- Diametru exterior teacă: 12 Fr

### 51.4 Teacă acces ureteral 14 Fr

UM bucată

Descriere



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516

Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;

Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151

E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Teacă de acces ureteral cu structură PTFE (interioară) + serpentină de oțel inoxidabil + Pebax (exterioară)
- Cateterul este realizat din material de calitate medicală și acoperire hidrofilă atât a tecii, cât și a dilatatorului
- Acoperirea hidrofilă netedă facilitează foarte mult utilizarea deoarece produce mai puțin leziuni la nivelul mucoasei
- Teaca este flexibilă și rezistentă la încovoiere
- Sterilizat prin iradiere
- Lungime dilatator: 40-45 cm; lungime teacă: 50 cm
- Lungime de lucru: 450 mm
- Diametru teacă interior: 12 Fr
- Diametru teacă exterior: 14 Fr.

## **LOT 52 VIDEOURETEROSCOPI FLEXIBILI**

### **52.1 Videoureteroscop flexibil 7.5 Fr**

UM bucată

Descriere:

- Tehnologie C-MOS9. Calitatea imaginii minim 160K pixeli
- Sursa de lumină LED inclusă-iluminare duală
- Canal instrumentar minim 3.6 Fr, canal de lucru rotund, teaca internă metalică
- Diametru exterior maxim 7.5 Fr
- Lungime de operare 670-680 mm
- Secțiune de flexiune minimă:
  - sus: 275 grade
  - jos: 275 grade
- Deflexie pasivă
- Câmp vizual 120 grade +/- 10 %
- Profunzime câmp vizual 3-100 mm
- Mecanism automat de blocare a vârfului ureteroscopului
- De unică utilizare
- Posibilitate de stocare a imaginii și înregistrari video pe sistemul de imagini și USB, cu pornire înregistrare video/foto de pe mânerul ureteroscopului
- Unit procesare în regim de custodie
- Posibilitatea realizării de baze de date pacienți



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Panou frontal cu butoane mecanice pentru: luminozitate LED, modalitate afișare imagine endoscopică (rotundă, plată, octogonală), ceas, balans de alb, meniu
- Ieșiri video minim: 2 x DVI + 1 x VGA + 1 x SDI-HD
- Mod de ambalare: ambalat individual; steril.

### 52.2 Videoureteroscop flexibil 9.5 Fr

UM bucată

Descriere:

- Tehnologie C-MOS9. Calitatea imaginii minim 160K pixeli
- Sursa de lumină LED inclusă-îluminare duală
- Canal instrumentar minim 3.6 Fr, canal de lucru rotund, teaca internă metalică
- Diametru exterior maxim 9.5 Fr
- Lungime de operare 670-680 mm
- Secțiune de flexiune minimă:
  - sus: 275 grade
  - jos: 275 grade
- Deflexie pasivă
- Câmp vizual 110 grade +/- 10 %
- Profunzime câmp vizual 3-100 mm
- Mecanism automat de blocare a vârfului ureteroscopului
- De unică utilizare
- Posibilitate de stocare a imaginii și înregistrari video pe sistemul de imagini și USB, cu pornire înregistrare video/foto de pe mânerul ureteroscopului
- Unit procesare în regim de custodie
- Posibilitatea realizării de baze de date pacienți
- Panou frontal cu butoane mecanice pentru: luminozitate LED, modalitate afișare imagine endoscopică (rotundă, plată, octogonală), ceas, balans de alb, meniu
- Ieșiri video minim: 2 x DVI + 1 x VGA + 1 x SDI-HD
- Mod de ambalare: ambalat individual; steril.

### 52.3 Teacă de acces ureteral

UM bucată

Descriere :

- Teaca este compusă din teacă externă și mandren cu vârf conic
- Teaca are vârf flexibil și este prevăzută cu:
  - recipient pentru colectarea calculilor
  - tubulatură de silicon pentru conectarea recipientului la teacă



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Diametre teacă de 10/12 Ch, 11/13 Ch și 12/14 Ch
- Lungime teacă 40 și 50 cm
- Teacă de aspirație și presiune negativă
- Teacă cu lumen intern captușit cu PFTE pentru a facilita introducerea și scoaterea lină a ureteroscopului.

### **LOT 53 LIGATOR HEMOROIZI DE UNICĂ FOLOSINȚĂ TIP STAPPLER**

UM bucată

Descriere:

- Staplerul este utilizat pentru rezecția hemoroizilor și al prolapsului rectal
- Cartușul este transparent pentru a asigura o vedere clară pentru chirurg
- Steplerul este realizat din oțel inoxidabil, prezintă 2 rânduri de sutură, diametrul exterior este de 34 mm, diametrul de tăiere este de 26 mm; înălțime capse: 4.3 mm (+/- 0.3 mm), lațime capse: 3.8 mm
- Mod de ambalare: ambalat individual; steril.

### **LOT 54 MATERIALE ORTOPEDIE ARTROSCOPIE**

#### **54.1. Sistem de buclă reglabilă / ancoră cortico-femurală reglabilă pentru ligamentoplastie**

UM bucată

Descriere:

- Fixarea femurală se realizează cu ajutorul unui buton cu buclă reglabilă
- Bucla reglabilă pentru fixarea grefei este realizată dintr-un fir ortopedic special impregnant cu silicon
- Bucla reglabilă pentru fixarea grefei este realizată dintr-un material ortopedic durabil, UHMWPE pentru buclă și sutură de tragere și poliester pentru răsucire
- Dimensiunile buclei pot fi ajustate ușor prin tragerea suturilor una câte una
- Fixarea pe cortexul femural extern se realizează pe întreaga suprafață a butonului
- Disponibil și pentru tehnicile de reconstrucție LIA și LIA All-inside
- Disponibil cu butoane de revizie
- De unică folosință
- Obligatoriu pentru furnizarea setului
- Mod de ambalare: ambalaj steril, cutie cu 5 autocolante.

#### **54.2 Șurub de interferență peek pentru ligatură plastică**

UM bucată

Descriere:

- Fabricat din PEEK (polieter eter cetona)



## MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

### SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516

Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;

Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151

E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Canulat pe toată lungimea, pentru sârmă de nitinol de 1,2 mm
- Diametre disponibile: 6,7,8,9,10,11 și 12 mm
- Disponibil în lungimi de la 20 mm la 35 mm, în trepte de 5 mm
- Design atraumatic cu filet mare pentru a facilita introducerea șurubului și pentru a-l fixa mai repede cu mai puțină forță
- Șurub cu design nou, cu filet proeminent, cu pas mare pentru a facilita introducerea șurubului și fixarea grefei fără a o deteriora
- Șuruburile au un pas mic, intermediar și mare
- Șurubelnița trebuie să se potrivească în șurub până la adâncimea maximă
- Filetul trebuie să se potrivească în șurub până la adâncimea maximă
- Filetul trebuie să fie bine rotunjit, pentru a nu deteriora grefa de țesut moale
- Șurubul trebuie să poată fi utilizat pentru fixarea grefelor de os sau țesut moale în tunelurile osoase
- Nu ar trebui să fie necesară utilizarea unui tarod, rezistența șuruburilor PEEK fiind similară cu rezistența osului
- Setul trebuie furnizat obligatoriu
- Mod de ambalare: în cutie trebuie să se găsească 5 etichete autoadezive

#### 54.3 Suture UHMWPE

UM cutie

Descriere:

- Fir de sutură ortopedic, împletit, cu două componente materiale (UHMWPE)
- Dimensiuni fir USP 2, cu ac rotund traumatic ½ cerc
- Disponibilă în dimensiunile USP 2 și USP 2-0
- Miezul este realizat din fibre de polietilenă cu greutate moleculară mare, fibre care asigură o rezistență sporită la rupere
- Miezul este acoperit cu fibre de poliester, fibre care conferă firului o textură moale și aderență, calitate necesare în procedurile ortopedice, fiind, de asemenea, impregnat cu silicon.

#### 54.4 Suture meniscală tip „All-inside”

UM bucată

Descriere:

- Dispozitiv de fixare meniscală echipat cu 2 implanturi din PEEK, cilindrice, conectate între ele prin sutură USP 2-0
- Dimensiuni USP 2-0
- Dimensiunea acului de puncție este de 1,7 mm
- Curbura dispozitivului (angulație) este de 27 grade, disponibilă cu 0 și -5 grade



## MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

### SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516

Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;

Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151

E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Implanturile trebuie să fie complet ascunse în ac înainte de utilizare
- Implementarea activă a ambelor implanturi cu confirmare acustică și vizuală
- Buton de reglare a adâncimii vârfului, situat pe mânerul dispozitivului
- Butonul de declanșare a implantului este 360, situat la baza mânerului
- Încărcarea secundară a implantului, realizată prin revenirea automată a butonului de declanșare, la baza mânerului, după activarea primului implant
- Mod de ambalare - în interiorul cutiei trebuie să se găsească 5 etichete.

#### 54.5 Set sutură menisc exterior/interior

UM set

Descriere:

- Un set complet de trei articole pentru o aplicare cât mai eficientă și ușoară
- Set: 1 ac curbat, 1 ac drept, 1 dispozitiv de recuperare a suturii
- Toate seturile sunt sterile și ambalate într-un singur pachet.

#### 54.6 Set sutură menisc interior/exterior

UM set

Descriere:

- Se furnizează un set de canule dedicate cu diferite curburi (8 opțiuni) împreună cu toate accesoriile suplimentare, cum ar fi instrumentul de îndoire, cutia, degetarul, ghidajul acului și dispozitivul de trecere modelabil
- Unghiuri de curbură disponibile: dreapta-anterior, stânga-anterior, dreapta-mijloc-anterior, stânga-mijloc-anterior, dreapta-mijloc, stânga-mijloc, dreapta-posterior și stânga-posterior
- Două ace sterile din nitinol, cu lungimea de 330 mm, pretașate la sutură USP 2-0 UHMWPE cu acoperire din silicon pentru a permite suturarea atraumatică a meniscului. Destinate unei singure utilizări
- Două ace sterile din nitinol, cu lungimea de 330 mm, fiecare echipat cu un ochi de ac pentru a permite înfilarea manuală a suturilor USP 2-0 pentru utilizare reutilizabilă.

#### 54.7 Ancoră de sutură fără nod pentru reatașarea tendonului

UM bucată

Descriere:

- Ancoră de sutură compusă din PEEK (polieter eter cetona), disponibilă în două dimensiuni 4,75 și 5,5
- Ancoră cu ochi fixat cu un #2 UHMWPE la vârf
- Posibilitatea de a fixa atât suturi, cât și benzi prin ochi
- Echipată cu un dispozitiv de trecere a suturii pentru a facilita trecerea suturii sau a benzilor prin ochi



**MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII**

**SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA**

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Instrumente dedicate pentru orificiul pilot în două variante: filetate și fără filet.

## **LOT 55 BISTURIU STERIL**

### **55.1 Bisturiu steril nr.11**

UM bucată

Descriere:

- Bisturiu steril de unică folosință, sterilizat gamma
- Dimensiune: nr. 11
- Materiale: lamă din oțel de cabon și mâner din plastic rezistent
- Caracteristici lamă: material din oțel carbon pentru performanțe exacte și precizie ridicată, concepută pentru tăierea și perforarea țesuturilor, tratament special al marginilor care reduce rezistența la tăiere și trauma tisulară, foarte ascuțită – gata de utilizare imediat din cutie, compatibilă cu toate mărcile de mână standardizate conform ISO 7740
- Caracteristici mâner: mâner cu fante pentru o prindere sigură și un control mai bun în utilizare, fabricat din material plastic rezistent, sistem de fixare rapidă și blocare sigură a lamei
- Conformitate ISO 7740
- Mod de ambalare: individuală, sterilă, în folie de aluminiu

### **55.2 Bisturiu steril nr.15**

UM bucată

Descriere:

- Bisturiu steril de unică folosință, sterilizat gamma
- Dimensiune: nr. 15
- Materiale: lamă din oțel de cabon și mâner din plastic rezistent
- Caracteristici lamă: material din oțel carbon pentru performanțe exacte și precizie ridicată, concepută pentru tăierea și perforarea țesuturilor, tratament special al marginilor care reduce rezistența la tăiere și trauma tisulară, foarte ascuțită – gata de utilizare imediat din cutie, compatibilă cu toate mărcile de mână standardizate conform ISO 7740
- Caracteristici mâner: mâner cu fante pentru o prindere sigură și un control mai bun în utilizare, fabricat din material plastic rezistent, sistem de fixare rapidă și blocare sigură a lamei
- Conformitate ISO 7740
- Mod de ambalare: individuală, sterilă, în folie de aluminiu.

### **55.3 Bisturiu steril nr. 20**

UM bucată

Descriere:

- Bisturiu steril de unică folosință, sterilizat gamma



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Dimensiune: nr. 20
- Materiale: lamă din oțel de carbon și mâner din plastic rezistent
- Caracteristici lamă: material din oțel carbon pentru performanțe exacte și precizie ridicată, concepută pentru tăierea și perforarea țesuturilor, tratament special al marginilor care reduce rezistența la tăiere și trauma tisulară, foarte ascuțită – gata de utilizare imediat din cutie, compatibilă cu toate mărcile de mânere standardizate conform ISO 7740
- Caracteristici mâner: mâner cu fante pentru o prindere sigură și un control mai bun în utilizare, fabricat din material plastic rezistent, sistem de fixare rapidă și blocare sigură a lamei
- Conformitate ISO 7740
- Mod de ambalare: individuală, sterilă, în folie de aluminiu.

### **LOT 56 BURETE STERIL CURĂTAT CAUTER**

UM bucată

Descriere

- Îndepărtează resturile de țesut coagulat de pe ansele electrocauterului asigurând o curățare eficientă
- Dimensiune 5 cm x 5 cm
- Mod de ambalare: individual, steril.

### **LOT 57 PISTOL BIOPSIE**

#### **57.1 Pistol biopsie 18G x 25 cm**

UM bucată

Descriere:

- Dimensiuni: grosime ac 18G, lungime ac 25 cm
- Adâncime de penetrare 11/22 mm
- Declanșator de tragere în poziție proximală
- Canulă ascuțită pentru o inserție și penetrare percutană sigură și nedureroasă
- Tratament ecogenic pentru proceduri ghidate cu ultrasunete
- Marcaje centimetrice și opritor glisant opțional
- Disponibil și cu vârful Trocar; poate fi folosit cu acul coaxial introducător CM
- Sterilizat prin ETO, termen de valabilitate 5 ani.

#### **57.2 Pistol biopsie 14G x 10 cm**

UM bucată

Descriere:

- Dimensiuni: grosime ac 14G, lungime ac 10 cm



**MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII**

**SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA**

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Adâncime de penetrare 11/22 mm
- Declanșator de tragere în poziție proximală
- Canulă ascuțită pentru o inserție și penetrare percutană sigură și nedureroasă
- Tratament ecogenic pentru proceduri ghidate cu ultrasunete
- Marcaje centimetrice și opritor glisant opțional
- Disponibil și cu vârful Trocar; poate fi folosit cu acul coaxial introductor CM
- Sterilizat prin ETO, termen de valabilitate 5 ani.

**LOT 58 SET ASPIRAȚIE YANKAUER**

UM bucată

Descriere:

- Sondă de aspirație intraoperatorie formată din canulă de aspirație și tub. Canula și tubul sunt transparente, permițând astfel vizualizarea lichidului aspirat
- Canule cu control vacuum, cu vârful îndoit și cu bulb
- Canula cu mâner ergonomic și vârf în formă de butonaș cu orificii
- Conector de legătură și tubulatură de 2100 mm / 3000 mm
- Produsul trebuie să fie marcat CE sau echivalent, producător, importator, lot, data fabricației, data expirării. Declarație de conformitate a produsului. Produs de unică folosință
- Mod de ambalare : individual, steril.

**LOT 59 SET STERIL IRIGAȚIE-LAVAJ URO**

UM bucată

Descriere:

- Sistem steril cu 2 căi pentru introducerea și evacuarea simultană, continuă de lichid în intervenții urologice
- Conector în Y, ambele căi prezintă clemă pentru închidere
- Steril EO

**LOT 60 SET STERIL LAVAJ ARTROSCOPIE**

UM bucată

Descriere:

- Set tubulatură artroscopie cu conector în "Y"/ cu 2 căi, cu clampuri de închidere pe fiecare din cele 2 căi, cu cameră de picurare/picurator și prevăzut la celălalt capăt cu un tub siliconat prevăzut cu/fără conector luer lock
- Mod de ambalare: individual, steril.



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



### **LOT 61 BURETE HEMOSTATIC 80 x 50 x 10**

UM bucată

Descriere

- Burete steril din gelatină având o structură microporoasă care oprește sângerările
- Dimensiuni: 80 mm x 50 mm x 10 mm
- Buretele este un hemostatic rapid ce realizează o hemostază eficientă, minimizând pierderile de sânge pentru pacienți
- Este non-toxic, non-alergenic, non-imunogen, non-pirogen și biocompatibil
- Absoarbe aproximativ de 40-50 ori greutatea sa de apă/sânge și aderă cu ușurință la plagă
- Implantat în vivo, este complet absorbit în termen de 3/4 săptămâni fără reziduri ori încapsulări
- Poate fi utilizat atât uscat, cât și în soluție salină
- Poate fi utilizat în combinație cu antibiotice fără ca acest lucru să reducă efectul hemostatic al buretelui
- Are o capacitate de absorbție foarte bună pentru sânge și alte secreții ale plăgilor
- Are un pH neutru și este tolerat foarte bine de țesuturi.

### **LOT 62 PANSAMENT HEMOSTATIC DIN CELULOZĂ OXIDATĂ REGENERATĂ**

UM bucată

Descriere:

- Este o țesătură tricotată absorbabilă compusă din celuloză regenerată oxidată
- Dimensiuni: 5 cm x 7 cm
- Mecanism hemostatic: când intră în contact cu sângele, acesta va absorbi sângele și se va umfla treptat, dizolvându-se în cele din urmă într-un material gelatinos
- Prin aplicarea scurtă de presiune, materialul va adera la rană, sigilând eficient capetele capilarelor venoase și rezultând un efect hemostatic mecanic
- Se activează cascada de coagulare, transformând fibrinogenul solubil într-o rețea de fibrină insolubilă care oprește sângerarea. Hemostaticul absorbabil asigură hemostaza în 2 minute
- Când este implantat în țesut este absorbit în 7-14 zile (complet bio-absorbabil)
- Hemostatul absorbabil (celuloza regenerată oxidată) este utilizat ca adjuvant în procedurile chirurgicale pentru a ajuta la controlul hemoragiei capilare, venoase și arteriale mici atunci când ligatura sau alte metode convenționale de control sunt impracticabile sau ineficiente.

### **LOT 63 PUDRĂ HEMOSTATICĂ 1G**

UM bucată



**MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII**

**SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA**

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



Descriere:

- Pudra are un efect puternic și o densitate ridicată.
- Atunci când vine în contact cu sângele, îl absoarbe și se umflă treptat, transformându-se în cele din urmă într-un material gelatinos. În acest moment, realizând în scurt timp o presiune, materialul va adera la plagă, închizând efectiv terminațiile capilarelor venoase și ducând la instalarea unui efect de hemostază mecanică. Se activează cascada coagulării, transformând fibrinogenul solubil într-o rețea de fibrină insolubilă, ce oprește sângerarea. Implantată în țesut, pudra este absorbită în termen de 5 - 8 zile
- Mod de ambalare: Seringa 2g pudră.

**LOT 64 PATCH BIOLOGIC**

UM bucată

Descriere:

- Plasturele biologic este un plasture de pericard bovin de înaltă calitate, utilizat pentru închiderea precisă în timpul procedurilor de endarterectomie și reconstrucție vasculară
- Dimensiuni: 2 cm x 9 cm.

**LOT 65 BURETE HEMOSTATIC HEMOROIZI TIP CURASPON**

UM bucată

Descriere:

- Buretele este confecționat din 100% gelatină porcină purificată, utilizat în timpul și după procedurile chirurgicale pentru realizare hemostazei locale prin efectul de tamponadă
- Dimensiuni: lungime 8cm, lățime 5cm și grosime 1 cm.

**LOT 66 TUB DREN SILICON**

**66.1 Tub dren silicon CH14**

UM bucată

Descriere:

- Dimensiuni: mărime CH14
- Lungime tub 50 cm
- Drenurile sunt compatibile cu aspiratoare mari, joase și gravitaționale.
- Tubul este fabricat din material siliconic biocompatibil de înaltă calitate pentru a asigura confortul pacientului și pentru a crește rezistența la tracțiune
- Tubul de drenaj este transparent



## MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

### SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Tubul de drenaj are bandă radioopacă pe toată lungimea ce asigură detectarea cu raze X și poziționarea ușoară. Locul de trecere de la zona cu 4 caneluri la dub rotund este marcată cu un punct negru pentru poziționare rapidă
- Poate fi implantat până la 30 de zile
- Pachetul conține tub drenaj și conector.

#### **66.2 Tub dren silicon CH18**

UM bucată

Descriere:

- Tubul este prevăzut cu ochiuri de drenaj ovale, conice care maximizează performanța de drenaj și ajută la prevenirea deteriorării țesuturilor și a apariției de cheaguri
- Dimensiuni: mărime CH18
- Lungime tub 50 cm
- Tuburile de drenaj sunt proiectate cu profil atraumatic și dispun de linie radioopacă cu raze X.

#### **66.3 Tub dren silicon CH20**

UM bucată

Descriere:

- Tubul este prevăzut cu ochiuri de drenaj ovale, conice care maximizează performanța de drenaj și ajută la prevenirea deteriorării țesuturilor și a apariției de cheaguri
- Dimensiuni: mărime CH20
- Lungime tub 50 cm
- Tuburile de drenaj sunt proiectate cu profil atraumatic și dispun de linie radioopacă cu raze X.

#### **66.4 Tub dren silicon CH22**

UM bucată

Descriere:

- Tubul este prevăzut cu ochiuri de drenaj ovale, conice care maximizează performanța de drenaj și ajută la prevenirea deteriorării țesuturilor și a apariției de cheaguri
- Dimensiuni: mărime CH22
- Lungime tub 50 cm
- Tuburile de drenaj sunt proiectate cu profil atraumatic și dispun de linie radioopacă cu raze X.

#### **66.5 Tub dren silicon CH24**

UM bucată

Descriere:

- Tubul este prevăzut cu ochiuri de drenaj ovale, conice care maximizează performanța de drenaj și ajută la prevenirea deteriorării țesuturilor și a apariției de cheaguri
- Dimensiuni: mărime CH24



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Lungime tub 50 cm
- Tuburile de drenaj sunt proiectate cu profil atraumatic și dispun de linie radioopacă cu raze X.

### **66.6 Tub dren silicon tip Jackson-Pratt**

UM bucată

Descriere:

- Tubul are porțiune plată: 3 x 7 mm, fenestrare 3/4
- Dimensiuni: Distanță segment plat: 20 cm
- Lungime totală: 100 cm.

### **LOT 67 SONDĂ ENDOTRAHEALĂ CU BALONAȘ**

UM bucată

Descriere:

- Sondă endotraheale cu balonaș
- Dimensiuni nr. 6.5, 7, 7.5, 8
- Produsă din material termosensitiv și rezistent la îndoire, transparent, nontoxic. Prevăzută cu marcaje din cm în cm. Marcate cu o linie radioopacă (longitudinală pe curbura exterioară, convexă), radioopacitatea tubului ajută la verificarea poziționării tubului până la vârful. Balonaș mobil din poliuretan plasat cât mai aproape de capătul distal al sondei. Portul de umflare al balonașului prezintă supapă autonomă și un al 2-lea balon de mici dimensiuni pentru aprecierea gradului de umflare al balonului endotraheal.

### **LOT 68 SONDĂ ENDOTRAHEALĂ FLEXOMETALICĂ**

UM bucată

Descriere:

- Sonde endotraheale IOT flexometalice cu balonaș, ranforsate cu spiră metalică, sterile
- Dimensiuni nr. 6.5, 7, 7.5
- Din material PVC, rezistent, transparent, nontoxic, care nu lezează corzile vocale
- Sterilizare oxid de etilenă (EO).

### **LOT 69 TRUSĂ TRAHEOSTOMIE ADULT**

UM bucată

Descriere

- Tub traheostomie cu balonaș, steril, realizat din PVC termoplastice medical
- Dimensiuni CH 7, 7.5
- Conector pivotant, diametru: 15 mm



**MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII**

**SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA**

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Aripile flexibile pe părțile laterale ale tubului permit fixarea benzilor pentru a-și stabiliza poziția
- Manșeta moale, cu manevră redusă
- Balonul pilot în culori contrastante indica în mod clar nivelul inflației manșetei
- 2 curele de fixare
- Dimensiunea marcată pe aripi
- Canulă curbată atraumatică
- X-ray detectabil
- Echipat cu obturator
- De unică folosință
- EO sterilizată
- Mod de ambalare: ambalaje individuale: tyvec.

**LOT 70 HALAT CHIRURGICAL**

UM bucată

Descriere

- Să fie fabricat din material neșesut, densitate minim 35 – 40 g/mp, cu strat impermeabil suplimentar în zona pieptului și extraizolație la spate care să asigure un nivel ridicat de protecție la penetrarea fluidelor și microorganismelor (hidrofob impermeabil). Să ofere o permeabilitate bună la aer și funcționalitate rezistentă la praf. Manșetele să fie elastice din bumbac. Partea din față și mânecile halatului să fie dublate
- Halatul să se înfășoare pe corp, cu închidere suprapusă la spate și cu sistem de închidere cu arici care să permită ajustarea la nivelul gâtului
- Culoare: albastru sau verde
- Mărimi XL, XXL
- Fiecare halat include 2 prosoape sterile 40 x 40 cm.
- Să prezinte rezistență la rupere prin întindere
- Marcare, etichetare: denumire, tip, dimensiune și adresa producător, data fabricației, nr. lot, modul de utilizare, termen de garanție, data sterilizării, cod produs, marcaj CE
- Să respecte standardul SR EN 13795 1.2.3.
- Mod de ambalare: ambalaj individual steril.

**LOT 71 KIT TREPANE BIOPSIE DERMATOLOGIE 4MM**

UM bucată

Descriere



**MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII**

**SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA**

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Trepan inox nesudat pentru biopsie cutanată; mânerul cu nervuri oferă siguranță în timpul folosirii; dimensiunea aplicată pe fiecare instrument permite identificarea directă; sterila; direct folosibilă; de unică folosință
- Dimensiune: BP-40F 4.0mm
- Marcaj CE.

**LOT 72 CANULĂ NAZALĂ CU 2 CĂI**

UM bucată

Descriere:

- Canule nazale cu 2 căi pentru oxigenoterapie, sterile EO, ambalate individual, de unică folosință
- Tub flexibil, rezistent, necudabil, cu vârfuri moi pentru introducerea în nările pacientului și modulare specială pentru fixare stabilă
- Fabricate din PVC, cu lungimea totală a dispozitivului de 200 cm
- Diametru tub: anterior: 5.3 + 0.1; posterior: 3.3 + 0.1, cu inel pentru fixare în spatele urechilor și regulator de lungime glisant, vârf pâlnie pentru conectarea cu oxigenul.

**LOT 73 UROCULTOR**

UM bucată

Descriere:

- Urocultor steril 50 ml / recoltor steril 50 ml. Gradat. Ambalat individual. Urocultoare sterile pentru colectare: urină, spermă și alte fluide sau lichide biologice.

**LOT 74 COPROCULTOR**

UM bucată

Descriere

- Coprocultor plastic nesteril 20 ml, de unică folosință, utilizat în laboratoarele de analize medicale pentru efectuarea coproculturii, analiză ce identifică agenții patogeni existenți în intestinul uman. E prevăzut cu o spatulă ce facilitează recoltarea probelor necesare.

**LOT 75 MANȘETĂ TENSIOMETRU**

**75.1 Manșetă tensiometru mărimea M**

UM bucată

Descriere:

- Manșetă NIBP, adult, 27 cm – 35 cm, reutilizabilă.

**75.2 Manșetă tensiometru mărimea L**



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



UM bucată

Descriere:

- Manșetă NIBP, adult, 34 cm – 43 cm, reutilizabilă.

**75.3 Manșetă tensiometru mărimea XL**

UM bucată

Descriere:

- Manșetă NIBP, adult, 34 cm – 52 cm, reutilizabilă.

**LOT 76 PLASTURI ROTUNZI POSTRECOLTARE**

UM cutie

Descriere:

- Plasturi PE pentru recoltări rotunzi
- Diametru 22 mm
- Produs de unică folosință
- Culoare: crem piele.

**LOT 77 PLASTURE STERIL AUTOADEZIV POSTOPERATOR 10 CM x 6 CM**

UM bucată

Descriere

- Pansamente adezive alcătuite dintr-o bandă adezivă de susținere perforată, compresă din bumbac absorbant și o membrană permeabilă unidirecțional, folosite pentru tratarea rănilor deschise, permit aerisirea și protejarea acestora împotriva microbilor.
- Intră în categoria pansamentelor uscate, este non-aderent, steril
- Dimensiuni: 10 cm x 6 cm
- Structura:
  - pansament: bumbac 100%, steril, non-aderent, permeabil pentru apă și aer
  - înveliș: material nețesut cu marginile rotunjite
  - adeziv: poliarcilat noniritant, bine tolerat de tegument
- Protejează, absoarbe, permite aerisirea, nu se lipește de plagă, nu se dezlipește de piele.

**LOT 78 FAȘĂ ELASTICĂ AUTOADEZIVĂ**

**78.1 Fașă elastică autoadezivă 5 cm x 4,5 m**

UM bucată

Descriere:



**MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII**

**SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA**

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Bandaj elastic cu lățime de 5 cm și 4,5 metri lungime, autoadeziv, confecționat din bumbac, poliamidă și vâscoză, ce asigură o elasticitate de 100%. Țesătura permite tegumentului să respire.
- Se folosește pentru tratarea leziunilor, fixarea atelelor dar și ca suport pentru ligamente, încheieturi și mușchi.
- Marcaj CE.

**78.2 Fașă elastică autoadezivă 10 cm x 4,5 m**

UM bucată

Descriere:

- Bandaj elastic cu lățime de 10 cm și 4,5 metri lungime, autoadeziv, confecționat din bumbac, poliamidă și vâscoză, ce asigură o elasticitate de 100%. Țesătura permite tegumentului să respire.
- Se folosește pentru tratarea leziunilor, fixarea atelelor dar și ca suport pentru ligamente, încheieturi și mușchi.
- Marcaj CE.

**LOT 79 LEUCOPLAST**

**79.1 Leucoplast 5 cm x 5 m**

UM bucată

Descriere

- Leucoplast mătase - 5 cm x 5 m. Leucoplast pe suport de mătase, permeabil la apă, aer și la vaporii de apă pentru pielea sensibilă
- Se aplică pe pielea uscată și curată. Utilizat pentru fixarea pansamentelor medicale pe suprafața pielii

**79.2 Leucoplast 5 cm x 9.14 m**

UM bucată

Descriere:

- Leucoplast mătase 5 cm x 9.14 m. Este un leucoplast pe suport de mătase hipoalergenic, pentru fixare, prevăzut cu adeziv pe bază de poliacrilat dispus în benzi pentru a permite respirația pielii
- Caracteristici: elastic, permeabil la apă și aer
- Indicații: Recomandat pentru fixarea echipamentelor la pacienții cu sensibilitate cunoscută la benzile adezive obișnuite, exemplu: bebeluși cu pielea sensibilă, bătrâni cu pielea fragilă sau uscată. Fixează cu ușurință pansamente de toate tipurile, canule, sonde, catetere.

**79.3 Leucoplast transparent nonalergic 5 cm x 9.14 m**



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



UM bucată

Descriere:

- Bandă adezivă, transparentă, din polietilenă microperforată
- Este un produs hipoalergenic
- Este transparentă, pentru o bună vizibilitate și monitorizare a condițiilor pielii
- Leucoplastul se poate rupe pe lungime și lățime. Ruperea bidirecțională permite pregătirea ușoară a benzii
- Prevăzut cu o bandă cu adeziv hipoalergenic de tip poliacrilic.

**LOT 80 RECOLTOR EXUDAT FARINGIAN**

UM bucată

Descriere

- Tampon recoltor exudat faringian steril gamma, cu mediu de transport AMIES în tub, cu etichetă, tijă din plastic + bumbac
- Tubul este din polipropilenă cu dimensiunea de 13x150 mm și volum de 15 ml
- Marcaj CE.

**LOT 81 TEST SARS-COV-2 ȘI INFLUENZA A+B**

UM bucată

Descriere

- Test rapid INFLUENZA combinat COVID-19 & Gripa A+B Antigen este un kit de testare de unică folosință destinat detectării calității antigenului proteic nucleocapsid al antigenilor virali ai gripei A și B și a antigenului COVID-19 din probele de tampon nazal.

**LOT 82 SONDA ASPIRAȚIE TRAHEO-BRONȘICĂ**

UM bucată

Descriere:

- Sonde aspirație pentru aspirație traheo-bronșică a plămânilor, gâtului și nasului
- Dimensiuni CH 10, CH 12, CH 14
- Tub din PVC grad medical, mat pentru alunecare ușoară fără lubrifiere. Tub cu două orificii lateral compatibil cu lumenul cateterului pentru o aspirație eficientă fără înfundare. Tub moale cu vârf rotunjit, flexibil pentru introducerea atraumatică prin tubul endotraheal. Conectorul asigură un vacuum control optim
- Cod de culoare internațional.
- Împachetare individuală, sterilizat cu oxid de etilenă.



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Lungime 50cm.

### **LOT 83 PIPĂ GUEDEL**

#### **83.1 Pipă Guedel nr. 2**

UM bucată

Descriere:

- Pipe Guedel sterile. Dimensiune 2 (80mm), din PE (polietilenă) de înaltă calitate, fără PVC. Curba anatomică distinctă a tubului căilor respiratorii permite deschiderea căilor respiratorii superioare și fluxul liber de gaze anestezice, aer
- Dimensiuni cu coduri de culori, mărimea marcată pe dispozitiv, de unică folosință, fără latex, fără ftalați
- Sterilizat cu oxid de etilenă (EO)
- Marcaj CE
- Mod de ambalare: 1 bucată/folie.

#### **83.2 Pipă Guedel nr. 3**

UM bucată

Descriere:

- Pipe Guedel sterile. Dimensiune 3 (90mm), din PE (polietilenă) de înaltă calitate, fără PVC. Curba anatomică distinctă a tubului căilor respiratorii permite deschiderea căilor respiratorii superioare și fluxul liber de gaze anestezice, aer
- Dimensiuni cu coduri de culori, mărimea marcată pe dispozitiv, de unică folosință, fără latex, fără ftalați
- Sterilizat cu oxid de etilenă (EO)
- Marcaj CE
- Mod de ambalare: 1 bucată/folie.

#### **83.3 Pipă Guedel nr. 4**

UM bucată

Descriere:

- Pipe Guedel sterile. Dimensiune 4 (100mm), din PE (polietilenă) de înaltă calitate, fără PVC. Curbă anatomică distinctă a tubului căilor respiratorii permite deschiderea căilor respiratorii superioare și fluxul liber de gaze anestezice, aer
- Dimensiuni cu coduri de culori, mărimea marcată pe dispozitiv, de unică folosință, fără latex, fără ftalați
- Sterilizat cu oxid de etilenă (EO)
- Marcaj CE



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Mod de ambalare: 1 bucată/folie.

### **LOT 84 SONDĂ FOLEY CU 2 CĂI ȘI BALONAS**

UM bucată

Descriere:

- Sonde Foley cu 2 căi, sterile.
- Dimensiuni CH14, CH16, CH18, CH20, CH22, CH 24
- Fabricate din latex natural 100% siliconat, cu 2 căi. Balon de capacitate maximă 30 ml. După dezumflare balonasul revine la dimensiunile initiale ale sondei. Atraumatice, varf usor rotunjit special pentru facilitarea insertiei cateterului.
- Dimensiunea sondei si capacitatea balonasului sunt notate pe sonda. Sonda prezintă doi ochi distali
- Sterilizat cu oxid de etilenă (EO).

### **LOT 85 SONDĂ FOLEY CU 3 CĂI ȘI BALONAS**

UM bucată

Descriere:

- Sonda este realizată din latex siliconat și dispune de un vârful Nelaton atraumatic, cilindric, drept
- Dimensiuni CH14, CH16, CH18, CH20, CH22, CH 24
- Sonda cu 3 căi este prevăzută cu 3 canale separate:
  - primul este deschis la ambele capete și permite urinei să se scurgă într-un sac de colectare
  - al doilea este prevăzut cu o supapă la exterior, conectată la un balon simetric rotund, care se umple cu apă sterilă atunci când se află în interiorul vezicii, pentru a preveni alunecarea
  - al treilea canal permite introducerea de ser sau apă sterilă pentru curățarea vezicii urinare
- Prezintă orificii de drenaj largi, pereții subțiri și lumen larg pentru a asigura eficacitatea drenajului.

### **LOT 86 SONDĂ TIEMANN**

UM bucată

Descriere:

- Latex natural, flexibil, non-toxic, non-pirogen
- Dimensiuni CH 18, CH 20, CH 22, CH 24
- Lungime: 40 cm
- Capacitate balon: 30cc
- Sistem cu 2 căi: drenaj și umflare balon



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- De unică folosință – nereutilizabil
- Codificare colorată pentru identificarea rapidă a dimensiunii
- Mod de ambalare: ambalare individuală, sterilă, în material impermeabil la microorganisme.

**LOT 87 SONDĂ URETERALĂ**

UM bucată

Descriere:

- Sondă din Pebax antialergic
- Dimensiunii CH 7, CH 8
- Lungime 70 cm
- Culoare albastru,
- Material radioopac
- Mod de ambalare: ambalat individual, steril.

**LOT 88 STENT URETERAL JJ**

UM bucată

Descriere:

- Stent în J la ambele capete
- Confectionat din poliuretan
- Dimensiuni 5 Ch/Fr, 6 Ch/Fr, 7 Ch/Fr
- Lungime 26 cm
- Stent cu împingător de 40 cm în pachet
- Marcaje pentru o poziționare exactă
- Radioopac
- Vârf deschis/deschis
- Fir ghid hidrofîl.

**LOT 89 FIR DE GHIDARE ENDOUROLOGICĂ**

**89.1 Fir de ghidare endourologică acoperit cu PTFE**

UM bucată

Descriere:

- Ghid din oțel inoxidabil, cu înveliș din PTFE (politetrafluoroetilenă) de culoare verde, flexibil, cu vârf moale
- Lungime fir ghid 150 cm, diametru fir 0.035 toli
- Mod de ambalare: ambalaj steril, de tip ”peel-open”.



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516

Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;

Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151

E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



## 89.2 Fir de ghidare endourologică nitinol

UM bucată

Descriere:

- Ghid din oțel inoxidabil, cu acoperiș din Nitinol, hidrofil, radioopacitate ridicată de culoare negru, flexibil, cu vârf moale
- Lungime fir ghid 150 cm, diametru fir 0.035 toli
- Mod de ambalare: ambalaj steril, de tip ”peel-open”.

## Lot Fir de ghidare endourologică tip Zebra

UM bucată

Descriere:

- Ghid cu vârf radioopac umpul cu bariu, flexibil, hidrofil, cu miez rigid din nitinol, acoperire PFTE
- Culoare: dungat albastru cu galben
- Lungime fir ghid 150 cm, diametru fir 0.035 toli
- Mod de ambalare: ambalaj steril, de tip ”peel-open”.

## LOT 90 PUNGI URINĂ CU SUPAPĂ ÎN T 2000 ML

UM bucată

Descriere:

- Pungă urinară cu volum de 2000ml, sterilă oxid de etilenă (EO), prevazută cu tub pentru drenaj și valvă
- Capacitate 2000 ml, lungime tub de drenaj 90 cm, dimensiune pungea 280 x 183mm, marcaje la fiecare 100 ml, valvă fără retur și supapă
- Partea din față a pungii este transparentă iar partea din spate este de culoare albă
- Compusă din: orificiu de evacuare, tub conector pentru orificiul de evacuare, pungă, valvă fără retur, agățătoare, tub drenaj, racord, capac
- Marcaj CE.

## LOT 91 SUPORT PUNGĂ URINARĂ

UM bucată

Descriere:

- Nesterilă
- Realizată din h3 și plastic rezistent
- Clemă specială care împiedică îndoirea tubului
- Potrivit pentru șinele cu pat rotund și pătrat



**MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII**

**SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA**

CUI 2491516

Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;

Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151

E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Două mânere pe fiecare parte pentru atârănarea pungilor de urină de diferite dimensiuni
- Fără latex, fără ftalat
- Numele producătorului plasat pe dispozitiv.

### **LOT 92 DISPOZITIV DE MĂSURARE A DIUREZEI ORARE**

UM bucată

Descriere:

- Sistem închis de măsurarea diurezei orare, compact, compus din:
  - Cameră închisă, rigidă pentru acumularea inițială
  - Pungă de evacuare
  - Tub conector
- Camera de recoltare atașată sistemului este gradată până la 500ml.
- Punga de urina - 2000ml cu gradații din 500ml în 500ml.
- Există un sistem de închidere/deschidere pentru golire ușoară a camerei de recoltare în punga de urină
- Sistemul conține 2 valve antireflux care previn ca urina reziduală să se întoarcă în cateterul Foley și punga colectoare
- Are atașat un maner pentru a fi ușor de agățat de patul pacientului.

### **LOT 93 VATĂ HIDROFILĂ MEDICINALĂ**

UM bucată

Descriere:

- Vată hidrofiliă pentru uz medicinal tip B (bumbac 100 %), livrată în pachete de 200 gr, hidrofilia trebuie să fie sub 10 secunde
- Vata se ambalează în pungi de polietilenă inscripționate cu: marca, masa netă a pachetului, numărul specificației tehnice, lotul, termenul de valabilitate
- Ambalajele individuale se introduc într-un ambalaj comun marcat cu următoarele mențiuni: denumirea producătorului, masa netă nominală a pachetului, specificația tehnică, numărul lotului, număr de bucăți pe ambalaj.

### **LOT 94 ELECTROZI**

#### **94.1 Electrozi cu adeziv și capsă**

UM bucată

Descriere:

- Electrozi, capsă carbon, adult, diametru 50 mm.



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516

Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;

Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151

E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



## 94.2 Electrozi cu gel

UM bucată

Descriere:

- Electrozi de unică folosință, cu gel, diametru 36 mm x 45 mm.
- Electrozii sunt impregnați cu gel de contact și prevăzuți cu capsă pentru EKG
- Electrozii sunt adezivi, neiritanți pentru piele sau utilizatori, imperceptibili proiectați să diminueze reacțiile alergice; buni conducători electrici; nesterili
- Fără latex
- Electrozii au o aplicare ușoară pe diferite zone anatomice
- Sunt potriviți atât pentru relaxare, cât și pentru stres sau monitorizarea Holter ECG. Sunt potriviți pentru toate tipurile de piele. Ușor de aplicat.

## LOT 95 PERIUȚE GINECOLOGICE

### 95.1 Periuțe ginecologice tip rimel

UM bucată

Descriere:

- Tip Rimel
- Material perie: nylon
- Forma periei : tubular-rotundă
- Material corp periuță: polietilenă medicală
- Fără latex
- De unică folosință.

### 95.2 Periuțe ginecologice tip brăduț

UM bucată

Descriere:

- Tip brăduț
- Material perie: nylon
- Forma periei: conică
- Material corp periuță : polietilenă medicală
- Fără latex
- De unică folosință.

## LOT 96 SPECUL VAGINAL

### 96.1 Specul vaginal S

UM bucată



**MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII**

**SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA**

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



Descriere:

- Speculi vaginalli sterili, de unică folosință
- Dimensiune S, cu șurub lateral sau central.

**96.2 Specul vaginal L**

UM bucată

Descriere:

- Speculi vaginalli sterili, de unică folosință
- Dimensiune L, cu șurub lateral sau central.

**LOT 97 LAMĂ BISTURIU**

UM bucată

Descriere:

- Lame de bisturiu, din oțel-carbon, sterile, ambalate unitar,
- Dimensiuni 11, 12, 15, 20, 22, 24
- Produsul are marcaj CE.

**LOT 98 AC STERIL**

UM cutie

Descriere:

- Ace de unică folosință. Material: oțel inox.
- Dimensiuni:
  - G18, culoare roz
  - G20, culoare galben
  - G21, culoare verde
  - G23, culoare albastru
  - G27, culoare gri.

**LOT 999 AC PUNCTIE PENTRU PARACENTEZĂ**

UM bucată

Descriere :

- Ace de unică folosință
- Dimensiune G18, culoare roz, lungime 80mm

**LOT 100 ALEZE ABSORBANTE**

UM bucată



## MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

### SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



#### Descriere:

- Aleze absorbante 90 cm x 180 cm
- Alcătuite din trei straturi: un prim strat din polietilenă 100% impermeabil, stratul intermediar pufos ultra absorbant și stratul exterior din material nețesut foarte catifelat.
- Partea absorbabilă este mai mică decât dimensiunea totală a alezei după cum urmează: Parte absorbabilă în mijlocul alezei dimensiuni aproximative 90 x 60 cm, restul până la dimensiunile alezei fiind material impermeabil din polietilenă.

### **LOT 101 ECHIPAMENTE DE PROTECTIE**

#### **101.1 Bonete de unică folosință**

UM bucată

#### Descriere:

- Confectionate din material nețesut. De unica folosinta, cu perimetru elastic tip armonică. De culoare verde, albastru sau alb
- Diametru minim 50 cm – maxim 54 cm
- Produsul are marcaj CE.

#### **101.2 Botoșei de unică folosință**

UM bucată

#### Descriere:

- Căpici de protecție din polipropilenă sau plastic, rezistenți la trafic și impermeabili. De unică folosință
- Cu elastic circular în partea superioară. Mărime universală
- Produsul are marcaj CE.

#### **101.3 Mască chirurgicală cu elastic**

UM bucată

#### Descriere:

- Mască are 3 pliuri, 3 straturi foarte rezistente și se adaptează perfect la forma feței cu ajutorul lamelei metalice și garantează o protecție maximă
- Este prevăzută cu elastic și este de unică folosință
- Măștile sunt prevăzute cu filtru de PFE (Particule de Filtrare Eficienta) din țesătură nețesută moale, cu filtru antiparticule și filtru antibacterial BFE (Filtre Eficiente împotriva Bacteriilor) > 98%
- Permite circulația aerului. Este non-iritantă, fara miros, fără fibre de sticlă
- Nu conține latex.

#### **101.4 Mască chirurgicală cu 4 legături**



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



UM bucată

Descriere

- Mască de protecție cu bandă anti-ceață, pentru a se evita aburirea ochelarilor atunci când aerul este expirat
- Dimensiune: 17.5 cm x 9.5 cm
- Culoare: albastru.

**101.5 Mască protecție FFP2**

UM bucată

Descriere:

- Este un echipament de protecție respiratorie cu filtru, standardizat (EN 149:2001+A1:2009), ce filtrează cel puțin 94-95% din particulele aeropurtate (praf, aerosoli, viruși, bacterii), fiind ideală pentru protecție generală, inclusiv împotriva COVID-19, în medii cu risc de contaminare (medical, industrial)
- Fabricată din materiale neșesute, hipoalergenice, cu straturi filtrante (meltblown)
- Capacitatea de filtrare până la 0,3 micron și mai sus
- Mască conține 5 straturi și este prevăzută cu o căptușeală confortabilă la interior
- Se adaptează pe nas și gură, creând o etanșare și poate avea sau nu valvă de expirație, iar majoritatea sunt de unică folosință. Se înlocuiește la un interval specificat (ex. 4 ore) sau la contaminare/deteriorare.
- Mod de ambalare: individuală.

**101.6 Mască protecție FFP3**

UM bucată

Descriere:

- Mască clasificată ca FFP3, ceea ce înseamnă că oferă cea mai înaltă eficiență de filtre
- Ea poate reține cel puțin 99% din particulele aflate în aer, inclusiv particulele foarte fine precum cele din praf, bacterii, viruși și alte particule periculoase
- Dispune de burete nazal integrat, care ajută la adaptarea mai bună a măștii la forma feței, creând astfel o etanșeitate optimă
- Această mască are un design cu 5 straturi de materiale special concepute pentru a asigura o protecție eficientă
- Pentru o utilizare comodă și ușoară masca este dotată cu benzi elastice care se prind după urechi
- Această mască oferă o protecție bidirecțională, atât utilizatorul, cât și persoanele din jur sunt protejate de particulele dăunătoare



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Utilizări recomandate: ideală pentru medici, personal medical, lucrători în industria farmaceutică
- Mod de ambalare: individuală.

### 101.7 Halat de unică folosință

UM bucată

Descriere

- Confectionat din material textil neșesut, cu performanța asemănătoare cu a țesăturilor. Grosime material minim 40 gr/mp
- De unică folosință. Nesteril. Neabsorbabil. Cu legături la gat și în talie. Cu elastic la nivelul mâinilor, cu mânecă lungă
- Marcaj CE
- De unică folosință în toate domeniile de chirurgie.

### 101.8 Halat protecție vizitator

UM bucată

Descriere:

- Halate special conceput pentru a oferi confort și siguranță atât personalului medical, cât și vizitatorilor, fiind echipate cu elastic la mâneci pentru o potrivire sigură și confortabilă
- Material: polipropilenă de înaltă calitate, cu o greutate de 20 grame, sunt ușoare, rezistente și durabile
- Dimensiuni 115x137 cm
- Materialul neșesut asigură o barieră eficientă împotriva particulelor și fluidelor, oferind în același timp o respirabilitate adecvată pentru a menține utilizatorul confortabil pe parcursul utilizării
- Designul conceput al halatelor include legături la gât și în talie, permițând o ajustare personalizată și ușor de modificat pentru a se potrivi diferitelor forme și mărimi corporale.

### LOT 102 CALCE SODATĂ CU SISTEM CLIC 1.2 litri

UM bucată

Descriere

- De unică folosință, 1.2 l, umplut cu calce sodată
- Absorbantul CO<sub>2</sub> de unică folosință este conceput pentru a absorbi dioxidul de carbon din sistemele de respirat ale stațiilor de lucru de anestezie
- A se utiliza cu următorii agenți anestezici volatili: halotan, enfluran, isofluran, sevofluran, desfluran și oxid de azot (N<sub>2</sub>O)



**MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII**

**SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA**

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Absorbantul CO<sub>2</sub> de unică folosință se poate înlocui în timpul operației. O supapă din adaptorul CLIC închide ermetic sistemul de respirat când se deschide soclul absorbantului CO<sub>2</sub>. Ventilarea poate fi continuată fără impedimente
- Absorbantul CO<sub>2</sub> de unică folosință trebuie înlocuit de îndată ce este îndeplinită oricare dintre următoarele condiții:
  - Concentrația inspiratorie de CO<sub>2</sub> a atins aproximativ 5 mmHg
  - Aproximativ 2/3 din calcea sodată și-a schimbat culoarea în violet
  - Absorbantul CO<sub>2</sub> de unică folosință a fost utilizat timp de 4 săptămâni sau mai mult
- realizează fixarea CO<sub>2</sub>-ului din gazul respirator printr-o reacție exotermă. Hidroxizii se transformă în carbonați și apă
- Compoziția: Hidroxid de calciu, hidroxid de sodiu, etil-violet, apă
- Forma Semisferică, ø 2 la 4 mm
- Modificarea culorii De la alb în violet
- Capacitatea absorbantului (gol) aprox. 1475 mL
- Volum calce sodată aprox. 1200 mL
- Durata maximă de depozitare este de 2 ani
- Scurgeri < 5 mL/min.

**LOT 103 RECIPIENT ASPIRAȚIE VACUSMART CU GEL FĂRĂ FURTUN**

**103.1 Recipient aspirație Vacusmart cu gel fără furtun**

UM bucată

Descriere:

- Recipient aspirație Vacusmart uf
- Fără furtun de aspirare
- Cartuș de unică folosință pentru aspirație bronșică pentru vase de secreții de 700 ml. Este proiectat pentru a se potrivi unităților de aspirație Dräger
- Are un filtru hidrofob integrat care acționează ca o protecție la preaplin prin oprirea aspirației secrețiilor odată ce a fost atinsă capacitatea maximă
- Sistemul este închis și rezistent la scurgeri, are sistem de gelifiere integrat, reducând la minim riscul de contaminare încrucișată
- Agentul de gelifiere previne scurgerile, de exemplu în timpul eliminării deșeurilor. Agentul de gelifiere este fixat într-o pungă solubilă în apă
- Date tehnice:
  - Capacitate maximă: 700 ml
  - Capacitate maximă până la protecția la preaplin: 1000 ml



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Protecție la preaplin cu filtru hidrofob integrat
- Durata de utilizare recomandată: 24 ore
- Agent de gelifiere: Poliacrilat de sodiu
- Mod de ambalare: 25 bucăți cartușe de unică folosință cu gel. Se livrează multiplu de 25 de bucăți.

### 103.2 Recipient aspirație Vacusmart cu gel si furtun

UM bucată

Descriere:

- Recipient aspirație Vacusmart uf
- Este prevăzut cu furtun de aspirare
- Cartuș de unică folosință pentru aspirație bronșică pentru vase de secreții de 700 ml. Este proiectat pentru a se potrivi unităților de aspirație Dräger
- Are un filtru hidrofob integrat care acționează ca o protecție la preaplin prin oprirea aspirației secrețiilor odată ce a fost atinsă capacitatea maximă
- Sistemul este închis și rezistent la scurgeri, are sistem de gelifiere integrat, reducând la minim riscul de contaminare încrucișată
- Agentul de gelifiere previne scurgerile, de exemplu în timpul eliminării deșeurilor. Agentul de gelifiere este fixat într-o pungă solubilă în apă
- Date tehnice:
  - Capacitate maximă: 700 ml
  - Capacitate maximă până la protecția la preaplin: 1000 ml
  - Protecție la preaplin cu filtru hidrofob integrat
- Durata de utilizare recomandată: 24 ore
- Agent de gelifiere: Poliacrilat de sodiu
- Mod de ambalare: 25 bucăți cartușe de unică folosință cu gel. Se livrează multiplu de 25 de bucăți.
- Mod de ambalare: 25 bucăți cartușe de unică folosință cu gel și 25 de furtune. Se livrează multiplu de 25 de bucăți.

### LOT 104 TUB CONECTOR 50 CM FURTUN UF 15 CM

UM bucată

Descriere:

- Suport cateter CM 50, de unică folosință, 10-16 cm, extensibil, cot dublu pivotant
- Cap dublu pentru menținerea PEEP în timpul aspirației sau bronhoscopiei



**MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII**

**SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA**

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Conector 22F/15M.

### **LOT 105 DISPOZITIV DE ASPIRAȚIE ȘI TRANSFER SOLUȚII STERIL VERDE**

UM bucată

Descriere:

- Dispozitivul de aspirație și transfer, varianta verde, este proiectat pentru manipularea sigură, igienică și eficientă a soluțiilor perfuzabile.
- Echipat cu filtru antibacterian de 0.45 μm pe canalul de echilibrare a presiunilor, acesta asigură protecție sporită împotriva contaminării și menține fluxul de aer filtrat în timpul utilizării. Designul ergonomic, cu suprafață zimțuită, permite o prindere sigură și o manevrare precisă, fiind ideal pentru utilizarea în spitale, clinici și alte unități medicale
- Vârful ascuțit permite conectarea strânsă și sigură la flacoane de capacitate diferită, iar canalul de primire a canulei garantează golirea completă a recipientului. Capacul ermetic cu autoblocare protejează conectorul împotriva contaminării înainte de utilizare
- Produsul este steril, de unică folosință și respectă marcajele CE, fiind realizat la standarde înalte de calitate.

### **LOT 106 PLASTURE FIXATOR BRANULĂ**

#### **106.1 Plasture fixator branulă**

UM bucată

Descriere

- Plasture pentru fixarea branulei, dimensiune 6 x 8 cm
- Steril EO, aderent la piele, material care permite aerisirea, ambalat individual.

#### **106.2 Plasture fixator cateter venos central**

UM bucată

Descriere

- Plasture CHG mare dimensiune 10 x15 cm
- Sistem de fixare pentru terapia intravenoasă constituit dintr-un film transparent din poliuretan, acoperit cu adeziv hipoalergenic, la care este atasat un pad impregnat cu gluconat de clorhexidina (concentrație 2%), cu efect antimicrobian și calmant
- Componente:
  - hârtie de protecție din silicon
  - pad absorbant cu CHG 2%
  - strat adeziv hipoalergenic
  - zona întărită din material neșesut



**MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII**

**SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA**

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- film de poliuretan transparent
  - Securizează cateterul, fără a permite dislocarea acestuia și nu necesită alta fixare secundară
  - Plasture flexibil se aplică ușor și se îndepărtează atraumatic, fără reziduuri, fără durere
  - Stratul exterior este permeabil pentru vapori, dar impermeabil pentru bacterii și apă
  - Previne infecțiile asociate securizării cateterelor venoase centrale
  - Netoxic, neiritant pentru piele
  - Poate fi menținut pe plagă mai mult timp și reduce riscul macerării, efect bacteriostatic și fungic până la 7 zile de la aplicare
  - Aderă la pielea intactă din jurul plăgii, dar nu la suprafața plăgii. Nu necesită fixare suplimentară
- Prezintă margini rotunjite pentru prevenirea desprinderii pansamentului
- Permite monitorizarea procesului de vindecare a plăgii fără a fi îndepărtat
  - Mod de ambalare: ambalat individual și sterilizat cu oxid de etilenă (EO).

**LOT 107 MASCĂ LARINGIANĂ**

UM bucată

Descriere

- Material: silicon biocompatibil, care asigură flexibilitatea excelentă a dispozitivului
- Mărimi CH 4, CH 5
- Corp mască elastic cu descriere (dimensiune, volum manșetă, greutatea sugerată a pacientului)
- Formă eliptică, manșetă de etanșare flexibilă și conector universal, transparent: 15mm
- De unică folosință
- Fără latex, fără ftalați
- Sterilizat cu oxid de etilenă (EO)
- Mod de ambalare: ambalaj – 1 bucată/hârtie-folie.

**LOT 108 CIRCUIT ANESTEZIE CU BALON 2L**

UM bucată

Descriere:

- Circuit de anestezie de unică folosință, disponibil în culori alb/gri, este ideal pentru pacienții care necesită ventilație asistată
- Caracteristici principale:
  - balon de respirație: cu un volum de 2 litri și extractor intern care previne răsucirea, asigurând o respirație eficientă



**MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII**

**SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA**

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- conector în Y transparent: include porturi și capace, precum și un conector în cot pentru măsuratori de capnografie
- tuburi de înaltă calitate: tuburi de inspirație și expirație cu diametrul de 22 mm și lungimea de 160 cm, plus un tub suplimentar de 80 cm
- Material Sigur: Fabricat din polietilenă ondulată prin injecție, fără piese metalice, conform standardelor internaționale
- Ambalare aseptică: ambalat în camere aseptice de clasa 100.000, garantând sterilizarea produsului
- Beneficii și aplicații:
  - permeabilitate și conformitate: toate conductele și conectorii sunt testate pentru permeabilitate la gaz, conformitate și rezistență la curgere
  - biosecuritate: testat pentru a asigura siguranța pacienților, conform standardelor ISO 13485:2003 + AC:2007 și normei CE
  - versatilitate: include adaptoare suplimentare pentru conectarea ușoară la dispozitivele medicale
- Standarde și certificari: respectă cele mai înalte standarde internaționale, inclusiv: EN ISO 13485; Directiva 93/42/EEC privind dispozitivele medicale; EN ISO 9360-1, EN ISO 9360-2; EN ISO 11607-1, EN ISO 11607-2; EN ISO 11135-1; ISO 10993-7, ISO 10993-1
- Fără piese metalice și testat pentru biosecuritate.

**LOT 109 MASCĂ OXIGEN**

**109.1 Mască oxigen pentru concentrator adulți, fără rezervor**

UM bucată

Descriere:

- Mască oxigen de unică folosință, pentru pacienții adulți. Prevăzut cu elastic pentru prindere pe cap
- Material tub: polipropilenă
- Dimensiuni:
  - lungime tub 200 cm
  - masca - lungime x lățime x înălțime - adulți: 126 cm x 83 cm x 63mm
  - diametru tub 5mm
- Sterilizată cu oxid de etilenă (EO)
- Marcaj CE
- Mod de ambalare: ambalare individuală, în pungă sigilată.

**109.2 Mască oxigen pentru concentrativ adulți, cu rezervor**



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516

Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;

Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151

E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



UM bucată

Descriere:

- Mască prevăzută cu elastic pentru prindere pe cap și plăcuță metalică reglabilă
- Dispune de un adaptor pentru cuplare și de un furtun flexibil ce asigură o inhalare adecvată
- Steril
- Dimensiuni
  - lungime tub - adulți: 200 cm, volum rezervor: 1000 ml
  - masca - lungime x lățime x înălțime - adulți: 145±2 mm x 86±2 mm x 62±2 mm
  - diametrul interior 4.0±0.5 mm
  - diametrul exterior 6.0±0.5mm.
- Marcaj CE.

#### 109.3 Mască cu rezervor aerosoli (nebulizator)

UM bucată

Descriere:

- Mască de oxigen cu nebulizator pentru adulți, sterilă, lungime tub 200 cm
- Dispozitiv de nebulizare transparent pentru substanța medicamentoasă
- Capacitatea dispozitivului de nebulizare este de 6 ml și este gradat pentru măsurarea medicației
- Dispozitivul de nebulizare poate fi utilizat și în poziție culcat și este prevăzut cu piciorușe pentru o stabilitate foarte bună, este închis ermetic, pentru minimalizarea volumului rezidual, pentru reducerea pierderii de medicament
- Material: PVC cu densitate fermă care menține forma anatomică, transparent, de uz medical
- Elongate, se potrivesc anatomiei umane
- Tub conector de 200 cm lungime. Flexibilitate bună a tubului, nu permite cudarea
- Clip nazal (întăritură metalică) pentru o fixare optimă și elastic ajustabil pentru prindere pe cap
- Sterilizare EO
- Marcaj CE
- Mod de ambalare: ambalaj unitar steril din polietilenă.

#### 109.4 Mască ventilație reutilizabilă adulți

UM bucată

Descriere:

- Măscă termostabilă este concepută pentru terapia cu ventilație neinvazivă
- Deoarece măscă acoperă nasul și gura, oferă o terapie eficientă, chiar și în cazul respirației pe gură
- Măștile pentru întreaga față sunt destinate utilizării la mai mulți pacienți



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Ele pot fi dezinfectate termic, cu abur fierbinte la o anumită temperatură, sau chimic, cu dezinfectanții menționați.

**LOT 110 CONECTOR TUBING UMIDIFICATOR**

UM bucată

Descriere:

- Furtunul Adaptor pentru Bol umidficator/concentrator oxigen este realizat cu un conector cu nervuri pentru a oferi o fixare sigură și confortabilă fără a deteriora conectorii
- Tubul de conectare se poate potrivi la majoritatea bolurilor, cu o conexiune de tip surub
- Transparența furtunului va permite să evaluați eficacitatea terapiei de oxigen, în cazul în care s-ar produce blocaje sau ruperi în interiorul tubului
- Dimensiune: lungime 40 cm
- Caracteristici:
  - conector cu nervuri
  - culoare transparentă;
  - tuburi cu trei canale
  - suprafața tubului exterior: netedă
  - tip Lumen: 3 canale
- Indicator fără latex: nu este fabricat cu latex din cauciuc natural
- Mod de ambalare: 1 Conector tub umidficator/pachet.

**LOT 111 BARBOTOR OXIGEN PREUMPLUT CU APĂ STERILĂ 350 ML**

UM bucată

Descriere:

- Barbotorul este prevăzut cu conector standard de unică folosință
- Volum aproximativ: 350 ml
- De unică folosință
- Apă distilată apirogenă.

**LOT 112 FILTRU ANTIBACTERIAN**

UM bucată

Descriere:

- Filtru antibacterian ce protejează unitatea de aspirație împotriva contaminării
- Filtrare bacteriana: 99.999%
- Filtrare virală: 99.999%
- Material: Acryl



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Durata recomandată de folosire: 7 zile
- Metoda de filtrare: hidrofobică HEPA
- Compatibil cu aparatele de anestezie Dräger.

**LOT 113 ASPIRATOR MANUAL DE SECREȚII PORTABIL**

UM bucată

Descriere:

- Pompa de aspiratie manuală de urgență este o unitate portabila care poate fi manevrată cu o singură mână și permite folosirea celeilalte mâini la alte activități importante
- Permite aspirarea secrețiilor căilor respiratorii rapid și eficient, în cazuri de urgență
- Dimensiuni: 180 mm x 220 mm x 80 mm
- Specificații tehnice:
  - vid (max): 450 mmHg
  - volumul recipientului de unică folosință: 300 ml
  - fluxul de vârf al aerului: 20 L/min
  - diametrul extern al cateterului de conexiune: 13 mm
- Se poate atașa orice cateter steril standard de aspirație
- Diametrul extern al capacului: 17 mm
- Temperatura mediului de operare: -18°C ~ +50°C
- Temperatura mediului de depozitare: -20°C ~ +60°C
- Greutate neta: 275 g
- Accesorii incluse in setul de livrare:
  - pompa de mână reutilizabilă
  - tuburi flexibile de unică folosință adulți și copii
  - recipient colectare 300 ml.

**LOT 114 SCUTEC ADULȚI**

**114.1 Scutec adulți L**

UM bucată

Descriere:

- Cu benzi adezive
- Mărime L
- Cu absorbție mare
- Hipoalergenici
- Capacitate de absorbție: 3200ml



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516

Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;

Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151

E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Numar de picături: 9.

**114.2 Scutec adulți XL**

UM bucată

Descriere:

- Cu benzi adezive
- Mărime XL
- Cu absorbție mare
- Hipoalergenici
- Capacitate de absorbție: 3200ml
- Numar de picături: 9.

**114.3 Scutec adulți XXL**

UM bucată

Descriere:

- Cu benzi adezive
- Mărime XXL
- Cu absorbție mare
- Hipoalergenici
- Capacitate de absorbție: 3200ml
- Numar de picături: 9.

**114.4 Scutec adulți chilot**

UM bucată

Descriere:

- Ajustare perfectă pe corp (banda elastică în jurul taliei, pe toata suprafața)
- Îndepartare ușoară (prin ruperea cusăturii din lateral)
- Dimensiuni: 120 cm – 160cm
- Confort deosebit (suprafață moale, delicată, ce nu fosneste)
- Capacitate mare de absorbție și protecție împotriva scurgerilor laterale
- Suprafața permite pielii să respire
- Risc minim de apariție a reacțiilor alergice.

**LOT 115 TRUSĂ TRANSFUZIE CU AC DE PLASTIC**

UM bucată

Descriere:

- Trusă de transfuzie sânge cu ac de plastic
- Ac/canulă de plastic pentru introducerea în recipientul cu soluție transfuzabilă



**MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII**

**SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA**

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Camera transparentă de picurare a soluției, cu pereți flexibili și filtru pentru lichide
- Dispozitiv (roler) din polietilenă pentru reglarea debitului de transfuzie și a ritmului de picurare
- Tub de transfuzie de lungime 180 cm, transparent și rezistent la cudare
- Trusa de transfuzie prezintă ac hipodermic G18
- Regulator de debit al soluției: 1 ml = 20 picături
- Sterilizare cu Oxid de Etilena (EO).

### **LOT 116 VÂRFURI PIPETĂ 5-350μL**

UM cutie

Descriere:

- Vârfuri pipeta cu volum de 5-350 μl.

### **LOT 117 CAPCANĂ APĂ APARAT ANESTEZIE**

UM bucată

Descriere:

- Capcană de apă de unică folosință pentru separarea apei din furtunul de eșantionare a monitoarelor pentru pacient
- Pentru protecția monitorului pentru pacient și a modulului de măsurare a gazului prelevat la pacient față de apă, bacterii și virusuri
- Este compatibilă cu toate stațiile de lucru de anestezie
- Principiul de funcționare: cu ajutorul a 2 membrane hidrofobe, condensul este reținut iar modulul de măsurarea a gazului la pacient este protejat. Pentru a mări securitatea sistemului de măsurare a gazului, 2 elemente de filtrare cu autoetansare care se închid și își modifică culoarea în albastru la contactul cu apa sunt poziționate în fluxul de gaz.

### **LOT 118 FIR CAPNOGRAF**

UM bucată

Descriere:

- Linii de eșantionare, de unică folosință
- Acest produs poate fi folosit pentru monitorizarea agenților anestezici, CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub> și N<sub>2</sub>O
- Materialul din care este confecționat asigură indicarea corectă a concentrațiilor tuturor gazelor, inspiratorii și expiratorii: oxigen, dioxid de carbon, oxid de azot, agenți anestezici volatili
- Permite afișarea corectă a curbelor în timp real pentru toate concentrațiile și detectează și separă corect fazele respirației



**MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII**

**SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA**

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Liniile de eșantionare asigură un profil al curgerii turbulent și permite astfel separarea corectă a fazelor respirației. Acest lucru este posibil datorită diametrului interior corect al liniilor și datorită structurii materialului stratului interior
- Agenții anestezici volatili difuzează în majoritatea materialelor plastice, și dacă linia de eșantionare ar fi făcută din plastic normal, agenții anestezici ar difuza în material, ca într-un burete, determinând valori incorecte ale măsurătorilor
- Au un strat interior de material care nu permite absorbția agenților anestezici volatili și astfel conferă măsurători precise. De asemenea, materialul interior întărește și protejează de îndoire linia de eșantionare, evitând alarmele cauzate de îndoirea, blocarea sau existența scurgerilor pe linia de eșantionare:

**LOT 119 CATETER VENOS CENTRAL CU 3 CĂI**

UM bucată

Descriere

- Setul de cateterizare venoasă centrală cu dublu lumen este destinat utilizării profesionale în mediul spitalicesc, fiind ideal pentru canularea vaselor mari prin metoda Seldinger
- Conținutul complet și sterilizarea cu oxid de etilena (EO) îl fac potrivit pentru intervenții rapide și sigure
- Un set conține:
  - cateter dublu lumen 5F – 11F
  - ac de punctie 18G – 19G
  - piesa de ghidare (48 cm și 60 cm)
  - bisturiu chirurgical
  - seringi de 5 ml și 10 ml
- Sterilizat EO (oxid de etilenă)
- De unică folosință
- Mod de ambalare: individual.

**LOT 120 FILTRE MECANICE**

UM bucată

Descriere

- Filtru mecanic de unică folosință, cu spațiu mort de 55 ml
- Filtru prezintă un format intuitiv de notare a zilei și orei de montare la pacient, prin bifarea acestor date pe suprafața lui



**MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII**

**SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA**

CUI 2491516

Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;

Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151

E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Are performanță HEPA, prezintă certificat EN 1822 – HEPA, cu o eficiență foarte mare de filtrare (bacteriană: 99.999%, virală: 99.999%) și poate fi aplicat fie pe partea dinspre aparat, fie pe partea dinspre pacient a sistemului
- Este hidrofob și este ideal pentru a fi folosit în circuitele de respirație ce conțin un grad mare de umiditate (de exemplu în timpul anesteziei sau în timpul ventilației cu umidificare activă)
- Mediul de filtrare este din hârtie cu fibră de sticlă
- Pătrunderea apei prin filtru se face la o presiune de minim 106 mbar
- Este echipat cu un conector Luer-Lock pentru prelevarea de gaz, amplasat în partea superioară a filtrului, la 45 de grade, pentru un acces facil al personalului medical
- Conectorul luer are capac pentru a împiedica căderea oricărei piese libere în sistemul de ventilație
- Carcasa transparentă permite vizualizarea și inspectarea pe durata utilizării
- Ușor și repede de identificat datorită codurilor de culoare și etichetelor colorate
- Conectorii standardizați asigură conectarea corespunzătoare și ușoară cu alte componente ale circuitului de ventilație.
- Volum tidal recomandat: 300 to 1500 ml
- Rezistența:  $\leq 2.0$  mbar at 30 l/min
- Durata maximă de utilizare: 24 ore
- Greutate maximă de 21 grame, pentru a diminua tensiunea de la piesa Y
- Nu conține PVC, latex, DEHP, plumb, poliester, poliuretan
- Filtrul poate fi folosit cu următoarele gaze și agenți anestezici: sevofluran, halotan, desfluran, isofluran, enfluran
- Prezintă documente de atestare a compatibilității cu ventilatoarele mecanice sau cu aparatele de anestezie.

**LOT 121 SENZOR FLUX APARAT ANESTEZIE**

UM set

Descriere:

- Senzor de debit cu fir cald folosit pentru măsurarea debitului volumetric al gazului în aparatele de anestezie și de ventilație . Poate fi dezinfectat dar nu sterilizat
- Senzorul de debit este testat în privința compatibilității de sistem și aprobat pentru utilizarea cu toate aparatele de anestezie și de ventilație
- Măsurarea debitului se bazează pe principiul de măsurare al anemometriei cu fir cald. Anemometria cu fir cald este un procedeu de măsurare termică în cadrul căruia firele de măsurare ale senzorului de debit sunt menținute la o temperatură înaltă constantă. Cu cât



**MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII**

**SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA**

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



debitul este mai mare, cu atât este necesară mai multă energie pentru menținerea unei temperaturi înalte constante. Rata debitului poate fi calculată în consecință prin cantitatea de energie consumată

- Senzorul de debit poate fi folosit cu următorii agenți anestezici: sevofluran, halotan, desfluran, isofluran, enfluran
- Senzorul are un transponder integrat care poate comunica cu aparatele de anestezie.
- Mod de ambalare : 5 bucăți/set; se livrează la set.

**LOT 122 FILTRE APARAT ANESTEZIE SI HME**

UM bucată

Descriere:

- Filtru electrostatic și HME (schimbător de căldură și umiditate), unică folosință, spațiu mort 55 ml.
- Filtru pentru circuitele de ventilație ce include și schimbător de căldură și umiditate (HME) cu o mare eficiență de filtrare (bacteriană: 99.99%, virală: 99.9%) și cu o mare performanță de umidificare (pierderea de umiditate:  $\leq 9.4$  mg/l la VT = 500 ml) (umidificare:  $\geq 34.6$  mg/l at VT = 500 ml)
- Volum intern 55 ml.
- Pierderi la 70mbar (ml/min) <15
- Complianța la 60mbar <1
- Complianța la 30mbar <1
- Rezistența la 2,5 L/min  $\leq 0,3$
- Rezistența la 5 L/min  $\leq 0,3$
- Rezistența la 15 L/min  $\leq 0,7$ .

**LOT 123 FILTRE OXIGEN APARAT ANESTEZIE**

UM bucată

Descriere:

- Capsulă de senzor de oxigen ce funcționează ca sisteme electrochimice ce masoară presiunea parțială a oxigenului. Funcționează pe principiul celulei galvanice
- Senzorul de oxigen joacă un rol vital în monitorizarea pacienților ventilați, el măsurând continuu conținutul de oxigen din aerul respirat
- a fost testat și adaptat să lucreze perfect cu aparatele de anestezie, minimizând astfel riscurile pentru utilizatori și pacienți



**MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII**

**SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA**

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Senzorul asigură cele mai ridicate niveluri posibile de acuratețe, durabilitate, fiabilitate și funcționalitate
- Intervalul de măsurare: 0 pana la 100 Vol. % oxigen
- T10-90 timp de raspuns: 20 sec.
- Oferă compatibilitate 100% cu aparatele si se supune tutuor cerințelor naționale și internaționale.

**LOT 124 GAROU**

UM bucată

Descriere:

- Material: cauciuc-bumbac
- Dimensiuni:
  - lungime: 40 cm
  - lățime: 3 cm
- Sistem de blocare într-un singur punct: deblocare rapidă.

**LOT 125 TUB, LINIE EXTENSIE, 150 CM LUNGIME**

UM bucată

Descriere:

- Linia de extensie este concepută pentru a conecta sursa perfuziei (exemplu, trusa de perfuzie sau seringă 50ml din infuzomat) cu zona de perfuzat (de exemplu, branula), pentru a extinde distanța dintre acestea
- Este dotată cu conectori lock feminin și masculin cu un unghi de conexiune de 6% pentru a evita pierderi de lichid și infecții ulterioare
- Tubulatura din PVC are o lungime de 150 cm și este translucidă pentru a monitoriza eventuala trecere accidentală a aerului prin aceasta. Este moale, rezistentă la lovituri accidentale, aspect “inghețat”. Diametrul interior este de 3.0 mm, iar cel exterior de 4.1mm
- Este rezistentă la presiune ridicată a perfuziei de 4.5 bar (60psi)
- Mod de ambalare: produsul este steril, în ambalaj individual prevăzut ventral cu bandă hârtie permeabilă unidirecțional la etilenoxid, pentru siguranță crescută a sterilizării și manipulare facilă.

**LOT 126 TUB PRELUNGITOR PENTRU OXIGEN STERIL 426 CM**

Descriere :



**MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII**

**SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA**

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Tub cu secțiune în formă de stea, rezistent la îndoire, cu benzi de ranforsare pe întreaga lungime
- Lungime 426 cm.
- Material: PVC transparent, netoxic
- Conectori standardizați la capătul tubului, care permit conectarea la dispozitivele de oxigen
- De unică folosință
- Fără latex
- Sterilizat cu EO
- Mod de ambalare: 1 bucată/hârtie-folie.

**LOT 127 CONECTOR FIX PENTRU CANULĂ NAZALĂ/FURTUN**

UM bucată

Descriere:

- Utilizat pentru conectarea tubulaturii
- Prevăzut cu 2 capete "tata".

**LOT 128 DISCOFIX C-3 CU TUB PRELUNGITOR DE 10 CM ALBASTRU**

UM bucată

Descriere:

- Robinet cu 3 căi cu prelungitor pentru conectarea cu branula și dispozitivul pentru ser, pentru administrarea a două lichide/substanțe sau medicamente simultan
- Rezistență la o presiune de max. 3-4 bar
- Rezistență la solicitările mecanice și la substanțele medicamentoase agresive (ex.lipide), eliminând astfel riscul de fisurare a robinetului, contaminarea sau embolismul aerian
- Prelungitor cu lungimea de 10 cm prevăzut cu conector luer lock și căpăcel de protecție
- Robinetul cu 3 căi prezintă:
  - canale de curgere cu diametru constant, ce asigură o curgere laminară pentru măsurarea cu precizie a presiunii
  - conector cu posibilitate de mișcare atât în planul axial, cât și în planul radial al lui - permite o cuplare rapidă și sigură la sistemul de perfuzie
- De unică folosință, steril
- Culoare albastră.

**LOT 129 CARESITE CU TUB PRELUNGITOR ÎN Y PENTRU PERFUZIE**

UM bucată



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



Descriere:

- Linie de extensie în Y cu tub de calibru mic (1,3 mm) și lungimea de 18 cm
- Prevăzută cu 2 conectoare universale de tip needle-free cu valvă de silicon cu dislocare pozitivă și un conector Spin-Lock
- Linia de extensie este folosită pentru acces vascular (administrare medicamente sau prelevare sânge).

**LOT 130 GEL ECOGRAFIE**

UM bucată

Descriere:

- Compoziție: conține apă deionizată, carbomer, trietanolamină și monopropilenă
- Volume: 250 ml, 1000 ml, 5000 ml
- Textura optimă: datorită vâscozității ridicate și tehnologiei de vid utilizate în producție, gelul nu dăunează dispozitivelor și nu se scurge în exces
- Confort la aplicare: hipoalergenic, inodor, solubil în apă și ușor de curățat, fără reziduuri uleioase sau lipicioase
- Siguranță maximă: nu conține formaldehidă, sare sau substanțe toxice, fiind potrivit pentru toate tipurile de piele
- Transparent.

**LOT 131 BRĂȚARĂ IDENTIFICARE**

UM bucată

Descriere:

- Material plastic cu prindere capsă reglabil
- Culoare albă
- Eticheta care se poate completa cu pixul cu: nume, sex, vârsta, salon, pat, dată
- Lungime 24,5 cm.

**LOT 132 ROLĂ CEARȘAF MEDICAL U.F.**

UM bucată

Descriere:

- Rolele cearșaf din hârtie medicală sunt produse din celuloză 100%, gofrată. Ele sunt concepute pentru a oferi o suprafață curată și igienică în diferite medii medicale și de îngrijire a sănătății sau în diferite terapii



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Rola de cearșaf medical de hârtie oferă protecție patului dar și pacientului, împiedicând răspândirea microbilor și a bacteriilor
- Hârtia trebuie să fie rezistentă la rupere, fiind prevăzută cu perforații din loc în loc.

**LOT 133 ȘORT POLIETILENĂ SERVIT MASA U.F.**

UM bucată

Descriere:

- Șorturile din polietilenă de unică folosință sunt echipamente de protecție esențiale, concepute pentru a asigura o barieră eficientă împotriva lichidelor și a murdăriei
- Material: 100% polietilenă, impermeabilă și ușoară
- Dimensiuni standard: 80x125 cm, 69x107 cm
- Grosime variabilă, de exemplu 0,018 mm sau 15 microni
- Sunt utilizate pe scară largă în industria alimentară, spitale, farmacii și laboratoare și sunt prevăzute cu sistem de prindere la gât și spate
- Disponibile în variante precum alb, albastru sau transparente
- De unică folosință.

**LOT 134 BONETE ȘAMPON ȘI BALSAM PENTRU SPĂLAT PĂR**

UM bucată

Descriere:

- Boneta este confecționată din material moale și este prevăzută cu elastic
- Utilizată pentru igienă revigorantă, fără apă
- Dimensiuni: diametru 30 cm, toleranță +/- 3%
- Conține glicerină, suc de frunze Aloe Vera, Panthenol. Varianta parfumată
- Protejează pielea și elimină mirosurile neplăcute
- Fără clatire, fără alcool
- De unică folosință
- Formulă non-iritantă, hidratantă, cu pH neutru. Fără latex.

**LOT 135 CANULĂ SPIKE**

UM bucată

Descriere:

- Ușor de utilizat, formă ergonomică
- Corp cu suprafață moletată pentru o prindere sigură



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516

Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;

Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151

E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Vârful de recepție ascuțit care permite conectarea stransă și sigură cu containerele de capacitate diferită
- Capac ermetic cu autoblocare care asigură conectorul împotriva contaminării
- Fără latex, PVC și ftalați
- Apirogenă, de unică folosință.

### **LOT 136 HÂRTIE EKG**

#### **136.1 Hârtie EKG MAC 2 GE Healthcare**

UM bloc

Descriere:

- Hârtia ECG GE MAC este proiectată pentru utilizare cu sistemele ECG MAC 2000, MAC 1200, MAC 1600 și MAC 5 și asigură o înregistrare precisă a curbei
- Grila are o lățime de 200 mm
- Hârtia ECG format A4, pliată tip acordeon și cu desprindere pe bloc, are o durabilitate ridicată pentru arhivare, iar greutatea medie asigură o tipărire ușoară
- Condiții de arhivare: temperatură < 25°C; umiditate < 70%
- 1 bloc A4 cu 150 de foi sau 1 bloc A5 cu 20 de foi
- Mod de ambalare: 150 foi/bloc A4 și 20 foi/bloc A5.

#### **136.2 Hârtie EKG Bionet model Cardiotouch 3000**

UM rolă

Descriere:

- Hârtie compatibilă exclusiv cu aparatul CardioTouch 3000 sau echivalent certificat de producător
- Rezistență la decolorare, cu contrast ridicat
- Dimensiuni și formă conform standardului aparatului: 210 mm x 20 m
- Material: hârtie termică medicală
- Etichetare în limba română sau engleză.

#### **136.3 Hârtie EKG MAC 2 GE Healthcare**

UM top

Descriere:

- Hârtie compatibilă exclusiv cu aparatul MAC 2 sau echivalent certificat de producător
- Rezistentă la decolorare, cu contrast ridicat
- Dimensiuni: conform specificațiilor aparatului: 210 mm x 30 m
- Material: hârtie termică medicală
- Etichetare în limba română sau engleză.



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516

Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;

Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151

E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



### **136.4 Hârtie EKG Comen CM 300**

UM bucată

Descriere:

- Compatibilă cu aparatul Comen CM 300
- Dimensiune lățime 80m, lungime 20 m
- Caroiaj roșu
- Mod de ambalare: 5 role/ambalaj.

### **136.5 Hârtie EKG Comen CM 1200A**

UM rolă

Descriere:

- Compatibilă cu aparatul Comen CM 1200A
- Dimensiune lățime 210 mm, lungime 30 m
- Tip rolă, termal
- Caroiaj roșu
- Mod de ambalare: 5 role/ambalaj.

### **LOT 137 TĂVIȚĂ RENALĂ UNICĂ FOLOSINȚĂ**

UM bucată

Descriere:

- Taviță renală de unică folosință, în formă de rinichi din celuloză reciclată cu impermeabilizare adăugată, suprafață netedă
- Dimensiuni: lungime 25cm, înălțime 4 cm, lățime 14 cm
- Produsul poate fi utilizat la transportul instrumentarului necesar tratamentelor, pansamentelor, medicamentelor dar poate fi utilizat și pentru colectarea deșeurilor rezultate în urma tratamentelor
- Este recomandat ca produsul să fie pastrat într-un loc uscat
- Rezistent la fluide aproximativ 4 ore.

### **LOT 138 SONDĂ NAZO-GASTRO-DUODENALĂ LEVIN**

UM bucată

Descriere:

- Vizibilitate la Raze-X de-a lungul corpului - linie radioopacă
- Mărimi: CH14, CH16, CH18
- Atraumatic
- Cu orificii mari laterale



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Material: PVC cu grad înalt de puritate
- Lungimea sondei 120 cm
- Cu marcaje de măsurare a adâncimii
- Nepirogenic, netoxic
- Mod de ambalare: ambalată individual, sterilă.

**LOT 139 SONDĂ FAUCHER CH 28**

UM bucată

Descriere:

- Sondă stomacală Faucher, sterilă, de unică folosință, prevăzută cu linie radiopacă și cu vârf atraumatic închis în capăt cu orificii laterale
- Capătul proximal este moale pentru a nu produce leziunea mocoasei, iar capătul distal al sondei este prevăzută cu un conector luer colorat (conectori conform codului culorilor)
- Material : PVC elastic
- Mărime CH 28
- Sonda este rezistentă la răsucire și prezintă marcaj de adâncime la 450, 550, 650, 750 mm de la capătul distal.

**LOT 140 ANSE STERILE 1 MICROLITRU ÎMPACHETATE INDIVIDUAL**

UM bucată

Descriere

- Material: polistiren
- Volum ansă: 1 microlitru
- Transparentă
- Mod de ambalare: ambalată individual, sterilă.

**LOT 141 CANULĂ RECTALĂ UNICĂ FOLOSINȚĂ PT. IRIGATOR**

UM bucată

Descriere:

- Lungime: 30 cm
- Dimensiune: Fr 30
- Prevăzută cu 2 orificii
- Compatibil cu majoritatea irigatoarelor
- Produs steril de unică folosință.



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



### **LOT 142 PIPETE PASTEUR STERILE 3 ML**

UM bucată

Descriere:

- Pipete Pasteur sterile, pentru uz în microbiologie
- Volum 3 ml
- Mod de ambalare: ambalate individual, steril.

### **LOT 143 EPRUBETE PLASTIC CU DOP 10ML**

UM bucată

Descriere:

- Eprubete din plastic cu dop, special concepute pentru recoltarea urinei în vederea efectuării sumarului de urină
- Material: plastic transparent, rezistent
- Dimensiuni: lungime 100 mm, diametru interior 16 mm
- Volum 10 ml
- Produs nesteril.

### **LOT 144 ANSE STERILE DE UNICĂ FOLOSINȚĂ 1 $\mu$ L**

UM bucată

Descriere:

- Anse sterile de unică folosință, pentru uz în microbiologie, pentru inocularea mediilor de cultură
- Culoare: galbene sau verzi
- Ansele sunt prevăzute cu un ac la un capăt și o blucă de 1  $\mu$ l la celălalt capăt
- Suprafață ultrafină
- Nu taie mediul în timpul însămânțării și nu produce indentații pe suprafața mediilor de cultură.

### **LOT 145 LAMELE MICROSCOP**

#### **145.1 Lamele microscop 24 x 24 mm**

UM bucată

Descriere:

- Lame de sticlă pentru microscop destinate preparării probelor pentru examinare microscopică
- Realizate din sticlă de calitate optică, ultratransparentă, fără defecte vizibile
- Dimensiuni: 24 x 24 mm, grosime 0.13 – 0.17 mm
- Margini rotunjite pentru siguranță în utilizare; suprafață netedă și finisată
- Compatibilă cu tehnicile standard de microscopie



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Pre-spălate
- De unică folosință.

**145.2 Lamele microscop 24 x 50 mm**

UM bucată

Descriere:

- Lame de sticlă pentru microscop destinate preparării probelor pentru examinare microscopică
- Realizate din sticlă de calitate optică, ultratransparentă, fără defecte vizibile
- Dimensiuni: 24 x 50 mm, grosime 0.13 – 0.17 mm
- Margini rotunjite pentru siguranță în utilizare; suprafață netedă și finisată
- Compatibilă cu tehnicile standard de microscopie
- Pre-spălate
- De unică folosință.

**LOT 146 LAME DE STICLĂ 76 x 26 x 1.2 MM**

UM bucată

Descriere:

- Lame de sticlă destinate utilizării în laborator pentru prepararea probelor microscopice
- Realizate din sticlă transparentă, de calitate optică
- Dimensiuni: 76 x 26 mm, grosime 1.2 mm
- Compatibile cu echipamentele standard de laborator
- Prevăzute cu cap mat pentru inscripționare
- Suprafață netedă și transparentă, fără defecte vizibile
- Margini finisate, pentru manipulare în siguranță
- Pot fi sterile sau nesterile
- Cap mat: da.

**LOT 147 LAME MICROTOM**

UM bucată

Descriere:

- Lame microtom profil îngust (teflon).
- Lame pentru tăiat la microtom de unică folosință din oțel inox, pentru țesuturi moi și dure, teflonate, profil îngust
- Dimensiuni 77 x 8mm.

**LOT 148 CASETE DE PROCESARE BIOPSIE/MICRO- ȘI ENDOBIOPSIE**



**MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII**

**SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA**

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



### **148.1 Casete, 28.5 x 41 x 6.5mm**

UM bucată

#### **Descriere**

- Casete pentru procesare biopsii foarte mici (tip "varf de ac")- 1676 orificii pătrate de 0.38mm (elimină necesitatea folosirii burețelilor). Capacul este prins de caseta prin balama
- Casetele sunt realizate din Polioximetilen poliactal pentru rezistența chimică bună
- Dimesiuni: 28.5 x 41 x 6.5cm. Dimensiunile găurilor sitei: 0,38 mm. - folosite pentru biopsii tip "varf de ac"
- Se pot folosi în imprimante automate de casete și în procesatoare de țesuturi
- Marcaj CE.

### **148.2 Casete albe, 39 x 28 x 7.5mm**

UM bucată

#### **Descriere**

- Casetele de includere la parafină sunt realizate din poliactal, rezistent la solvenții histologici.
- Dimensiuni casetă: 39 x 28 x 7.5 mm
- Perforațiile rectangulare permit maximizarea schimbului de lichid și asigură scurgerea corespunzătoare. Designul unic permite fixarea cu toate adaptoarele plăcilor de fixare a microtoamelor. Capacele pot fi deschise și închise ori de câte ori este nevoie, fără a se slabi. Casetele dispun de o zonă pentru notare și etichetare, înclinată la 45°, în partea frontală. Casetele sunt de culoare alb.

### **LOT 149 PARAFINĂ HISTOLOGICĂ TIP FULGI**

UM pungă

#### **Descriere**

- Parafină pentru histologie, cu polimer, tip fulgi
- Punct de topire 56-58 grade celsius
- Mod de ambalare: Pungă de 2.5 kg

### **LOT 150 MICROTUB EPPENDORF**

#### **150.1 Microtub Eppendorf 1,5 ml**

UM bucată

#### **Descriere:**

- Material: plastic
- Volum 1,5 ml.

#### **150.2 Microtub Eppendorf 0,5 ml**



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516

Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;

Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151

E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



UM bucată

Descriere:

- Material: plastic
- Volum 0,5 ml.

### **LOT 151 VÂRF PIPETĂ TIP EPPENDORF CU GULER**

#### **151.1 Vârf pipetă tip Eppendorf cu guler, 0-200 µl**

UM bucată

- Vârf pipetă tip Eppendorf cu guler
- Volum: 0-200 µl (microlitri)
- Culoare: galben
- Se potrivesc perfect pe pipetele Eppendorf, asigurând o etanșeitate perfectă și o pipetare precisă.

#### **151.2 Vârf pipetă tip Eppendorf cu guler, 200-1000 µl**

UM bucată

- Vârf pipetă tip Eppendorf cu guler
- Volum: 200-1000 µl (microlitri)
- Culoare: albastru
- Se potrivesc perfect pe pipetele Eppendorf, asigurând o etanșeitate perfectă și o pipetare precisă.

### **LOT 152 MĂNUȘI TOALETARE PACIENȚI**

UM pachet

Descriere:

- Mănușa este fabricată dintr-un material moale (PES și vâscoză)
- Dimensiuni: 17 x 24 cm
- Mănuși cu pH de 4-4,5
- Conțin Aloe Vera, dimeticonă și Panthenol
- Fără latex, fără alcool, fără uree
- Parfumate
- Se pot utiliza pentru spălare ambele fețe
- Moale, confortabilă, impermeabilă
- Pentru uz extern.

### **LOT 153 URINAR BĂRBAȚI**



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516

Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;

Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151

E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



UM pachet

Descriere:

- Material: carton gri
- Rezistent la apă
- Capacitate: 0.85 litri (urinarul)
- Biodegradabil
- Realizat cu hârtie de ziare noiși neetichetat, tratată cu apă și rășini naturale.

**LOT 154 PLOSCĂ MEDICALĂ UNICĂ FOLOSINȚĂ**

UM pachet

Descriere:

- Material: carton gri
- Rezistentă la apă
- Capacitate : 1.70 litri (plosca)
- Biodegradabilă
- Realizată cu hârtie de ziare noiși neetichetate, tratată cu apă și rășini naturale.

**LOT 155 TAMPON DEZINFECTANT**

UM bucată

Descriere:

- Comprese - tamponi impregnate cu alcool pentru dezinfectarea tegumentului înainte de puncție/recoltare
- Compresa (tamponul) este din material neșesut, pliată în două, cu dimensiunea de 3 x 3 cm (desfașurată 60 x 30 mm)
- Impregnată cu alcool izopropilic 70 %
- Compresa (tamponul) este ambalat individual și este utilizat pentru curățarea sau dezinfectarea pielii
- De unică folosință.

**LOT 156 ROBINET CU 3 CĂI STERIL**

UM bucată

Descriere :

- Robineți cu 3 căi pentru lipide
- Ideali pentru administrarea sigură și controlată a soluțiilor lipidice în mediu medical
- Instrumente sterile, ușor de utilizat și compatibile cu sistemele standard de perfuzie



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Compatibili cu majoritatea sistemelor de perfuzie utilizate în practica medicală
- Steril, de unică folosință
- Permite schimbarea facilă a direcției de administrare
- Design ergonomic pentru manipulare ușoară și rapidă.

**LOT 157 TRUSĂ MENGHINI PENTRU BIOPSIE HEPATICĂ**

UM bucată

Descriere:

- Trusa de biopsie hepatică Menghini de unică folosință
- Trusa include seringă, canulă de biopsie, bisturiu, ac pentru soluție salină
- Marginea ascuțită a canulei asigură întotdeauna mostre abundente
- Dopul interior special previne intrarea specimenului bioptic în seringă
- Prevăzută cu dispozitiv special de blocare cu auto-arcuri asigură o siguranță absolută împotriva detașării accidentale a pistonului de seringă.

**LOT 158 PANTALONI CU GAURĂ PENTRU COLONOSCOPIE**

UM bucată

Descriere:

- Material: propilenă nețesută 40 g/m<sup>2</sup>
- Boxeri cu o fantă în partea din spate
- Dimensiune universală
- Steril, de unică folosință.

**LOT 159 APLICATOR FLEXIBIL TIP FIAPC**

**159.1 Aplicator flexibil tip FIAPC, formă axială**

UM set

Descriere

- Aplicator flexibil tip FIAPC, cu filtru bacterian integrat
- Dimensiuni: 2,3 mm, lungime 2,2 m
- Funcție de recunoaștere a instrumentului la conectare, formă axială
- Instrument de unică folosință.

**159.2 Aplicator flexibil tip FIAPC, formă laterală**

UM set

Descriere

- Aplicator flexibil tip FIAPC, cu filtru bacterian integrat



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Dimensiuni: 2,3 mm, lungime 2,2 m
- Funcție de recunoaștere a instrumentului la conectare, formă laterală
- Instrument de unică folosință.

**LOT 160 CLIP HEMOSTAZĂ ENDOSCOPICĂ**

UM set

Descriere:

- Rotabil, repositionabil
- Sistem de acționare tip push-pull
- Unghi de deschidere  $\geq 135^\circ$
- Dimensiuni clip disponibile: 4–9 mm
- Utilizare pentru hemostază, marcare și închiderea defectelor mucozale
- Compatibil cu endoscoapele din dotarea unității sanitare.

**LOT 161 AC SCLEROTERAPIE**

UM bucată

Descriere:

- Unică folosință
- Compatibil canal de lucru  $\geq 2,8$  mm
- Lungime cateter  $\geq 2300$  mm
- Calibru ac 23G ( $\pm$  toleranțe uzuale)
- Lungime ac  $\sim 5$  mm
- Compatibil cu endoscoapele din dotarea unității sanitare.

**LOT 162 SONDĂ COAGULARE BIPOLARĂ**

UM bucată

Descriere:

- Utilizare pentru hemostază digestivă
- Canal de irigare integrat
- Vârf atraumatic
- Diametru teacă  $\leq 7$  Fr
- Lungime  $\geq 300$  cm
- Compatibil canal de lucru  $\geq 2,8$  mm.

**LOT 163 CLIP PREÎNCĂRCAT DESCHIDERE 16 MM**



**MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII**

**SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA**

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



UM bucată

Descriere:

- Deschidere maximă  $\geq 16$  mm
- Rotire 360°
- Repoziționabil cu posibilitate de redeschidere înainte de eliberare
- Lungime cateter  $\geq 230$  cm
- Compatibil cu endoscoapele din dotarea unității sanitare.

**LOT 164 CLIP DIN NITINOL TIP OVESCO (OTSC)**

UM bucată

Descriere:

- Compresie radială circumferențială
- Diametru clip  $\sim 11$  mm
- Sistem complet de aplicare (cap + mecanism declanșare)
- Compatibil cu endoscoape cu diametrul exterior corespunzător.

**LOT 165 APLICATOR CLIPURI REUTILIZABIL**

UM bucată

Descriere:

- Lungime  $\geq 2300$  mm
- Compatibil canal de lucru  $\geq 2,8$  mm
- Reutilizabil
- Autoclavabil.

**LOT 166 TRUSĂ LIGATURI ESOFAGIENE**

UM bucată

Descriere:

- Compatibil cu endoscoape cu diametru exterior 9,5–13 mm
- Compatibil canal de lucru  $\geq 2,8$  mm
- Număr inele latex  $\geq 6$ .

**LOT 167 APLICATOR COAGULARE ARGON PLASMĂ**

UM set

Descriere:

- Diametru sondă  $\leq 2,3$  mm



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Lungime  $\geq 2$  m
- Unică folosință
- Formă axială și/sau laterală
- Compatibil cu generatoare APC din dotarea unității sanitare.

**LOT 168 APLICATOR ENDOLOOP REUTILIZABIL**

UM bucată

Descriere:

- Lungime  $\geq 2300$  mm
- Compatibil canal de lucru  $\geq 2,8$  mm
- Reutilizabil
- Autoclavabil.

**LOT 169 ENDOLOOP**

UM bucată

Descriere:

- Diametru buclă  $\sim 30$  mm
- Unică folosință
- Compatibil cu aplicator reutilizabil.

**LOT 170 TRUSĂ GASTROSTOMĂ PERCUTANĂ ENDOSCOPICĂ (PEG)**

UM bucată

Descriere:

- Calibru CH 20
- Lungime tub  $\geq 35$  cm
- Radioopac
- Conector ENFit conform ISO 80369-3.

**LOT 171 ACE INJECTARE ENDOSCOPICĂ**

UM bucată

Descriere:

- Unică folosință
- Calibru 23G / 25G
- Lungime cateter  $\geq 2300$  mm
- Lungime ac 4–6 mm



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516

Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;

Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151

E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Compatibil canal  $\geq 2,8$  mm
- Ambalare: 5 bucăți/set.

### **LOT 172 PLACĂ NEUTRĂ PACIENT**

UM bucată

Descriere:

- Electrode neutru
- Suprafață activă  $\geq 85$  cm<sup>2</sup>
- Adeziv
- Unică folosință
- Compatibil cu aparate de electrochirurgie din dotarea unității sanitare.

### **LOT 173 SET TEST ETANȘEITATE ENDOSCOPI**

UM set

Descriere:

- Set pentru testarea etanșeității
- Compatibil cu endoscoape flexibile din dotarea unității sanitare.

### **LOT 174 VALVE AER/APĂ ECOENDOSCOPI**

UM bucată

Descriere:

- Valve dedicate pentru funcțiile aer/apă
- Reutilizabile
- Autoclavabile
- Compatibile cu ecoendoscoape din dotarea unității sanitare.

### **LOT 175 VALVE ASPIRAȚIE ECOENDOSCOPI**

UM bucată

Descriere:

- Valve aspirație
- Reutilizabile
- Autoclavabile
- Compatibile cu ecoendoscoape din dotarea unității sanitare.

### **LOT 176 VALVE BIOPSIE ENDOSCOPI**



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516

Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;

Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151

E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



UM bucată

Descriere:

- Valve biopsie
- Compatibile cu endoscoape din dotarea unității sanitare
- Mod de ambalare: set multiplu.

**LOT 177 PERII CURĂȚARE CANALE DE LUCRU**

UM bucată

Descriere:

- Compatibile cu canale Ø 2,0–4,2 mm
- Reutilizabile sau de unică folosință
- Compatibile cu endoscoape din dotarea unității sanitare.

**LOT 178 CAPACE REZISTENTE LA APĂ ENDOSCOPIE**

UM bucată

Descriere:

- Capace impermeabile
- Reutilizabile
- Compatibile cu endoscoape din dotarea unității sanitare.

**LOT 179 BORCAN ASPIRAȚIE**

UM bucată

Descriere:

- Capacitate ~0,5 L
- Filtru antibacterian
- Reutilizabil
- Autoclavabil.

**LOT 180 SONDĂ SENGSTAKEN-BLAKEMORE**

UM bucată

Descriere:

- Material latex
- Calibru ~CH 21
- Steril
- Două baloane.



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



### **LOT 181 PENSĂ BIOPSIE CU AC REUTILIZABILĂ**

UM bucată

Descriere:

- Deschidere cupă  $\geq 6$  mm
- Lungime  $\geq 2300$  mm
- Compatibil canal  $\geq 2,8$  mm
- Reutilizabilă
- Autoclavabilă.

### **LOT 182 PENSĂ BIOPSIE COLONOSCOPICĂ CU AC**

UM bucată

Descriere:

- Cupă tip aligator
- Unică folosință
- Compatibil canal  $\geq 2,8$  mm
- Mod de ambalare: set multiplu.

### **LOT 183 MARKER TATUARE COLON**

UM cutie

Descriere:

- Cerneală biocompatibilă
- Seringi preumplute
- Destinate marcării endoscopice.

### **LOT 184 PENSĂ BIOPSIE CU AC DE UNICĂ FOLOSINȚĂ**

UM bucată

Descriere:

- Deschidere cupă  $\geq 6$  mm
- Lungime  $\geq 2300$  mm
- Compatibil canal  $\geq 2,8$  mm
- Unică folosință.

### **LOT 185 COȘ DORMIA / PLASĂ EXTRACTIE**

UM bucată



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



Descriere:

- Destinat extracției stenturilor și corpurilor străine
- Rotativ
- Compatibil cu endoscoape din dotarea unității sanitare.

### **LOT 186 ANSĂ POLIPECTOMIE LA RECE (COLD SNARE)**

UM set

Descriere:

- Monofilament
- Rotatorie
- Diametru ansă 10–25 mm
- Lungime ~230 cm
- Compatibil canal  $\geq 2,8$  mm
- Mod de ambalare: set.

### **LOT 187 ANSĂ POLIPECTOMIE LA CALD (HOT SNARE)**

UM bucată

Descriere:

- Rotatorie
- Diametru ansă 20–35 mm
- Lungime ~230 cm
- Compatibil canal  $\geq 2,8$  mm
- Unică folosință.

### **LOT 188 ATAȘAMENTE DISTALE ENDOSCOPIE**

UM bucată

Descriere:

- Atașamente distale transparente
- Diverse dimensiuni
- Compatibile cu endoscoape din dotarea unității sanitare.

### **LOT 189 FILTRU BACTERIAN ASPIRATOR**

UM bucată

Descriere:

- Filtru antibacterian



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Unică folosință
- Compatibil cu sistemele de aspirație din dotarea unității sanitare.

**LOT 190 OVERTUBE ENDOSCOPIC STERIL**

UM bucată

Descriere:

- Steril
- Compatibil cu gastroscop
- Lungime ~50 cm
- Valvă antireflux.

**LOT 191 SUBSTANȚĂ DE CONTRAST ECOGRAFICĂ (CEUS)**

UM flacon

Descriere:

- Microbule pentru administrare intravenoasă
- Flacon pulbere + solvent
- Utilizare în ecografie cu substanță de contrast
- Compatibilă cu echipamentele CEUS din dotarea unității sanitare.

**LOT 192 TUB IRIGARE / ALIMENTARE APĂ POMPĂ**

UM bucată

Descriere:

- Tub flexibil pentru irigare / alimentare cu apă
- Destinat alimentării cu apă a canalului auxiliar al endoscoapelor
- Asigură spălarea câmpului endoscopic și curățarea lentilei
- Material plastic medical, biocompatibil
- Sterilizat cu oxid de etilenă (EO)
- Unică folosință / single-use
- Compatibil cu pompele de irigare din dotarea unității sanitare
- Compatibil cu sistemele de endoscopie existente (ex. EXERA III), mențiunea având caracter informativ și nefiind restrictivă.

**LOT 193 CAPCANĂ POLIPI MULTICAMERALĂ**

UM bucată

Descriere:

- Capcană pentru recoltare polipi



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Multicamerală
- Compatibilă cu endoscoape din dotarea unității sanitare.

**LOT 194 PIESE BUCALE ADULȚI**

UM set

Descriere:

- Piese bucale pentru endoscopie
- Cu sistem de fixare
- Unică folosință sau reutilizabile
- Mod de ambalare: set.

**LOT 195 CHILOȚI UNISEX**

UM bucată

Descriere:

- Material PPSB; mărime universală; culoare albastră
- Unică folosință.

**LOT 196 CLISMĂ 133ML**

UM bucată

Descriere:

- Produsul conține o soluție apoasă salină și constă într-un flacon moale și ușor de manevrat din plastic, care are și funcția de dispozitiv de administrare, prevăzut cu canula rectală atraumatică prelubrifiată, dotată cu o valvă brevetată pentru reglarea vitezei de scurgere și cu mecanism antiscurgere
- Compoziție pentru 100ml: fosfat sodic monobazic anhidro ( $\text{NaH}_2\text{PO}_4$ ) g 13,91, fosfat sodic bibazic anhidro ( $\text{Na}_2\text{HPO}_4$ ) g 3,18; hidroxid de sodiu; benzoat de sodiu; metilparahidroxibenzoat, apă distilată c.s. la 100m.

**LOT 197 DISPOZITIV PENTRU ASPIRAȚIE MEDICAMENTE CU FILTRU**

UM bucată

Descriere:

- Dispozitiv de aspirație și transfer soluții perfuzabile, model Mini Spike
- Filtru bacterian  $0.45 \mu\text{m}$  și protecție anti-contaminare
- Culoare verde
- Capac ermetic cu autobloare pentru protecție împotriva contaminării



**MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII**

**SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA**

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Conectare sigură la flacoane datorită vârfului ascuțit, utilizare ergonomică și compatibilitate ridicată cu sistemele de perfuzie
- Produs steril, de unică folosință, respectă marcajele CE

### **LOT 198 SPATULĂ LINGUALĂ STERILĂ PRIMA, DE LEMN**

UM cutie

Descriere:

- Spatulă linguală sterilă, destinată examinării cavității bucale și orofaringelui
- Realizată din lemn natural, neted, fără așchii, cu margini rotunjite
- Sterilă
- Produs de unică folosință
- Produsul trebuie să fie însoțit de declarație de conformitate CE
- Mod de ambalare: ambalată individual, steril.

### **LOT 199 PIESĂ BUCALĂ DE UNICĂ FOLOSINȚĂ PENTRU SPIROLAB**

UM bucată

Descriere:

- Piesă bucală de unică folosință, destinată utilizării cu spirometrul Spirolab
- Prevăzută cu filtru bacterian/viral integrat, pentru prevenirea contaminării încrucișate
- Realizată din material plastic medical, non-toxic, fără latex
- De unică folosință
- Produsul trebuie să fie însoțit de declarație de conformitate CE.

### **LOT 200 FILTRU BACTERIAN PENTRU SPIROMETRU**

UM bucată

Descriere:

- Filtru bacterian de unică folosință, destinat utilizării cu spirometre
- Compatibil cu spirometrele utilizate în unitățile medicale (inclusiv Spirolab sau echivalent)
- Asigură protecție eficientă împotriva contaminării bacteriene și virale
- Eficiență de filtrare:  $\geq 99\%$  pentru bacterii și virusuri
- Contribuie la prevenirea contaminării încrucișate între pacient și aparat
- Realizat din material medical, non-toxic, fără latex
- Produsul trebuie să fie însoțit de declarație de conformitate CE
- Mod de ambalare: ambalat individual.

### **LOT 201 CLEȘTE NAS PENTRU SPIROMETRIE**



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



UM bucată

Descriere:

- Clește nazal destinat utilizării în cadrul testelor de spirometrie
- Utilizat pentru obturarea narinelor în timpul efectuării testelor respiratorii, pentru asigurarea acurateții măsurărilor
- Compatibil cu utilizarea împreună cu spirometrele utilizate în unitățile medicale
- Dimensiune universală (adult)
- Design ergonomic, ușor de aplicat și confortabil pentru pacient. Asigură presiune adecvată fără a provoca disconfort
- Realizat din material plastic medical sau material combinat plastic/silicon. Fără latex
- Produsul trebuie să fie însoțit de declarație de conformitate CE.

**LOT 202 HÂRTIE TERMICĂ SPIROMETRU**

UM bucată

Descriere:

- Hârtie termică destinată utilizării cu spirometre dotate cu imprimantă termică
- Compatibilă cu spirometrele utilizate în unitățile medicale (Spirolab sau echivalent)
- Asigură imprimarea clară și lizibilă a rezultatelor testelor de spirometrie
- Material: hârtie termică de calitate medicală
- Dimensiuni rolă:
  - lățime 110 mm,
  - lungime 18 mm,
  - diametru tub interior (TUV) 12mm
- Culoare hârtie: alb
- Prevăzută cu strat termic uniform, rezistent la decolorare.

**LOT 203 TUB REIN PRP STERI**

**203.1 Tub REIN PRP steril cu citrat de sodiu 3,13%**

UM bucată

Descriere:

- Tub REIN PRP steril, vidat, cu 1ml citrat de sodiu 3,13%
- Destinat colectării și preparării PRP (Platelet-Rich Plasma) în condiții sterile
- Compatibil cu centrifuge și proceduri standard PRP
- Volum total tub: 10 ml
- Certificare CE sau conform standardelor internaționale pentru dispozitive medicale
- Prevăzut cu termen de valabilitate și instrucțiuni de depozitare



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

CUI 2491516  
Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Mod de ambalare: ambalat individual, 1 tub/cutie.

**203.2 Tub REIN PRP steril cu citrat de sodiu 3,8%**

UM bucată

Descriere:

- Tub REIN PRP steril, vidat, cu 1ml citrat de sodiu 3,8%
- Destinat colectării și preparării PRP (Platelet-Rich Plasma) în condiții sterile
- Compatibil cu centrifuge și proceduri standard PRP
- Volum total tub: 10 ml
- Certificare CE sau conform standardelor internaționale pentru dispozitive medicale
- Prevăzut cu termen de valabilitate și instrucțiuni de depozitare
- Mod de ambalare: ambalat individual, 1 tub/cutie.

**LOT 204 ANOSCOP (SPECUL RECTAL)**

UM bucată

Descriere:

- Dispozitiv medical steril, ambalat individual, pentru a elimina riscul de infecție
- Destinat utilizării în consultații și intervenții proctologice
- Fabricat din plastic de calitate superioară, rezistent și durabil
- De unică folosință.

**LOT 205 PISTOL AUTOMAT BIOPSIE**

UM bucată

Descriere

- Pistol automat biopsie, cu ac automat punție bioptică
- Dispozitiv steril, de unică folosință, destinat recoltării probelor tisulare
- Asigură recoltare rapidă, precisă și sigură
- Dimensiuni: ac G14, lungime ac 10 cm
- Mecanism: automat, cu arc
- Compatibilitate: cu ace de biopsie utilizate în unitatea sanitară
- Sistem de siguranță pentru prevenirea declanșării accidentale

**LOT 206 PREZERVATIVE PENTRU SONDĂ ECOGRAF**

UM cutie

Descriere:



**MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII**

**SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA**

CUI 2491516

Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173;

Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151

E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro) ; web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



- Prezervativele pentru sondă ecograf, lubrificate, sunt destinate protecției sondelor de ecograf în timpul investigațiilor medicale. Acestea asigură o barieră de protecție eficientă, contribuind la menținerea condițiilor de igienă și prevenirea contaminării
- Caracteristici tehnice și funcționale: compatibile cu sonde de ecograf, lubrificate, pentru utilizare facilă și confort sporit, de unică folosință, destinate uzului medical.

### **LOT 207 BIDON DIN PLASTIC TRANSPARENT CU DOP ȘI MÂNER 5 L**

UM set

Descriere

- Material: PET transparent – rezistent, ușor și reciclabil
- Capacitate 5 litri
- Capace incluse – închidere etanșă pentru protecția conținutului
- Prevăzut cu mâner ergonomic pentru transport ușor și sigur
- Transparent.